


REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2548 del - 9 NOV. 2016

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Intervento su Lavaferri SMEG mod. WD 3060 inv. n. 7463 installata presso Blocco Operatorio di Vittoria. Ditta Accardi Mario di Caltagirone (CT). Autorizzazione e liquidazione spesa per l'importo complessivo € 244.00 IVA compresa.
CIG. Z161B8D5F6.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE
SERVIZIO TECNICO

Il - 9 NOV. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 31 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Dott. Giuseppe Drago

- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
Sig. Marcello Cugliotta

e con l'assistenza _____, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 13 NOV. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

SU proposta del Direttore del Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

PREMESSO che in data 23/09/2016 è stato richiesto alla ditta ATI Draeger, ditta aggiudicataria del Global Service, tramite piattaforma GEOS, da parte del personale del reparto, un intervento tecnico sulla Lavaferri SMEG mod. WD 4060 inv. n. 7463 installata presso il Blocco Operatorio del P.O. di Vittoria a causa di "eccessiva rumorosità e lavaggio scarso";

CHE per l'effettuazione di tale intervento la Ditta ATI Draeger considerato che trattavasi di intervento in garanzia, (essendo l'apparecchiatura stata collaudata in data 10/11/2014) ha proceduto ad interpellare la Casa Madre SMEG S.p.A (così come previsto all'art. 10.1/14 "Controllo delle attività delle ditte etserne");

CONSIDERATO che la Ditta SMEG ha inviato sul posto il proprio agente di zona ditta Accardi Mario di Caltagirone (CT) il quale, a seguito di sopralluogo, ha preso atto del guasto e ha inviato alla ditta ATI Draeger il preventivo n. 10 del 07/10/2016 dell'importo complessivo di € 244,00 IVA compresa specificando che "l'intervento della macchina WD 3060 non può essere effettuato in garanzia in quanto all'interno della pompa sono stati rinvenuti ferri chirurgici, danneggiandola";

CHE occorre procedere in ogni caso e con urgenza alla riparazione della macchina, ancora sotto garanzia, stante l'importanza strategica della stessa ai fini del lavaggio dei ferri chirurgici, affidando i lavori di ripristino della funzionalità della lavaferri alla Ditta Accardi Mario, agente di zona della Casa Madre SMEG per l'importo di € 244,00 IVA compresa, importo ritenuto congruo dall'Ufficio addetto;

PRESO ATTO che la Ditta Accardi Mario è agente di zona della Casa Madre SMEG, produttore dell'apparecchiatura in argomento, e che pertanto, per dette condizioni di unicità, può adottarsi procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) n. 2 del D.Lgs.50;

ACCERTATO che l'importo complessivo di €. 244,00 IVA compresa trova adeguata copertura finanziaria al conto 503030101 aut. 75/8 del bilancio 2016, autorizzazione peraltro assunta al fine di far fronte ad interventi tecnici su macchine in garanzia e che pertanto la ditta del Global Service non è tenuta ad effettuare;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'affidamento in via diretta del servizio di che trattasi alla Ditta Accardi Mario di Caltagirone (CT) agente di zona della Ditta SMEG S.p.A, ditta fornitrice della lavaferri in argomento per una spesa complessiva di €. 244,00 IVA compresa dando atto che si provvederà con elenco di liquidazione al saldo del dovuto;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario ognuno per la parte di rispettiva competenza;

DARE ATTO che l'identificativo CIG assegnato all'AVCP è Z161B8D5F6;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) Approvare il preventivo n. 10 del 07/10/2016 dell'importo complessivo di € 244,00 IVA compresa inviato dalla Ditta Accardi Mario, agente di zona della Casa Madre SMEG relativo all'intervento di riparazione della Lavaferri SMEG mod. WD 4060 inv. n. 7463 installata presso il Blocco Operatorio del P.O. di Vittoria;
- 2) Dare Atto che la suddetta spesa complessiva di €. 244,00 IVA compresa derivante dal presente atto, trova adeguata copertura finanziaria al conto 503030101 denominato "Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecn.- scient. e sanitarie" aut 75/8 del bilancio 2016.
- 3) Liquidare con apposito elenco l'importo spettante alla Ditta.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	75/8		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
