



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Elvira Amata



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2784 del -5 DIC. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. **Marcello Cugliotta**



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal - 8 DIC. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. **Marcello Cugliotta**




SERVIZIO PROVVEDITORATO


Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) e art. 63 D.Lgs.50/2016 per la fornitura di attrezzature ad integrazione della colonna videolaparoscopica "STORZ" in dotazione alla Sala Operatoria Chirurgia Generale P.O. "Civile".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Giuseppina Cianchino



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dr.ssa Maria Sigona



Il -5 DIC. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il

Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

Sig. Marcello Cugliotta

e con l'assistenza _____, quale Segretario verbalizzante,

adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione del Servizio Provveditorato che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

VISTO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs.50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 31 comma 1 del D.Lgs.50/2016 che dispone che per ogni singola procedura le stazioni appaltanti procedono all'individuazione di un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'appalto

RITENUTO di nominare, ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, quale responsabile del procedimento in oggetto la dott.ssa Giuseppina Cianchino;

VISTA la nota del 19.10.2016 con cui il Dr.Di Mauro, Direttore UOC Chirurgia Generale del P.O. "Civile" di Ragusa, ha richiesto, dopo un'attenta ricognizione delle risorse tecniche disponibili in sala operatoria per lo svolgimento dell'attività di chirurgia, di provvedere, tra l'altro, all'acquisto urgente di attrezzature indispensabili per il miglioramento e completamento della colonna di videolaparoscopia già in dotazione al Reparto, indicandone le relative caratteristiche tecniche e dichiarando che l'acquisizione delle suddette attrezzature può sicuramente rendere possibile un incremento dell'attività chirurgica ad alta complessità sia nell'ambito della Chirurgia Oncologica che in quella della Chirurgia Bariatrica;

Vista la nota del 20.10.2016 con cui l'Ing.Ruscica, su espressa richiesta della Direzione Amministrativa, ha comunicato, tra l'altro, marca e modello della colonna laparoscopica "STORZ" in dotazione alla UOC di Chirurgia, precisando che la stessa è stata a suo tempo fornita dalla Ditta C.Bua Srl e specificando che la richiesta del Dr.Di Mauro riguarda le seguenti attrezzature:

- -N° 1 telecamera che consenta di attivare differenti modalità di visualizzazione tra cui l'enfatizzazione delle strutture vascolari, compatibile per l'immagine di auto fluorescenza mediante l'utilizzo dell'ICG(verde di indiocianina);
- -N°1 monitor 32" utilizzabile per visualizzazioni in formato 16:9;

Rilevato che, conseguentemente, su disposizione della Direzione Amministrativa, con nota prot.n. 27072 del 24/10/2016 è stata inviata richiesta di preventivo, con indicazione del massimo sconto praticabile per le attrezzature, alla Ditta C.BUA Srl, fornitrice originaria della colonna laparoscopica in dotazione alla sala operatoria di Chirurgia generale;

-Rilevato che il RUP, al fine di testare oggettivamente l'opportunità e convenienza dell'aggiornamento richiesto e di adottare procedure improntate alla massima trasparenza, in conformità alla procedura interna aziendale, ed attraverso adeguate forme di pubblicità, ha pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea -2016/S 142992- e sul profilo del committente, un'indagine di mercato volta a verificare la sussistenza di altri operatori economici eventualmente interessati alla fornitura in oggetto;

Rilevato che, entro il termine del 22.11.2016, fissato dal suddetto avviso di trasparenza ex ante, è pervenuta la nota del 11.11.2016 con cui la Ditta CAM Hospital Srl ha richiesto di specificare la possibilità di offrire articoli di altre marche oltre quelle indicate nella lettera invito allegata all'avviso di trasparenza;

Rilevato che, conseguentemente il RUP ha richiesto al Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale di comunicare la possibilità o meno di valutare attrezzature equivalenti con quanto richiesto, invitando contestualmente la Ditta CAM ad inviare schede tecniche e depliant illustrativi delle attrezzature proposte;

Vista la nota del 16.11.2016 con cui, acquisite le suddette schede tecniche, trasmesse a mezzo pec dalla Cam Hospital, è stato richiesto parere di conformità al servizio di Ingegneria Clinica e al Dr.Di Mauro;

Vista la nota del 18.11.2016 con cui il Servizio di Ingegneria Clinica ha comunicato che l'offerta tecnica della CAM Hospital non esaurisce tutte le specifiche tecniche possedute dalla dotazione STORZ, che prevede, in particolare un sistema di ripresa in grado di eseguire l'angiografia in fluorescenza ICG, esclusiva STORZ;

Vista la nota del 25.11.2016 con cui il Dr.Di Mauro, Direttore della UOC di Chirurgia, ha

espreso parere negativo circa l'offerta della ditta CAM , dichiarandone la non conformità alle caratteristiche indicate per consentire la visione del verde di indiocianina ;

Preso atto che, a seguito delle considerazioni effettuate dal Servizio di Ingegneria Clinica circa la possibilità che anche la Ditta Olympus sia in grado di offrire un sistema simile di enfattizzazione del sistema vascolare (NBI), con pec del 30.11.2016 è stato chiesto alla Olympus , qualora interessata alla fornitura, di produrre comunque ,nonostante la avvenuta scadenza del termine di cui all'avviso di trasparenza, documentazione tecnica relativa alle attrezzature di che trattasi ;

Vista la nota del 1.12.2016 con cui la Ditta OLYMPUS ha comunicato di non essere interessata a rispondere alla suddetta richiesta;

Rilevato che le attrezzature richieste sono presenti sulla piattaforma MEPA e quindi è necessario avviare procedura negoziata diretta elettronica ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) e dell'art.63 del D.lgs 50 /2016 , con la Ditta C.Bua Srl, distributrice esclusiva per la Sicilia delle attrezzature STORZ , per l'acquisizione delle seguenti attrezzature da destinare alla UOC di chirurgia Generale del P.O.Civile di Ragusa ;

- n1 Unità di controllo tekecamera IMAGE TC200IT 1 CONNECT;
- N.1 IMAGE 1 H3_LINK , modulo link TC300;
- N.1 Testina a tre chip IMAGE 1S H3 -ZF1 TH102 FULL HD
- N.1 monitor 322 3D TM323;
- N.1 Fonte di luce fredda D-LIGHT P , con KARL STORZ -SCB ;
- N.1 Sistema ottico Hopkins II a visione obliqua 30°
- N.1 cavo a luce a fibre ottiche K.STORZ , diametro 4,8mm ;
- N.1 base d'appoggio per monitor 9832NB-3D

VISTE le “ Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando nel caso di forniture e servizi ritenute infungibili” pubblicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Considerato che la fattispecie si inquadra nella previsione dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato ;

VISTA la delega prot. n. U-0011348 del 22.05.2015 del Direttore Generale alla Dott.ssa Maria Sigona – Direttore del Servizio Provveditorato - all'esercizio delle funzioni di acquisto sul MEPA;

ATTESO di dover provvedere in merito;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per la parte di propria competenza;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:



- 1) Nominare quale responsabile del procedimento di seguito descritto la dott.ssa Giuseppina Cianchino;
 - 2) Approvare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di attrezzature ad integrazione della colonna video laparoscopica STORZ in dotazione alla sala operatoria di Chirurgia Generale del P.O. “Civile” di Ragusa;
- autorizzare , l'esperimento di procedura negoziata diretta (TD) elettronica in e-procurement, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura delle seguenti attrezzature ,con la Ditta C.CBUA Srl , concessionario esclusivo per la Sicilia dei prodotti K .Storz , sede legale Bagheria , Via Consona Monte ,19 – P.I.030 28720823

- n.1 Unità di controllo tekecamera IMAGE TC200IT 1 CONNECT;
- N.1 IMAGE 1 H3_LINK , modulo link TC300;
- N.1 Testina a tre chip IMAGE 1S H3 -ZF1 TH102 FULL HD
- N.1 monitor 322 3D TM323;
- N.1 Fonte di luce fredda D-LIGHT P , con KARL STORZ -SCB ;
- N.1 Sistema ottico Hopkins II a visione obliqua 30°
- N.1 cavo a luce a fibre ottiche K.STORZ , diametro 4,8mm ;
- N.1 base d'appoggio per monitor 9832NB-3D

3) Autorizzare la spesa complessiva presunta di € 48.678,00 iva inclusa sul conto n. 101020501- denominato "attrezzature sanitarie scientifiche" del bilancio corrente;

DARE ATTO che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso il Servizio Provveditorato

4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di dotare L'UOC di chirurgia delle attrezzature di che trattasi

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	48.678		
Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

Numero gara: (in caso di gara centralizzata o di bacino)	Anno gara: 2016
Oggetto della gara: procedura ai sensi dell'art.63 D.Lgs.50/2016 comma 3 lett.b) per la fornitura attrezzature CHIRURGIA Generale P.O. Civile di Ragusa	
Modalità di aggiudicazione: <input checked="" type="checkbox"/> Prezzo più basso <input type="checkbox"/> Offerta economicamente più vantaggiosa	
Tipologia procedura gara (inserire codice di riferimento): 01	Tipo contratto (inserire codice di riferimento): 02
Contratto per cui è prevista la "ripetizione di servizio analogo" <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Contratto oggetto di estensione: <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sesto quinto <input type="checkbox"/> Complementare
Contratto oggetto di proroga: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	RTI: <input type="checkbox"/> RTI orizzontale <input type="checkbox"/> RTI verticale <input type="checkbox"/> NO
Tipo provvedimento di adozione aziendale: <input type="checkbox"/> Delib.di aggiudicazione capofila <input type="checkbox"/> Delib.recepimento gara regionale/bacino/consorzata <input checked="" type="checkbox"/> Delibera/determina aziendale <input type="checkbox"/> Lettera di commessa <input type="checkbox"/> Altro	
Ambito di valenza del contratto: <input type="checkbox"/> Nazionale <input type="checkbox"/> Regionale <input type="checkbox"/> Sovranazionale/consortile <input type="checkbox"/> Bacino <input checked="" type="checkbox"/> Aziendale <input type="checkbox"/> Provinciale <input type="checkbox"/> Cassa economale (no procedura) <input type="checkbox"/> Altro	
Ricorso al MEPA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Soglia: Soprasoglia <input checked="" type="checkbox"/> Sottosoglia