
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 403 del 9 FEB. 2017

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Sistema INNOVA 2100 HARMONY N. A5128612 inv. n. 4228-asp in dotazione Cardiologia- Emodinamica OMPA: trasferimento presso Nuovo Ospedale Giovanni Paolo II° con aggiornamento Hardware e Software.
DITTA GE Medical Systems Italia S.p.A.- Milano
Importo complessivo € 70.150,00 IVA compresa.
CIG. 6955782CE1


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 12 FEB. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



A. S. P. DI RAGUSA
IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO
Ing. Lorenzo Aprile

Il 9 FEB. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il

Direttore Generale, Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 31 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

SU proposta della Direzione del Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che presso la U.O.C. di Cardiologia – Emodinamica dell’Ospedale M.P.Arezzo di Ragusa è installato un Angiografo Digitale inv. n. 4228-asp, fornito a suo tempo dalla Ditta G.E. Medical Systems di Milano;

CHE in vista del trasferimento presso il Nuovo Ospedale Giovanni Paolo II° della suddetta apparecchiatura, è stato richiesto alla Casa Madre, con mail del 25/10/2016, apposito preventivo di spesa alla quale richiesta la ditta GE, con successiva mail del 15/12/2016, ha inviato l’offerta n. 20161214_239_DB riguardante lo smontaggio conservativo, il trasferimento e il Rimontaggio del Sistema per un importo complessivo di € 33.000,00 IVA esclusa, proponendo nel contempo l’aggiornamento Hardware e Software per un importo di € 65.000,00 IVA esclusa per un totale di € 80.000,00 IVA esclusa;

CHE al fine di valutare l’opportunità di procedere, oltre al trasferimento, anche all’aggiornamento proposto, è stato richiesto un parere clinico al Responsabile della U.O.C. Dott. A. Nicosia il quale, con mail del 20/12/2016, ha inviato le proprie considerazioni in merito alla proposta della ditta specificando le richieste da accogliere (“al fine di consentire una migliore visualizzazione e una contemporanea riduzione della dose radiogena”), e i punti da non accogliere in quanto “non si adattano al tipo di attività espletata nella U.O.”;

CHE a seguito delle suddette considerazioni da parte del Clinico, è stata inviata in data 20/12/2016 una mail alla ditta GE con la quale viene richiesto di rivalutare e scontare il preventivo in argomento escludendo quelle parti che non si adattano all’attività del Reparto;

CONSIDERATO che in data 29/12/2016 da parte della Ditta GE viene inviato il nuovo preventivo n. 20161214_239_02_DB nel quale la parte relativa all’aggiornamento, a seguito della richiesta avanzata riguardante l’eliminazione di alcune parti, viene riportata ad € 48.000,00 IVA esclusa per un importo complessivo pari ad € 65.000,00 IVA esclusa;

VISTA la mail 10/01/2017, inviata dalla ditta GE a seguito di richiesta di sconto, nella quale viene inoltrato il nuovo preventivo n. 20161214_239_03_DB nel quale tutte le operazioni di trasferimento ed di aggiornamento vengono scontate ad € 57.500,00 IVA esclusa;

PRESO ATTO che il Responsabile della U.O.C. Dott. Nicosia, con mail del 19/01/2017, esprime parere favorevole a quanto proposto dalla ditta nel suo ultimo preventivo considerando che lo stesso “è in linea con le nostre esigenze e richieste”;

PRESO ATTO che la Ditta GE Medical Systems di Milano è produttore dell’apparecchiatura in argomento, e che pertanto, per dette condizioni di unicità, può adottarsi procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs.50;

PRESO ATTO altresì della dichiarazione da parte della ditta GE in merito alla esclusività tecnica nonché che i prezzi praticati sono quelli correnti ed offerti al pubblico nella Regione Sicilia e che comunque non sono superiori a quelli praticati ad altre ASP e/o Aziende Ospedaliere;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’affidamento in via diretta dei lavori di che trattasi affidandoli alla Ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. di Milano, (ditta costruttrice dell’apparecchiatura in argomento), per una spesa complessiva di € 70.150,00 IVA compresa;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo espresso con mail del 19/01/2017 e del Direttore Sanitario ognuno per la parte di rispettiva competenza;

DARE ATTO che l’identificativo CIG assegnato è il n. 6955782CE1;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) Approvare il preventivo n. 20161214_239_03_DB 10 inviato dalla Ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. di Milano con mail del 10/01/2017, relativo a lavori di smontaggio conservativo, trasferimento e rimontaggio presso il Nuovo Ospedale di Ragusa con aggiornamento Hardware e Software del Sistema INNOVA 2100 HARMONY n. A5128612 inv. n. 4228_asp installato attualmente presso la U.O.C. di Cardiologia-Emodinamica dell’OMPA per un importo complessivo di € 70.150,00 IVA compresa;
- 2) Affidare l’intervento in argomento alla suddetta Ditta imputando la spesa complessiva di euro 70.150,00 IVA compresa sul conto di costo 503030101 (autorizz. per il finanziamento del Nuovo Ospedale ex aut. 31/2016).

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			