
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 398 del 6 MAR. 2012

DIREZIONE ATTIVITA' PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Avvio procedura per l'acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura di "sonde tarate SIT" per il monitoraggio delle frigoemoteche e dei congelatori delle UU.OO. S.I.M.T. di Modica e Vittoria, da collegare al sistema "T-Guard", in dotazione all'U.O.C. S.I.M.T. di Ragusa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 6 MAR. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona
- Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 11 MAR. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Su proposta della Direzione Attività Provveditorato ed Economato, che con la sottoscrizione da parte del direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che l'U.O.C. S.I.M.T. di Ragusa ha in dotazione un "sistema di registrazione e monitoraggio delle temperature "T-GUARD", acquisito dalla società KW Apparecchi Scientifici S.r.l. (deliberazione n. 555 del 18/05/2006);

Vista la nota prot. n. 215/SIMT/RG del 28/09/2011 con la quale il Direttore dell'U.O.C. S.I.M.T. di Coordinamento Provinciale, dr. Pietro Bonomo, in qualità di responsabile dei S.I.M.T. di Modica e Vittoria, chiede di estendere il suddetto sistema di controllo delle temperature "T-Guard" alle attrezzature refrigeranti (*frigoemoteche e congelatori*), in dotazione alle UU.OO. SIMT di Modica e Vittoria, come di seguito:

A) SIMT Modica:

- Ampliamento del sistema "T-Guard" esistente al SIMT di Ragusa al P.O. di Modica presso il quale sono allocati n. 10 apparati di refrigerazione;
- N. 1 Frigoemoteca ubicata presso il Pronto Soccorso di Modica;
- N. 1 Frigoemoteca ubicata presso il Pronto Soccorso di Scicli;
- Stazione Client locale (PC) presso il SIMT di Modica;
- Installazione di un sistema di allarme acustico/visivo da ubicare in zona accettazione.

	Temperatura	SIMT
n. 6 Frigoemoteche/armadi reagenti	+4°C	Modica
n. 1 Frigoemoteca	+4°C	PTE Scicli
n. 2 Congelatori	-80°C	Modica
n. 2 Congelatori	-40°C	Modica
n. 1 Termostato agitatore per piastrine	+22°C	Modica
Totale Sonde:	n. 12	Modica


B) SIMT Vittoria:

- Ampliamento del sistema "T-Guard" esistente al SIMT di Ragusa al P.O. di Vittoria presso il quale sono allocati 10 apparati di refrigerazione;
- N. 1 Frigoemoteca ubicata presso il Pronto Soccorso di Vittoria;
- N. 1 Frigoemoteca ubicata presso il Pronto Soccorso di Comiso;
- Stazione Client locale (PC) presso il SIMT di Vittoria;
- Installazione di un sistema di allarme acustico/visivo da ubicare in zona accettazione.

	Temperatura	SIMT
n. 6 Frigoemoteche/armadi reagenti	+4°C	Vittoria
n. 1 Frigoemoteca	+4°C	PTE Comiso
n. 3 Congelatori	-80°C	Vittoria
n. 1 Congelatore	-40°C	Vittoria
n. 1 Termostato agitatore per piastrine	+22°C	Vittoria
Totale Sonde:	n. 12	Vittoria

C) SIMT Ragusa:

- Installazione di un sistema di allarme acustico/visivo da ubicare in zona "Assegnazione Consegna".
- Ampliamento del sistema invio telefonate per gli allarmi in caso di guasto o mancanza di tensione ai dispositivi; tale "allarme" dovrà essere disattivabile per singola sonda;
- Adeguamento software per l'ampliamento richiesto aggiornandolo all'ultima versione disponibile.



V

Rilevato che, con la suddetta nota, il dr. Pietro Bonomo, fa presente, tra l'altro:

- che, nell'ottica dell'accreditamento della Struttura Trasfusionale Provinciale, sta operando per la messa a norma dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti nell'ambito della Regione siciliana, secondo quanto previsto dal D.A. 4 marzo 2011;
- che il controllo della catena del freddo delle attrezzature refrigeranti (frigoemoteche e congelatori), in dotazione alle UU.OO. SIMT di Modica e Vittoria, è un punto nevralgico di tutta l'organizzazione dei servizi trasfusionali provinciali;
- che il sistema di controllo delle temperature "T-Guard" è in uso al SIMT di Ragusa dal 2007 con eccellenti risultati e massima tracciabilità dell'intera organizzazione trasfusionale provinciale;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore sanitario aziendale, dr. Pasquale Granata, e dai Coordinatori sanitari (distretto 1 e 2), dr. Giuseppe Drago e dr. Pietro Bonomo;

Rilevato che la suddetta fornitura non è acquisibile mediante ricorso a convenzione CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i., in quanto non sono attive convenzioni aventi per oggetto la fornitura di cui sopra;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'acquisizione della fornitura in questione mediante procedura autonoma;

Considerato che l'ammontare complessivo della fornitura in argomento può essere determinato in € 25.000,00, iva esclusa;

Visto l'art. 125 del D.lgs. n. 163/2010 e s.m.i. che disciplina le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori;

Visto il regolamento-tipo approvato dall'Assessorato regionale alla Sanità con D.A. n. 3086/09, recepito con deliberazione n. 778 del 29/12/2009 e successiva di integrazione n. 532 del 25/03/2011, con il quale sono stati disciplinati i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi;

Ritenuto, in considerazione dell'entità della spesa presunta ed in conformità al suddetto regolamento-tipo, di poter far ricorso, per economicità e convenienza dei tempi e dei costi di procedura, all'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario;

Vista l'allegata lettera d'invito;

Rilevato che la fornitura è articolata in un unico lotto;

Rilevato che l'importo complessivo posto a base di gara è fissato in € 25.000,00, iva esclusa;

Rilevato che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso, previa verifica di conformità tecnica;

Che l'aggiudicazione è prevista anche in presenza di una sola offerta valida;

Visto il relativo avviso di gara;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del suddetto avviso di gara all'Albo aziendale, all'Albo pretorio "on-line", sul sito internet aziendale e sul sito internet dell'Assessorato regionale della Salute, ai sensi dell'art. 9 del suddetto regolamento-tipo e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, al fine di consentire la partecipazione di quelle società che, pur non espressamente invitate, siano interessate alla procedura di gara;

Atteso di dover provvedere in merito;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) di avviare procedura per l'acquisizione in economia della fornitura di "sonde tarate SIT" per il monitoraggio delle frigoemoteche e dei congelatori delle UU.OO. S.I.M.T. di Modica e Vittoria, da collegare al sistema "T-Guard", in dotazione all'U.O.C. S.I.M.T. di Ragusa, mediante cottimo fiduciario, ai sensi del regolamento-tipo di cui al D.A. n. 3086/09, recepito con deliberazione n. 778 del 29/12/2009 e successiva di integrazione n. 532 del 25/03/2011;
- 2) di approvare l'allegata lettera d'invito e il relativo avviso di gara;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 30.250,00 iva compresa 21% risulta già prevista sul Conto 5010108 - Aut. n. 19;
- 4) di pubblicare l'avviso all'Albo aziendale, all'Albo pretorio "on-line", sul sito internet aziendale e sul sito internet dell'Assessorato regionale della Salute;
- 5) di dare atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Servizio Provveditorato;

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
