
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata


IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 499 del 15 FEB. 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2, della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 19 FEB. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: *Autorizzazione fornitura di una seconda stazione di analisi (PC+Monitor+Chiavetta per l'utilizzo del software Facs Diva ver.8), da destinare al Servizio Trasfusionale (S.I.M.T.) di Ragusa, (sistema diagnostico finalizzato alla immunofenotipizzazione linfocitaria e leucocitaria - lotto n. 28).*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Vincenza Piccione

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dott.ssa Maria Sigona

Il 15 FEB. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Servizio Provveditorato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con *deliberazione n. 2775 del 29/12/2015*, questa *A.S.P. di Ragusa*, in qualità di *capofila*, a seguito di procedura di gara aperta, ha aggiudicato, *tra l'altro*, alla società *Becton Dickinson Italia S.p.A.* la fornitura in service, in unione d'acquisto con l'A.O. "*Cannizzaro*" di Catania, di "*sistemi diagnostici finalizzati alla immunofenotipizzazione linfocitaria e leucocitaria (lotto n. 28)*", per i Servizi Trasfusionali (S.I.M.T.) Aziendali, per la durata di cinque anni;

Che l'importo complessivo quinquennale di pertinenza dell'*A.S.P. di Ragusa*, previsto con la citata *deliberazione n. 2775/206*, è di € 1.051.487,50 iva compresa 22%, come di seguito articolato:

- costo noleggio strumentazione: € 61.000,00;
- costo assistenza tecnica e manutenzione "full risk": € 61.000,00;
- costo interfacciamento: € 0,00;
- costo reagenti/calibratori/controlli/consumabili: € 929.487,50;

Che il suddetto contratto scade il 21/01/2021;

Rilevato che, con riferimento alla suddetta fornitura, il Direttore dei Servizi Trasfusionali (S.I.M.T.) Aziendali, *dr. Giovanni Garozzo*, con nota prot. n. 54/SIMT RG del 27/01/2017, in considerazione del continuo aumento della routine eseguita con il "*Citofluorimetro FACS Canto II*", del numero di letture delle provette e del tempo di acquisizione sempre più alto per l'elaborazione dei dati citometrici, ha evidenziato la necessità di avere in dotazione una seconda stazione di analisi composta da: "*PC + Monitor + Chiavetta per l'utilizzo del software Facs Diva ver.8*";

Rilevato che, nella suddetta nota, lo stesso *dr. Giovanni Garozzo* ha precisato che tale sopravvenuta esigenza è dovuta al fatto che "*il PC che gestisce lo strumento Citofluorimetro FACS Canto II è anche quello dove c'è il software di elaborazione dei dati citometrici, elaborazione che non può essere effettuata durante l'acquisizione/lettura delle provette di analisi delle patologie ematologiche ma che deve essere fatta in un momento diverso*".

Rilevato che, per quanto sopra, è stato chiesto, con nota prot. n. 3562 del 06/02/2017, alla società *Becton Dickinson Italia S.p.A.* la disponibilità a fornire, ad integrazione della strumentazione attualmente in uso presso il Servizio Trasfusionale (S.I.M.T.) di Ragusa, una seconda stazione di analisi composta da: "*PC + Monitor + Chiavetta per l'utilizzo del software Facs Diva ver.8*";

Rilevato che, con nota n. 8100036512/int. del 30/11/2010, la società *Instrumentation Laboratory S.p.A.* si dichiara disposta a fornire, a completamento della strumentazione di cui al citato sistema ematologico (*deliberazione n. 211/30-10-2009*) e senza alcun onere aggiuntivo, n. 1 "*Agitatore a 6 rulli per provette codice 082864823*", da destinare all'U.O. di Patologia Clinica di Ragusa;

Rilevato che, con nota di riscontro rif. T0701/15-I4/er del 10/02/2017 (pervenuta via e-mail in data 13/02/2017), la società *Becton Dickinson Italia S.p.A.* si dichiara disposta a fornire, ad integrazione della strumentazione attualmente in uso presso il Servizio Trasfusionale (S.I.M.T.) di Ragusa, senza alcuna aggravio di spesa, ferme restando tutte le altre condizioni di fornitura, quanto segue:

Codice	Descrizione	Quantità
659713	FACSCanto II Z230 SFF Workstation Win 7 Bundle EU;	n. 1
658609	Monitor NEC 24" LCD EA244Wmi;	n. 1
Collegamento a: FACSCanto II S/N V33896202540, già presente presso il Servizio Trasfusionale		

Rilevato che il valore commerciale della strumentazione sopra proposta è pari ad € 14.100,00 oltre iva, di cui € 13.500,00 (FACSCanto codice 659713) e € 600,00 oltre iva (Monitor NEC codice 658609), come da citata nota rif. T0701/15-I4/er del 10/02/2017 della società *Becton Dickinson Italia S.p.A.*;

Rilevato che la suddetta proposta è stata sottoposta al parere tecnico del Direttore dei Servizi Trasfusionali (S.I.M.T.) Aziendali, *dr. Giovanni Garozzo*, (e-mail del 13/02/2017);

Vista la nota/e-mail prot. n. 82/SIMT del 13/02/2017 con la quale il Direttore dei Servizi Trasfusionali (S.I.M.T.) Aziendali, *dr. Giovanni Garozzo*, ha espresso parere favorevole alla proposta avanzata dalla società *Becton Dickinson Italia S.p.A.*, in quanto "*permette un miglioramento delle attività svolte dal S.I.M.T.*";

Ritenuto, per quanto sopra, di autorizzare la società *Becton Dickinson Italia S.p.A.* a fornire, ad integrazione della strumentazione attualmente in uso presso il Servizio Trasfusionale (S.I.M.T.) di Ragusa, senza alcuna aggravio di spesa, ferme restando tutte le altre condizioni di fornitura, una seconda stazione di analisi composta da: "*PC + Monitor + Chiavetta per l'utilizzo del software Facs Diva ver.8*", come da citata nota rif. T0701/15-I4/er del 10/02/2017;

Atteso di dover provvedere in merito;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per gli aspetti di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

- autorizzare la società *Becton Dickinson Italia S.p.A.* a fornire, ad integrazione della strumentazione attualmente in uso presso il Servizio Trasfusionale (S.I.M.T.) di Ragusa, senza alcuna aggravio di spesa, ferme restando tutte le altre condizioni di fornitura, una seconda stazione di analisi composta da: "*PC + Monitor + Chiavetta per l'utilizzo del software Facs Diva ver.8*", come da nota rif. T0701/15-I4/er del 10/02/2017, e precisamente:
(CIG: 625660381F)

Codice	Descrizione	Quantità
659713	FACSCanto II Z230 SFF Workstation Win 7 Bundle EU;	n. 1
658609	Monitor NEC 24" LCD EA244Wmi;	n. 1
Collegamento a: FACSCanto II S/N V33896202540, già presente presso il Servizio Trasfusionale		

- dare atto che la fornitura della strumentazione sopra proposta non comporta alcun aggravio di spesa per l'A.S.P. di Ragusa;

- dare atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso il Servizio Provveditorato;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			

131

2