
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. ~~Maurizio~~ Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 26 FEB. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. ~~Maurizio~~ Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 582 del 23 FEB. 2017

DIREZIONE PROVVEDITORATO _____

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Determina a contrarre e avvio di procedura in e-procurement sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura biennale, in somministrazione, di "aghi cannula monovia con valvola antireflusso". Aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Giuseppina Cianchino

IL DIRETTORE PROVVEDITORATO

Dott.ssa Maria Sigona

Il 23 FEB. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. ~~Maurizio~~ Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione del Servizio Provveditorato che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura, ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con delibera n.79 del 12/01/2017 è stato autorizzato, tra l'altro, l'esperimento di gara elettronica in e-procurement per l'acquisizione sul MEPA, per la fornitura biennale, in somministrazione, di "aghi cannula monovia con valvola antireflusso" articolata in unico lotto giusta richiesta della D.ssa Meli Dirigente Farmacista dell'U.O. di Farmacia Ospedaliera di Ragusa;

VISTA la delega prot.U-0011348 del 22/05/2015 del Direttore Generale alla dott.ssa Maria Sigona – Direttore del Servizio Provveditorato - all'esercizio delle funzioni di acquisto sul MEPA;

RILEVATO che, per quanto sopra, con RDO 1484360 è stata esperita procedura di gara elettronica in e-procurement sul MEPA, per l'affidamento dei prodotti in argomento;

CHE alla scadenza, fissata giorno 14/02/2017 ore 12:00, per via telematica sono pervenute offerte da parte delle Ditte:

- B BRAUN; P. Iva 00674840152
- SMITHS MEDICAL P. Iva 02154270595

RILEVATO che:

- dall'esame della documentazione amministrativa, l'offerta di entrambe le Ditte è stata dichiarata regolare;

- dall'esame della documentazione tecnica la D.ssa Meli, Dirigente Farmacista della Farmacia Ospedaliera di Ragusa, interpellata in merito alla conformità, ha espresso parere favorevole di conformità per i prodotti offerti dalla Ditta Smiths Medical mentre per quanto riguarda i prodotti offerti dalla Ditta B Braun ha espresso parere di non conformità, in quanto "il meccanismo di sicurezza non è parte integrante dell'ago, ma un accessorio, e soprattutto lascia scoperto l'ago usato e con tracce di sangue e non lo copre completamente"

PRESO atto che entro il termine assegnato la Ditta B Braun non ha presentato controdeduzioni in merito alla non conformità tecnica e pertanto, si è proceduto all'apertura telematica dell'offerta economica, della Ditta Smiths Medical, come di seguito riportato:

€ 0,80 prezzo unitario fornitura biennale n. 20.000 pezzi

Per un totale di € 16.000,00 oltre iva ovvero € 19.520,00 Iva Compresa

Ritenuto, per quanto sopra, di proporre l'aggiudicazione a favore della ditta Smiths Medical s.r.l. che ha offerto i prodotti conformi al prezzo complessivo più basso.

QUANTIFICATA la spesa complessiva presunta biennale, di € 19.520,00 iva compresa;

PRESO atto della regolarità della procedura esperita;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in narrativa che qui s'intendono riportate e confermate:

1. **Aggiudicare**, la fornitura biennale, alla Ditta Smiths Medical srl di "aghi cannula monovia con valvola antireflusso", per l'importo complessivo presunto, nel biennio, di € 19.520,00 iva compresa
(CIG: Z5C1CFD6E5)

- **Prevedere** la spesa complessiva presunta, riferita al triennio di € 19.520,00 iva compresa sul conto n. 5010105 denominato "DISPOSITIVI MEDICI"

2. **Dare atto** che i documenti richiamati nella presente delibera sono custoditi e conservati presso la Direzione del Servizio Provveditorato;

Il Responsabile dell'Istruttoria
Laura Dinatale

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	

Numero gara: (in caso di gara centralizzata o di bacino)		Anno gara: 20167	
Oggetto della gara: Determina a contrarre e avvio di procedura in e-procurement sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura biennale, in somministrazione, di "aghi cannula monovia con valvola antireflusso". Aggiudicazione.			
Modalità di aggiudicazione: ☒ Prezzo più basso ☐ Offerta economicamente più vantaggiosa			
Tipologia procedura gara (inserire codice di riferimento): 18		Tipo contratto (inserire codice di riferimento): 02	
Contratto per cui è prevista la "ripetizione di servizio analogo" (ex art. 57 D.Lgs. 163/2006): ☐ SI ☒ NO		Contratto oggetto di estensione: ☒ No ☐ Sesto quinto ☐ Complementare	
Contratto oggetto di proroga: ☐ SI ☒ NO		RTI: ☐ RTI orizzontale ☐ RTI verticale ☒ NO	
Tipo provvedimento di adozione aziendale: ☐ Delib.di aggiudicazione capofila ☐ Delib.recepimento gara regionale/bacino/consorzata ☒ Delibera/determina aziendale ☐ Lettera di commessa ☐ Altro			
Ambito di valenza del contratto: ☐ Nazionale ☐ Regionale ☐ Sovranazionale/consortile ☐ Bacino ☒ Aziendale ☐ Provinciale ☐ Cassa economale (no procedura) ☐ Altro			
Ricorso al MEPA: ☒ SI ☐ NO		Soglia: ☐ Soprasoglia ☒ Sottosoglia	