

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 610 del 23 FEB. 2017

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: NO

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTO DI STERILIZZAZIONE BLOCCO OPERATORIO ORTOPEDIA OSPEDALE GUZZARDI DI VITTORIA. DITTA GETINGE S.P.A. – IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.108,98

CIG. Z681D6CCB3

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ivano Caltagirone

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

Il 23 FEB. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 26 FEB. 2017

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gugliotta

VISTA la proposta del Direttore del Settore Tecnico che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che è pervenuta all'Ufficio Tecnico segnalazione da parte della Direzione Sanitaria dell'ospedale Guzzardi di Vittoria di malfunzionamento dell'impianto di sterilizzazione a servizio del blocco operatorio di ortopedia del nosocomio;

CHE, a seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici di settore, veniva riscontrato che il guasto era da imputarsi alla rottura del contenitore acqua osmotizzata a servizio dell'impianto di sterilizzazione di che trattasi;

CHE tale componente non poteva essere riparato e che per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento necessitava la sostituzione dello stesso;

CONSIDERATA l'urgenza, ed al fine di non determinare il blocco delle normali attività sanitarie, il settore richiedeva alla ditta costruttrice Getinge Group S.p.A. di procedere alla riparazione di che trattasi, giusta nota del 31.10.2013;

VISTO il rapporto di intervento tecnico n.0020227734-1 del 04.11.2013, debitamente firmato per esecuzione della prestazione da parte del personale sanitario della UU.OO.;

VISTO l'art.125 del D. lgs.n.163 del 12/04/2006, disciplinante l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori;

VISTO l'art.57 comma 2 lett. b) del D. lgs.n.163 del 12/04/2006;

DATO ATTO che la ditta di che trattasi a seguito dell'intervento eseguito ha fatto pervenire a questa Azienda la fattura n.11305239 del 20.11.2013 dell'importo complessivo di € 1.108,98;

RITENUTO pertanto opportuno corrispondere con il presente provvedimento a Getinge S.p.A., la somma di € 1.108,98 a saldo del debito contratto autorizzando contestualmente la somma sul conto di costo economico n.802020317 denominato "sopravvenienze passive" esercizio finanziario anno 2017;


SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ognuno per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

- Autorizzare la somma complessiva di € 1.108,98 al conto di costo economico n. .802020317 denominato "sopravvenienze passive" del corrente esercizio finanziario anno 2017;

- Liquidare e pagare a Getinge S.p.A. la fattura n.11305239 del 20.11.2013 dell'importo complessivo di € 1.108,98.

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave

GDA/DEA GETINGE

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>260/3</u>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
