
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **1036** del **11 APR. 2017**

DIREZIONE PROVVEDITORATO

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Affidamento, alla Ditta Acal BFI Italy S.r.l. con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ex art. 63 comma 2 lett b) punto 3 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, della fornitura di una serie di apparecchiature per Laser da destinare al Servizio di Fisica Sanitaria dell'ASP di Ragusa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Collaboratore Amministrativo Prof.le Esperto
Dott.ssa Cecilia Leone

IL DIRETTORE PROVVEDITORATO
Dott.ssa Maria Sigona

Il **11 APR. 2017**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Marcello Gugliotta**, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **16 APR. 2017**

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione del Servizio di Provveditorato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che, con delibera n. 1180 del 25 maggio 2016 è stato autorizzato l'esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di una serie di Apparecchiature per Laser prodotte dalla Gentec-EO, richiesti dal Direttore del Servizio di Fisica Sanitaria, Dott.ssa Anna Rabito, la quale dichiara che: i sistemi della Gentec-EO (Sensore HLP12-3S-H2 con INTEGRA, Sensore UP55N-300F-H12 con INTEGRA, Beam Profiler BEAMAGE 3.0 e Beam Splitter BDA-S-10-UV/IR) risultano essere fondamentali e pienamente rispondenti agli obblighi di legge previsti dal T.U. 81 capo V (rischi fisici) per quanto riguarda la sicurezza LASER;

Visto l'avviso volontario per la trasparenza ex ante che il RUP nominato, Dott.ssa Cecilia Leone, al fine di adottare procedure improntate alla massima trasparenza, in conformità alla procedura interna aziendale, attraverso l'adozione di adeguate forme di pubblicità, ha pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea GU/S S43 78480-2017-IT dal 02/03/2017 al 17/03/2017 e sul Profilo del Committente dal 02/03/2017 a tutt'oggi e con il quale si è sondato il mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, vi sono altri operatori economici, fornitori dell'attrezzatura sanitaria sopra descritta, con caratteristiche simili o analoghe con medesima equivalenza prestazionale, che possono idoneamente completare i set già in dotazione;

Preso atto che, durante il periodo di pubblicazione del predetto avviso ha manifestato interesse la Ditta Acal BFI Italy S.r.l., distributore in Italia di Gentec, che ha presentato offerta tecnica ed economica;

Vista la relazione tecnica in cui la Dott.ssa Anna Rabito ha ritenuto conforme a quanto richiesto il prodotto proposto della suddetta ditta;

Ritenuto che possa ritenersi congruamente accertata la unicità e infungibilità dell'apparecchiatura di cui trattasi e che, pertanto, ricorra la fattispecie prevista per la scelta del privato contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ex art.. 63 comma 2 lett b) punto 3 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e che, conseguentemente, la stessa possa essere legittimamente esperita e possa essere avviata la negoziazione con Acal BFI Italy S.r.l.;

Vista l'offerta della Ditta Acal BFI Italy S.r.l., completa di dichiarazione di esclusività, n. QT333919 così formulata:

N. 1- XLP12-3S-H2-INT Low Power Detector

P/N: 202608

Max Average Power: 3W

Effective Aperture: 12mm

Cooling Method: Convection

Includes stand

With INTEGRA embedded monitor

Spectral Range 0.19 – 20 µm

Rise Time: 2.5 sec

Noise Equivalent Power: 0.5 µW

N. 1 - UP55N-300F-H12-INT Max Average Power: 300W

Effective Aperture: 55mm Ø

Maximum Measurable Energy (Single Shot): 200J

Fan-Cooled

Includes stand

Europe power cord Included

With INTEGRA embedded monitor

N. 1 - BDA-S-10-UV/IR Wedge Beamsplitter, 3% to 10%

N. 1 - MAESTRO P/N: 201235C Touch Screen Singlechannel, Handheld,

Numero gara: (in caso di gara centralizzata o di bacino)
Oggetto della gara: affidamento ex art. 63 del D. Lgs. N. 50/2016, della fornitura di una serie di apparecchiature per Laser da destinare al Servizio di Fisica Sanitaria dell'ASP di Ragusa.
Modalità di aggiudicazione: ☒ Prezzo più basso ☐ Offerta economicamente più vantaggiosa
Tipologia procedura gara (inserire codice di riferimento): 18
Contratto per cui è prevista la "ripetizione di servizio analogo" (ex art. 57 D.Lgs. 163/2006): ☐ SI ☒ NO
Contratto oggetto di proroga: ☐ SI ☒ NO
Tipo provvedimento di adozione aziendale: ☐ Delib.di aggiudicazione capofila ☐ Delib.recepimento gara regionale/bacino/consorziata ☒ Delibera/determina aziendale ☐ Lettera di commessa ☐ Altro
Ambito di valenza del contratto: ☐ Nazionale ☐ Regionale ☐ Sovranazionale/consortile ☐ Bacino ☒ Aziendale ☐ Provinciale ☐ Cassa economale (no procedura) ☐ Altro
Ricorso al MEPA: SI ☐ NO ☒ X

✓

Laser Power & Energy 6 inches Monitor with Color LCD
Display Data Storage Via: USB Key Serial Commands Via:
USB (standard), Ethernet or RS-232 (cable in option) Europe
power cord included

N. 1 – BEAMAGE 3.0 – BEAM PROFILER

per l'importo complessivo di € 8.705,00 iva esclusa;

Quantificato in € 8.705,00 IVA compresa, il valore complessivo del contratto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016 e di cui al seguente quadro economico:

Fornitura e posa in opera		
Fornitura a base d'asta	€ 8.705,00	€ 8.705,00
Oneri Sicurezza		
Totale	€ 8.705,00	
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 22%	€ 1.915,10	
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 174,10	
altri oneri		
Totale somme a disposizione	€ 2.089,20	€ 2.089,20
TOTALE		€ 10.794,20

Considerato che risulta rispondente ed aderente ai principi di economicità, di efficacia, di tempestività e di correttezza procedere all'acquisto come sopra descritto;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per le ragioni sopra esposte in premessa, che qui si intendono riportate e confermate di:
Approvare l'esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ex art. 63 comma 2 lett b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 con Acal BFI Italy S.r.l. per l'acquisto delle apparecchiature per Laser sopra descritti;

Affidare alla Acal BFI Italy S.r.l. distributore esclusivo dei prodotti Gentec,, con sede legale in Via Alessandro De Stefani n. 60, 00137 Roma, Codice fiscale/Partita Iva 00439950585/09627110159, giusta offerta n. QT333919, la fornitura, da destinare al Servizio di Fisica Sanitaria dell'ASP di Ragusa, di:

Serie di apparecchiature per Laser prodotte dalla Gentec-EO

N. 1- XLP12-3S-H2-INT Low Power Detector

P/N: 202608

Max Average Power: 3W

Effective Aperture: 12mm

Cooling Method: Convection

Includes stand

With INTEGRA embedded monitor

Spectral Range 0.19 – 20 µm

Rise Time: 2.5 sec

Noise Equivalent Power: 0.5 µW

N. 1 - UP55N-300F-H12-INT Max Average Power: 300W

Effective Aperture: 55mm Ø

Maximum Measurable Energy (Single Shot): 200J

Fan-Cooled

Includes stand

Europe power cord Included

With INTEGRA embedded monitor

N. 1 - BDA-S-10-UV/IR Wedge Beamsplitter, 3% to 10%

N. 1 - MAESTRO P/N: 201235C Touch Screen Singlechannel, Handheld,

Laser Power & Energy 6 inches Monitor with Color LCD

Display Data Storage Via: USB Key Serial Commands Via:

USB (standard), Ethernet or RS-232 (cable in option) Europe

power cord included

N. 1 - BEAMAGE 3.0 - BEAM PROFILER

per l'importo complessivo di € 8.705,00 iva esclusa, € 10.620,10 iva compresa,

CIG ZA31E05357



Far fronte, alla spesa contrattuale complessiva di € 10.620,10 IVA compresa sul conto di patrimonio 101020501 (attrezzature sanitarie scientifiche) del bilancio corrente;

Autorizzare la spesa di € 174,10 quale incentivo per funzioni tecniche così come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da liquidarsi con successivo atto ai soggetti amministrativi impiegati nella procedura.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Annamaria Ferraro



Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	10054		
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		Il Contabile	
			

257