


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Giuseppe Drago

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1079 del 13 APR. 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 16 APR. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: Si

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA RISONANZA MAGNETICA DA INSTALLARE PRESSO IL NUOVO OSPEDALE "GIOVANNI PAOLO II " DI RAGUSA".

RETTIFICA ELABORATI PROGETTUALI TECNICO ECONOMICI. DIFFERIMENTO TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE. RIAPPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA.

CUP I27H16000960005 CIG 699090012F

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Lorenzo Aprile

Il 13 APR. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata

- Direttore Amministrativo

- Dott. Giuseppe Drago

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione del Settore Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con atto deliberativo n.614 del 23.02.2017 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai “*lavori di completamento sala risonanza magnetica da installare presso il nuovo ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa*”, corredato da relazione tecnica, elenco prezzi, computo metrico, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma dei lavori, piano di sicurezza e di coordinamento, elaborati grafici, conservato agli atti del Servizio Tecnico, approvando contestualmente i documenti di gara:

- a) Bando di gara;
- b) Estratto bando di gara per la pubblicazione alla G.U.R.S.;
- c) Disciplinare di gara e modelli di dichiarazione ed offerta economica;
- d) Relazione Tecnica;
- e) Capitolato speciale d'appalto
- f) Computo metrico estimativo
- g) Cronoprogramma;
- h) Elenco prezzi;
- i) Piano di sicurezza e coordinamento;
- j) Schema di contratto;
- k) Elaborati grafici;

DATO ATTO che, il fisico sanitario aziendale Dott.ssa Anna Rabito, con email del 11.04.2017 ha richiesto la revisione delle caratteristiche del metal detector di cui al punto 17 del CSA, impianti elettrici e speciali – elaborato denominato PE – G – CSA – IE, stante la non conformità alle indicazioni date nella relazione preliminare di sicurezza;

RITENUTO pertanto necessario sostituire il punto 17 del CSA con il punto 17 bis dove vengono individuate le nuove caratteristiche del metal detector a portale di seguito elencate:

- Il Detector dovrà essere in grado di rilevare gli oggetti ferromagnetici posseduti (indossati, installati o applicati) da tutte le persone che accedono al sito RM;
- Il detector dovrà avere una struttura a portale aperto con installazione fissa, dotato di tecnologia in grado di rilevare oggetti in tutte le direzioni;
- Dovrà avere la capacità di poter intercettare oggetti ferromagnetici in modo passivo senza creare interferenze con essi;
- Dovrà avere segnalazioni intuitive di tipo visivo e acustico e avere un modo di lavoro silenzioso di pre-screening;
- Dovrà avere uno spazio di sensibilità da un minimo di 50 cm fino ad almeno 150 cm in tutte le direzioni;
- Dovrà permettere l'accesso di pazienti deambulanti, con carrozzine o letti senza creare ostacoli;
- l'installazione deve essere possibile anche in zone diverse dalla porta di accesso della RM(es. corridoi);
- Dovrà essere fornito con certificato CE”;

✓

CONSIDERATO che la sostituzione del punto 17 con il punto 17 bis del Capitolato Speciale d'Appalto, comporta la necessità di dover prevedere una estensione sulla tempistica del bando di gara, estratto del bando e disciplinare di gara, onde consentire alle ditte partecipanti la possibilità di formulazione dell'offerta, in considerazione delle mutate caratteristiche tecniche del metal detector di cui sopra;

DATO ATTO che la modifica in atto non comporta l'assunzione di alcun maggiore onere economico di spesa, risultando così invariato il quadro economico come approvato con la citata delibera n.614/2017;

RITENUTO altresì di dover procedere alla riapprovazione del bando e del disciplinare di gara, rettificando il termine ultimo per la presentazione delle offerte nonché il giorno fissato per l'apertura delle stesse;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza:

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:


Provvedere, alla sostituzione del punto 17 con il punto 17 bis del Capitolato Speciale d'Appalto, individuando le nuove caratteristiche del metal detector a portale;

Darsi atto che la sostituzione di tipologia del prodotto non comporta l'assunzione di nessun ulteriore onere economico di spesa, mantenendo invariato il quadro economico di spesa, come approvato con atto deliberativo n.614/2017;

Provvedere alla pubblicazione degli atti di gara modificati, CSA, impianti elettrici e speciali – elaborato denominato PE – G – CSA – IE, bando di gara, estratto del bando, disciplinare di gara onde consentire alle ditte partecipanti la possibilità di formulazione dell'offerta;

Dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art.65 comma 7 della L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 della L.R. n.30/93.

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave


GDA/DELRETTIFICA CSA

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
