


IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30,

viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal  
**21 MAG. 2017**

IL

SEGRETARIO

**Sig. Marcello Gugliotta**

\*\*\*\*\*

\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO



**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato Regionale Sanità**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**R A G U S A**

## *DETERMINAZIONE*

N. **394** del **18 MAG. 2017**

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO:** Intervento tecnico fuori garanzia apparecchiatura di anestesia GE Healthcare mod. AISYS CS2 inv. 17400-asp installata presso Blocco Operatorio P.O. Civile di Ragusa.  
DITTA ULTRAMED srl di San Gregorio di Catania .  
Importo complessivo € 279,99 IVA COMPRESA.  
CIG. Z721E90681

**18 MAG. 2017**

Il \_\_\_\_\_, il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Lorenzo Aprile, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n.1702 del 13/08/2014, adotta la seguente determinazione:

SU proposta del Direttore del Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

**PREMESSO** che in data 12/04/2017 con ODL 8426 è stata avanzata sulla piattaforma GEOS richiesta di intervento tecnico riguardante un apparecchio di anestesia modello Aysis CS2 inv. 17400-asp Casa Produttrice Datex Ohmeda ed installato presso il Blocco Operatorio del P.O. Civile di Ragusa;

**CHE** la stessa è stata fornita e collaudata in data 07/09/2016 a seguito di aggiudicazione alla ditta Ultramed della fornitura di apparecchiature di anestesia;

**CHE** la Ditta aggiudicataria del Servizio di Ingegneria Clinica ATI Draeger, in riferimento a tale richiesta, essendo l'apparecchiatura ancora in garanzia, ha interpellato la ditta Ultramed di San Gregorio di Catania, agente di zona per i prodotti Datex Ohmeda, la quale ha inviato il preventivo n. 102/17/AT del 14/04/2017 importo € 243,00 IVA esclusa, relativo alla fornitura di n. 1 cavo NTM parte terminale a 2 elettrodi e sensore di rilevazione meccanica, considerati consumabili non coperti da garanzia;

**CHE** a seguito di corrispondenza tra la Ditta Ultramed e l'ufficio addetto, nonché parere del Responsabile della U.O., dott. Rabito, si è arrivati alla determinazione che il cavo non rientra tra i consumabili coperti da garanzia e pertanto, al fine di rimettere in funzione l'apparecchiatura, di provvedere all'acquisto dello stesso ottenendo peraltro uno sconto sulla fornitura come da preventivo n. 102/17/AT del 19/04/2017 dell'importo di € 229,50 IVA esclusa;

**CONSIDERATO** che occorre provvedere a ripristinare la funzionalità dell'apparecchiatura di anestesia in argomento;

**CHE** con atto deliberativo n. 170 del 19/01/2017 (aut. 75/14) si è provveduto ad autorizzare la spesa di € 100.000,00 IVA compresa, al fine di far fronte alle spese per interventi extra contratto fra cui rientra appunto tale tipologia di intervento;

**PRESO ATTO** di quanto sopra;

**SENTITI** i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

#### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono ripetuti e trascritti di:

- 1) Autorizzare la fornitura di n. 1 1cavo NTM parte terminale a 2 elettrodi e sensore di rilevazione meccanica necessario alla funzionalità dell'apparecchio di Anestesia modello Aysis CS2 Datex Ohmeda inv. 17400-asp installato presso il Blocco Operatorio del P.O. Civile di Ragusa;
- 2) Affidare tale fornitura alla ditta Ultramed di San Gregorio di Catania, agente di zona per i prodotti Datex Ohmeda come da preventivo n. 102/17/AT del 19/04/2017 dell'importo di € 279,99 IVA compresa;
- 3) Dare atto che la somma di € 279,99 IVA compresa rientra nell'aut. n.75/14 del conto economico n 503030101 denominato "manutenzione e riparazione alle attrezzature tecniche-scientifiche e sanitarie" al fine di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- 3) Dare atto che si provvederà con successivo elenco di liquidazione al pagamento del credito dovuto;

4) Dare atto altresì che gli atti richiamati nella presente deliberazione sono custoditi presso la Direzione Servizio Tecnico.

data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	75/14		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
