


IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all' albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 16 LUG. 2017

IL

SEGRETARIO


Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme all'originale in atti IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 555 del 12 LUG. 2017

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Intervento tecnico fuori garanzia microscopio Operatorio LEICA Microsystems GMBH Mod. M 400 E inv. 17205-asp in uso Sale Operatorie P.OMPA di Ragusa. DITTA LEICA Microsystems srl di Varese. Importo complessivo € 2.811,12 IVA COMPRESA. CIG. Z731E1B228

Il 12 LUG. 2017, il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Lorenzo Aprile, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n.1702 del 13/08/2014, adotta la seguente determinazione:

SU proposta del Direttore del Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

PREMESSO che in data 12 gennaio 2017, su apposita richiesta del Responsabile della U.O. di Otorino dell'OMPA, dott. V. Calabrese, si è provveduto al trasferimento, tramite la ditta di Ingegneria Clinica ATI Draeger, delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alla stessa U.O. presso la U.O. di Otorino del Presidio Ospedaliero Maggiore di Modica;

CHE successivamente, in data 18 gennaio 2017, la Direzione Strategica disponeva il trasferimento delle stesse apparecchiature da Modica a Ragusa, trasferimento regolarmente effettuato nella stessa data da parte dell'ATI Draeger;

CHE tra le apparecchiature in argomento figurava un microscopio Operatorio LEICA Microsystems GMBH Mod. M 400 E inv. 17205-asp in garanzia (essendo stato collaudato in data 19/05/2016) fino al 19/05/2018 il quale, durante il trasferimento, subì un guasto alle ruote della base che cedendo danneggiava un fianco dell'apparecchio;

VISTO che in data 24/01/2017 con ODL 8049 è stata avanzata sulla piattaforma GEOS richiesta di intervento tecnico sul microscopio LEICA per "ruota guasta, impossibile la movimentazione";

CHE la Ditta ATI Draeger, considerato che trattavasi di apparecchiatura in garanzia, provvedeva ad interpellare la ditta costruttrice LEICA i tecnici della quale, intervenuti in data 06/02/2017, hanno eseguito la sostituzione dei ricambi provvedendo al riallineamento delle ottiche (vedi foglio di lavoro n. 2000312026);

CONSIDERATO che l'intervento non poteva essere considerato in garanzia date le modalità del guasto, la ditta LEICA successivamente al lavoro effettuato ha inviato il consuntivo n. 73717035 del 22 marzo 2017 dell'importo di € 2.769,20 IVA esclusa, successivamente scontato su richiesta degli uffici competenti ad € 2.304,20 IVA esclusa;

VISTO peraltro che la suddetta ditta ha erroneamente intestato il consuntivo alla ATI Draeger anziché all'ASP, gli uffici competenti hanno richiesto che l'intestazione venisse corretta al fine di procedere alla regolarizzazione dell'iter amministrativo e pertanto in data 30 giugno 2017 la ditta LEICA ha proceduto a rimettere il suddetto consuntivo;

CONSIDERATO che l'intervento è stato effettuato regolarmente come da attestazione in calce al foglio di lavoro n. 2000312026 da parte del tecnico della ditta di ingegneria clinica ATI Draeger pertanto occorre provvedere all'approvazione del consuntivo del lavoro effettuato al fine di procedere successivamente alla liquidazione del dovuto;

VISTO che con atto deliberativo n. 170 del 19/01/2017 (aut. 75/14) si è provveduto ad autorizzare la spesa di € 100.000,00 IVA compresa, al fine di far fronte alle spese per interventi extra contratto fra cui rientra appunto tale tipologia di intervento;

PRESO ATTO di quanto sopra;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono ripetuti e trascritti di:

- 1) Approvare il consuntivo n. 73717035 del 22 marzo 2017 dell'importo scontato di € 2.811,12 IVA compresa riguardante l'intervento di sostituzione ricambi e successivo riallineamento delle ottiche (vedi foglio di lavoro n. 2000312026) del microscopio Operatorio LEICA Microsystems GMBH Mod. M 400 E inv. 17205-asp in dotazione alla U.O. di Otorino del Presidio Ospedaliero OMPA di Ragusa;
- 2) Dare atto che la somma di € 2.811,12 IVA compresa rientra nell'aut. n.75/14 del conto economico n. 503030101 denominato "manutenzione e riparazione alle attrezzature tecniche-scientifiche e sanitarie" al fine di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- 3) Dare atto che si provvederà con successivo elenco di liquidazione al pagamento del credito dovuto.

data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>75/30</u>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
