



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 2384 del 3 OTT. 2017

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Riallineamento funzionale alle condizioni del Global Service dell'apparecchiatura Beta/Gamma detector-LECO sic 8673-ATI installata presso ARPA Ragusa: integrazione spesa per anomalie riscontrate a seguito primo intervento tecnico. DITTA ATI Draeger Medical Italia S.p.A.- Milano. Importo complessivo € 1.460,34 IVA compresa. CIG Z8C1EBD06E

L'ESTENSORE

[Signature]
IL DIRIGENTE AMM.VO
Ditta Anna Calabrese

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]
IL DIRIGENTE AMM.VO
Ditta Anna Calabrese

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

SERVIZIO TECNICO
IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. ELENA MUSCICA

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 75/27 del 29/05/2017 C.E. / C.P. / F d. Vinc. / S.Pass.

Denominazione 503030101 MANUTENZIONE AUREATURE SANITARIE E Scidi

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

[Signature]

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Massimo Cicero)

Il 3 OTT. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 dai dottori:

Elvira Amata, Direttore Amministrativo e Giuseppe Drago, Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 8 OTT. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - Immediatamente esecutiva dal _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che in data 14/04/2017 è stato firmato il Protocollo d'intesa tra l'ASP di Ragusa e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sicilia "ARPA SICILIA";

CHE all'art. 5 del suddetto Protocollo d'Intesa è stato quantizzata la somma di € 50.000,00 per il riallineamento di apparecchiature guaste per le quali occorre effettuare una manutenzione correttiva prevista, tra l'altro, all'art. 10.1/3 comma 4 del CSA del Global in atto in vigore di cui è aggiudicataria la Ditta ATI Draeger;

CHE con l'atto deliberativo n. 1491 del 30/05/2017 si è provveduto ad autorizzare interventi di riallineamento riguardanti, tra l'altro, l'apparecchiatura Beta/Gamma detector-LECO sic 8673-ATI;

CHE, all'atto dell'intervento, la ditta ATI Draeger, dopo aver provveduto in data 25/07/2017 alla "manutenzione della pompa del vuoto, pulizia filtro della ventola, verifica perdite, riparazione del chiller che non comunicava con lo strumento, prove di funzionamento in diagnostica e con cicli effettuati dal cliente con esito positivo", in data 04/09/2017 si è riscontrata perdita di olio dai carter per cui la ditta ATI ha contattato la Casa Madre LECO Italy i cui tecnici, recatisi in loco in data 14/09/2017, alla presenza del personale utilizzatore nonché dei tecnici ditta ATI, hanno installato una nuova pompa del vuoto e hanno ripristinato la funzionalità dell'apparecchiatura;

PRESO ATTO che Ditta ATI Draeger, in riferimento alla problematica suddetta, ha inviato agli uffici competenti con mail del 18/09/2017, il consuntivo della ditta LECO n. 201372 nel quale vengono elencate i ricambi occorsi alla riparazione definitiva dello strumento il cui totale ammonta ad € 5.347,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che tale somma totale comprende anche i ricambi autorizzati con il precedente atto deliberativo n. 1491 del 30/05/2017 pari ad € 4.150,00 IVA esclusa, occorre con il presente atto autorizzare a consuntivo l'ulteriore somma di € 1.197,00 IVA esclusa resa necessaria per completare l'intervento di che trattasi al fine di provvedere al riallineamento della apparecchiatura prima di affidarla alla ditta del Global Service come da Protocollo d'Intesa;

VISTO il rapporto tecnico n. 013006100008537, regolarmente controfirmato dal tecnico della Ditta ATI nonché dall'utilizzatore dell'apparecchiatura e nel quale sono evidenziate tutte le varie operazioni effettuate sulla macchina;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad autorizzare a consuntivo il completamento della riparazione dell'apparecchiatura in argomento per una ulteriore spesa di €. 1.460,34 IVA compresa da gravare sull'aut. n. 75/27 di cui alla delibera n. 1491 del 30/05/2017;

SU PROPOSTA del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Approvare a consuntivo la somma di € 1.460,34 IVA compresa, richiesta dalla Ditta ATI Draeger, riguardante il completamento del precedente intervento (autorizzato con delibera n. 1491 del 30/05/2017) sull'apparecchiatura Beta/Gamma detector-LECO sic 8673-ATI mediante sostituzione pompa del vuoto completando in tal modo il riallineamento delle attrezzature di laboratorio installate presso ARPA Ragusa come da art. 5 del Protocollo d'intesa tra l'ASP di Ragusa e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sicilia "ARPA SICILIA";

Prendere atto che anche tale intervento è stato effettuato dalla Ditta ATI Draeger come previsto all'art. 10.1/3 del CSA del Global Service in atto in vigore;

Imputare la spesa di € 1.460,34 IVA compresa, bilancio corrente, sul conto di costo 503030101 (Manutenzione e riparazione attrezzature tecn. scientifiche e sanitarie) aut. n. 75/27.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL COMMISSARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. Marcello Gagliotta