

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ 2017

IL SEGRETARIO

*Sig. Marcello Cugliotta*

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_ Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO


REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 2752 del 28 NOV. 2017

DIREZIONE \_\_\_\_\_

OGGETTO: Determina a contrarre e avvio di procedura in e-procurement sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura triennale, in somministrazione, di "aghi monouso con gommino vacutainer per prelievo multiplo sottovuoto", destinati al Dipartimento Prevenzione Veterinario, con eventuale proroga annuale ed estensione del sesto quinto. Aggiudicazione

L'ESTENSORE  
*Chiara Fucini*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Cecilia Leone  
*Cecilia Leone*

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott.ssa Maria Sigona  
*Maria Sigona*

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il \_\_\_\_\_

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 1817 del 22/09/2017  C.F.  C.P. / F d.Vinc. S.Pass.

Denominazione solonoz ACRI MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO  
*Massimo Cicero*

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
(Dott. Massimo Cicero)

28 NOV. 2017

Il \_\_\_\_\_, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 dai dottori: Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo e Giuseppe Drago, Direttore Sanitario e con l'assistenza *Sig. Marcello Cugliotta*, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

**PREMESSO** che con delibera n. 1939 del 12/07/2017, è stato autorizzato, l'esperimento di gara elettronica in e-procurement per l'acquisizione sul MEPA, per la fornitura triennale, in somministrazione, di n. 600.000 "ago sterile monouso 20G 1 1/2 con gommino vacutainer per prelievo multiplo sottovuoto" con eventuale proroga annuale ed estensione del quinto d'obbligo, destinati al Dipartimento Prevenzione Veterinario, articolata in unico lotto, ex art. 106, comma 11;

**RILEVATO** che, per quanto sopra, con RDO 1635520 è stata esperita la procedura di gara elettronica in e-procurement sul MEPA, per l'affidamento del prodotto in argomento, da aggiudicare ai sensi dell'art.95 c.4 lett b) del D.Lgs n.50/2016, vale a dire a favore dell'offerta che presenti il prezzo complessivo più basso, anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della documentazione amministrativa/tecnica;

**CHE** per problemi tecnici, la stessa è stata sospesa e subito ripubblicata con nuovo N. di RDO 1683285, dandone comunicazione tramite il portale MEPA;

**RILEVATO** che, per quanto sopra, con RDO 1683285 è stata esperita la procedura di gara elettronica in e-procurement sul MEPA, per l'affidamento del prodotto in argomento, da aggiudicare ai sensi dell'art.95 c.4 lett b) del D.Lgs n.50/2016, vale a dire a favore dell'offerta che presenti il prezzo complessivo più basso, anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della documentazione amministrativa/tecnica;

**CHE** alla scadenza, fissata giorno 29/09/2017 ore 13:00, sono pervenute le seguenti offerte:

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 1) LYES ANALITICA                | - P.IVA: 04144050822 |
| 2) FUTURLAB s.r.l.               | - P.IVA: 03784360285 |
| 3) O.PI.VI. s.r.l.               | - P.IVA: 02834700151 |
| 4) DIAFARM UNION s.r.l.          | - P.IVA: 03402200871 |
| 5) GREINER BIO-ONE ITALIA s.r.l. | - P.IVA: 09508180966 |
| 6) BENEFIS s.r.l.                | - P.IVA: 02790240101 |

**RILEVATO** che:

- dall'esame della documentazione amministrativa, tutte le offerte sono state dichiarate regolari e ammesse all'esame tecnico;

- dall'esame della documentazione tecnica, come da verbale del 26/10/2017, la Commissione Tecnica, ha rilevato quanto segue: i prodotti offerti dalle suindicate ditte sono risultati conformi e ammesse alla prova pratica in allevamento;

- dall'esame della campionatura e prova pratica in allevamento, come da verbale del 31/10/2017, la Commissione Tecnica, ha rilevato quanto segue: gli aghi delle ditte LYES ANALITICA, O.PI.VI. s.r.l. e GREINER BIO-ONE ITALIA s.r.l., sono risultati conformi ad eccezione di quelli delle sotto elencate ditte:

- Benefis s.r.l. risultati *non conformi* poiché il gommino determina l'espulsione della provetta all'atto dell'inserimento dell'ago nel tappo di gomma della stessa. La Commissione Tecnica ha rilevato, altresì, che l'ago si estrae con estrema difficoltà per la resistenza del sigillo di chiusura. Inoltre, su una percentuale significativa degli stessi, nella fase di rimozione del cappuccio di protezione, la parte di colore giallo si sfilava lasciando scoperto l'ago, con conseguente pericolo per l'operatore;

- DIAFARM UNION s.r.l.: *non conforme* poiché il gommino determina l'espulsione della provetta all'atto dell'inserimento dell'ago nel tappo di gomma della stessa;

- FUTURLAB s.r.l.: *non conforme* poiché il gommino determina l'espulsione della provetta all'atto dell'inserimento dell'ago nel tappo di gomma della stessa.

**CHE** in data 02/11/2017, tramite portale MEPA, è stato comunicato alle ditte Benefis, Diafarm Union e Futurlab la non conformità degli aghi offerti e pertanto l'esclusione del prosieguo di gara;

**CHE** la Ditta Diafarm Union in data 02/11/2017 ha contestato l'esclusione dalla gara e ha richiesto una urgente verifica, in contraddittorio;

**CHE** anche la ditta Futurlab in data 03/11/2017 ha contestato l'esclusione dalla gara;

CHE, la Commissione Tecnica ha preso atto delle contestazioni pervenute e ha comunicato che giorno 08/11/2017 ore 9:30 sarebbe stata ripetuta la prova pratica in allevamento;

CHE di quanto sopra è stata data notizia a tutte le ditte partecipanti con l'invito a presenziare la seduta dandone conferma entro il 07/11/2017 ore 13:00;

CHE, come da verbale dell'08/11/2017, la Commissione a seguito della prova pratica, effettuata solo relativamente alla ditta Diafarm Union che si è presentata, ha rilevato quanto segue:

**DIAFARM UNION s.r.l.:** La Commissione conferma il giudizio di non conformità già espresso in data 31/10/2017 e pertanto viene esclusa dal prosieguo di gara in data 09/11/2017;

Relativamente alla Ditta Futurlab la Commissione, esaminata la contestazione pervenuta, giudica la motivazione addotta dalla ditta per evitare il fenomeno Kick-back non valida in quanto l'attività di campo sugli animali non consente la costante tenuta della provetta durante il prelievo e pertanto la Commissione Tecnica ha ribadito la non conformità del prodotto e l'esclusione dal prosieguo di gara in data 09/11/2017;

CHE, per quanto sopra, si è proceduto all'apertura delle offerte economiche delle ditte la cui offerta è conforme e alla formulazione della graduatoria, come di seguito riportato:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Ditta GREINER BIO-ONE ITALIA s.r.l. | € 34.200,00 oltre iva |
| 2) Ditta LYES ANALITICA                | € 34.680,00 oltre iva |
| 3) Ditta O.PI.VI. s.r.l.               | € 37.200,00 oltre iva |

**RITENUTO**, pertanto, di proporre l'aggiudicazione a favore della ditta GREINER BIO-ONE ITALIA s.r.l. di Cassina de' Pecchi – P.IVA: 09508180966 - che ha presentato l'offerta al prezzo più basso rispondente a quanto richiesto, di seguito elencato:

Lotto 1: **ago per prelievo multiplo Vacuette 20Gx1 ½** - cod. 45007 corredate da camicia cod. 450209 ad € 0,057 cad. oltre iva per un importo complessivo presunto triennale di € 34.200,00 oltre iva, pari a € 41.724,00 iva compresa

**QUANTIFICATA** la spesa complessiva e presunta triennale, di € 41.724,00 iva compresa;

**PRESO atto** della regolarità della procedura esperita;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

## DELIBERA


1. **Approvare** gli atti di gara della RDO 1683285;
2. **Affidare**, alla ditta GREINER BIO-ONE ITALIA s.r.l. di Cassina de' Pecchi – P.IVA: 09508180966 - la fornitura triennale, in somministrazione, di "*aghi monouso con gommino vacutainer per prelievo multiplo sottovuoto*" corredate di campane, destinati al Dipartimento Prevenzione Veterinario, con eventuale proroga annuale ed estensione del quinto d'obbligo, articolata in unico lotto, ex art. 106, comma 11, per l'importo complessivo presunto triennale di € 41.724,00 iva compresa come segue (**N. SIMOG: 6844641. CIG: 72016952B8**):  
**Lotto 1: in somministrazione –**  
- **n. 600.000 ago per prelievo multiplo Vacuette 20Gx1 ½** - cod. 45007 corredate da camicia cod. 450209 ad € 0,057 cad. oltre iva per un importo complessivo presunto triennale di € 34.200,00 oltre iva, pari a € 41.724,00 iva compresa
3. **Prevedere** la spesa complessiva presunta, riferita al triennio di € 41.724,00 iva compresa;
4. **Prevedere** le autorizzazioni di spesa negli esercizi di competenza, sul conto n.501011102 denominato "*altri materiali e prodotti uso veterinario*" come segue:
  - **per l'anno 2017 (dicembre)** € 1.159,00 iva compresa
  - **per l'anno 2018** € 13.908,00 iva compresa
  - **per l'anno 2019** € 13.908,00 iva compresa
  - **per l'anno 2020 (gennaio/novembre)** € 12.749,00 iva compresa

5. **Prevedere/autorizzare** la spesa di € 768,00 quale incentivo per funzioni tecniche / amministrative, corrispondente al 2% dell'importo complessivo a base di gara (*Iva esclusa*), ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da liquidarsi con successivo atto ai soggetti amministrativi impiegati nella procedura, così suddivisa:  
€ 256 – anno 2018  
€ 256 – anno 2019  
€ 256 – anno 2020
6. **Dare atto** che i documenti richiamati nella presente delibera sono custoditi e conservati presso la Direzione del Servizio Provveditorato;
7. **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza di dotare i servizi dei suddetti prodotti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Salvatore Lombardo



IL COMMISSARIO  
Dott. Salvatore Licio Ficarra



IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giuseppe Drago



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

**Sig. Marcello Cuglietta**

