

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal

24 DIC. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cugliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot./n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 2903 del 18 DIC. 2017

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO:. Procedura in e-procurement sul Mepa per l'acquisizione di apparecchiature da destinare all'U.O.C. di Cardiologia e UTIC di Ragusa e Vittoria e strumentazione da destinare all'Anatomia Patologica di Vittoria. Presa d'atto sostituzione poligrafo.

L'ESTENSORE
Annamaria Ferraro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giovanfi Petriliggieri

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott.ssa Maria-Sigona

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 15 DIC. 2017

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

<input type="checkbox"/> Autorizzazione n. _____ del _____	C.E.	C.P.	Fd. Vinc.	S. Pass.
--	------	------	-----------	----------

Denominazione **NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA** _____

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO
Giuseppe Lombardo

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Massimo Cicero)

Il 18 DIC. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 dai dottori:

Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo e Giuseppe Drago, Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Cugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità;

Premesso che con Delibera n. 2926 del 15/12/2016 è stata aggiudicata la fornitura di un poligrafo da destinare all'U.O.C. Cardiologia e UTIC di Vittoria, alla ditta ULTRAMED S.r.l.;

Preso atto che in sede di collaudo, fissato per il giorno 07/09/2017, si è rilevato che la ditta ULTRAMED s.r.l. ha fornito un sistema diverso da quanto offerto in gara e in particolare il modulo con codice P1004BN di produzione GE Healthcare è stato sostituito con un modulo composto da due elementi con cod. P1003BN + P1009QB di produzione GE Healthcare, che secondo quanto dichiarato dalla stessa ditta ULTRAMED presenta caratteristiche migliorative alle medesime condizioni contrattuali;

Visto il verbale del 07/09/2017 dal quale si rileva che il Direttore dell'U.O.C. Cardiologia di Vittoria, Dott. Vladimiro Lettica, esprime "parere favorevole per equivalenza e migliorativo rispetto a quello offerto";

Preso atto che con nota prot.n.26955 del 15/09/2017 è stata elevata la contestazione alla ditta Ultramed srl in merito a tale difformità in sede di consegna ed è stata invitata la stessa a relazione sull'accaduto;

Preso atto che con nota prot.n.101/17/VT del 18/09/2017 la ditta Ultramed srl ha relazionato in merito ed ha presentato a supporto idonea documentazione sostenendo e provando che l'apparecchiatura consegnata in sostituzione ha un costo maggiore dell'apparecchiatura offerta in sede di gara e che la stessa presenta le medesime caratteristiche tecniche con prestazioni aggiuntive;

Preso atto che con mail del 02/10/2017 il Servizio di Ingegneria Clinica ha confermato che il sistema Combolab XT (cod. P1003BN + P1009QB) ha prestazioni aggiuntive rispetto a quanto garantito dal sistema Cardiolab XT (codice P1004BN);

Preso atto che, per quanto sopra, è stata accolta la proposta di sostituzione del poligrafo;

Ritenuto pertanto di poter approvare il collaudo redatto in data 07/09/2017;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in narrativa che qui s'intendono riportate e confermate:

- 1) **Prendere atto** della sostituzione del poligrafo con codice P1004BN di produzione GE Healthcare con un modulo composto da due elementi con cod. P1003BN + P1009QB di produzione GE Healthcare e fornito dalla ditta Ultramed srl per l'U.O.C. di Cardiologia dell'Ospedale di Vittoria.
- 2) **Approvare** il collaudo redatto in data 07/09/2017.
- 3) Il presente atto non comporta impegno di spesa.
- 4) **Dare atto** che i documenti richiamati nella presente deliberazione sono custoditi e conservati presso la Direzione del Servizio Provveditorato.
- 5) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. Marcello Curiotta