

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal - 2 GIU. 2018

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cugliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 1052 del 29 MAG. 2018

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO: Affidamento della fornitura ed installazione di "sonde di temperatura PT-100" per il monitoraggio delle temperature delle "attrezzature refrigeranti", in uso ai Servizi Trasfusionali (S.I.M.T.) Aziendali, comprensiva dell'aggiornamento del "sistema T-Guard".

L'ESTENSORE

Dott.ssa Vincenza Piccione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Vincenza Piccione

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott.ssa Maria Sigona

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 29 MAG. 2018

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 61/2 del 25/01/18 [C.E.] [C.P.] [F.d.Vinc.] [S.Pass.]

Denominazione 50102010502 - Materiale per manutenzione di attrezzature

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

[Signature]

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Massimo Cicero)

Il 29 MAG. 2018, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario,

Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° /

S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 30/1993, dai dottori:

Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo, e Sig. Marcello Cugliotta, Direttore Sanitario

e con l'assistenza _____, quale Segretario verbalizzante, adotta la

seguinte deliberazione:

Visto il *D.Lgs. n. 50/1992 e s.m.i.*;

Vista la *L.R. n. 5/2009*;

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP adottato con *delibera n. 1774 del 03/05/2017* ed approvato con *DD.AA. nn. 1095/217 e 1058/17*;

Premesso che i Servizi Trasfusionali (*S.I.M.T.*) Aziendali hanno in dotazione un "sistema di registrazione e monitoraggio delle temperature *"T-GUARD"*, della società *Biomed Consulting S.r.l.*;

Rilevato che il Direttore dei Servizi Trasfusionali (*S.I.M.T.*) Aziendali, *dr. Giovanni Garozzo*, con *nota prot. n. 83/SIMT del 19/02/2018*, per le motivazioni ivi espresse, ha chiesto l'integrazione del suddetto "sistema *T-Guard*" con le apparecchiature refrigeranti (*frigoemoteche, congelatori e agitatore piastrinico*), in uso presso i *S.I.M.T. di Ragusa, Modica e Vittoria*, nonché la predisposizione dei relativi punti rete, come di seguito:

	<i>Punti Rete</i>	<i>Sonde</i>	<i>Note</i>	<i>Locali</i>
<i>SIMT Vittoria</i>	2	2	2 Sonde per Frigoemoteche	Laboratorio Immunoematologia
<i>SIMT Modica</i>	0	2	1 Sonda Congelatore	Stanza Cappa
			1 Sonda Frigoemoteca	Conservazione Plasma
<i>SIMT Ragusa</i>	2	7	1 punto rete	Stoccaggio Emazie Congelate,
			1 punto rete	Stanza Accettazione e Consegna
			1 Sonda Congelatore	Stoccaggio Emazie Congelate
			2 Sonde Congelatori	Congelamento Emocomponenti
			1 Sonda Congelatore e 2 Sonde Frigoemoteche	Stanza Frigoreagenti
<i>Totale</i>	4	11	1 Sonda Agitatore Piastrinico	Stanza Accettazione e Consegna

Rilevato che, con la suddetta nota, il *dr. Giovanni Garozzo*, fa presente, *tra l'altro*, che:

- "il monitoraggio della catena del freddo è un aspetto critico ed essenziale del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, in quanto è necessario che il plasma, prodotto in seguito alle donazioni in plasmaferesi e alla scomposizione del sangue intero, venga congelato a temperature opportune, così come stabilito dalla normativa trasfusionale di riferimento (art. 23 del Decreto 2 novembre 2015 "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti");

- *in seguito alla consegna e al collaudo di svariate apparecchiature (frigoemoteche e congelatori), nonché al trasloco delle frigoemoteche già allocate presso i presidi ospedalieri di Scicli e di Comiso, si rende necessario ed indispensabile il monitoraggio e la tracciabilità delle temperature di esercizio di dette apparecchiature: il mancato monitoraggio non consentirebbe di ottemperare e precise e cogenti disposizioni di legge, nonché alle indicazioni della società individuata dalla Regione per la plasma produzione";*

Rilevato che la fattispecie in oggetto, trattandosi di forniture destinate all'ampliamento di impianti esistenti, si inquadra nella previsione di cui all'art. 63, comma 3, lett. b), del *D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*, in quanto l'acquisizione di forniture con caratteristiche tecniche differenti comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche;

Rilevato che, per quanto sopra, con *nota prot. n. 10097 del 03/05/2018* è stato chiesto alla società *Biomed Consulting S.r.l.*, produttrice del sistema "T-Guard", di formulare la propria migliore offerta;

Vista l'offerta rif. Off_051_18 del 07/05/2018 della società Biomed Consulting S.r.l., che qui si intende integralmente riportata e trascritta, dalla quale risulta che il costo complessivo riferito all'aggiornamento/integrazione del sistema, in uso al Servizio Trasfusionale (S.I.M.T.), è di € 8.973,00 oltre iva 22%, (costo per singola sonda: € 815,73 oltre iva 22%);

Rilevato che la società Biomed Consulting S.r.l., come da nota allegata alla suddetta offerta (07/05/2018), ha dichiarato che "il prodotto denominato T-Guard è realizzato e commercializzato in esclusiva dalla stessa";

Visto il parere di conformità favorevole espresso dal Direttore dei Servizi Trasfusionali (S.I.M.T.) Aziendali, dr. Giovanni Garozzo, (nota/e-mail del 14/05/2018);

Rilevato che, a seguito di espressa richiesta di miglioramento (nota/pec del 15/05/2018), la società Biomed Consulting S.r.l., con nota/pec di riscontro del 15/05/2018, si è dichiarata disponibile a praticare uno sconto del 7% sul prezzo sopra offerto, e, pertanto, pari ad € 8.344,89 oltre iva 22% (costo per singola sonda: € 758,626 oltre iva 22%);

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla società Biomed Consulting S.r.l. la fornitura ed installazione di "n. 11 sonde di temperatura PT-100" per il monitoraggio delle temperature delle "apparecchiature refrigeranti (frigoemoteche, congelatori e agitatore piastrinico)", in uso ai Servizi Trasfusionali (S.I.M.T.) Aziendali, comprensiva dell'aggiornamento del "sistema T-Guard", per l'importo complessivo di € 8.344,89 oltre iva 22%, pari ad € 10.180,77 iva compresa, come da offerta rif. Off_051_18 del 07/05/2018 e successiva nota/pec di miglioramento del 15/05/2018;

Atteso di dover provvedere in merito;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per gli aspetti di rispettiva competenza;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, alla società Biomed Consulting S.r.l. la fornitura ed installazione di "n. 11 sonde di temperatura PT-100" per il monitoraggio delle temperature delle "apparecchiature refrigeranti (frigoemoteche, congelatori e agitatore piastrinico)", in uso ai Servizi Trasfusionali (S.I.M.T.) Aziendali, comprensiva dell'aggiornamento del "sistema T-Guard", per l'importo complessivo di € 8.344,89 oltre iva 22%, pari ad € 10.180,77 iva compresa, come da offerta rif. Off_051_18 del 07/05/2018 e successiva nota/pec di miglioramento del 15/05/2018, e precisamente:
(CIG: Z01239A93B)

	<i>Punti Rete</i>	<i>Sonde</i>	<i>Note</i>	<i>Locali</i>
<i>SIMT Vittoria</i>	2	2	2 Sonde per Frigoemoteche	Laboratorio Immunoematologia
<i>SIMT Modica</i>	0	2	1 Sonda Congelatore	Stanza Cappa
			1 Sonda Frigoemoteca	Conservazione Plasma
<i>SIMT Ragusa</i>	2	7	1 punto rete	Stoccaggio Emazie Congelate,
			1 punto rete	Stanza Accettazione e Consegna
			1 Sonda Congelatore	Stoccaggio Emazie Congelate
			2 Sonde Congelatori	Congelamento Emocomponenti
			1 Sonda Congelatore e 2 Sonde Frigoemoteche	Stanza Frigoreagenti
			1 Sonda Agitatore Piastrinico	Stanza Accettazione e Consegna
Totale	4	11		

- la suddetta fornitura è comprensiva, altresì, di n. 7 moduli mod. 3014 PT-100, di n. 4 moduli di conversione RS485-Ethernet, di n. 4 alimentatori per i moduli, di tutto il materiale necessario al cablaggio e dell'aggiornamento software del sistema T-Guard, in uso ai Servizi Trasfusionali (S.I.M.T.) Aziendali.


- *prevedere* la spesa complessiva di € 10.180,77 iva compresa 22% (Conto 50102010502 "Materiale per manutenzione di attrezzature" - Aut. ___);

- *dare atto* che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso il Servizio Provveditorato;


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo



IL COMMISSARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra



IL DIRETTORE SANITARIO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. ~~Marcello Caporaso~~
