



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 1524 del 30 LUG. 2018

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Intervento tecnico fuori garanzia Videocolonscopio PENTAX inv. n. 22454-asp in dotazione alla U.O.C. di Gastroenterologia P.O. Civile di Ragusa.
DITTA PENTAX Italia srl di Milano. Importo complessivo € 866,20 IVA Compresa. CIG ZED245B996.

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
ing. Gaetano

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 20 LUG. 2018

VISTO CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 75/1 del CE. / C.P. / S.Pass.

Denominazione 503030101 - Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Massimo Cicero)

Il 30 LUG. 2018, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 da:
Dott. Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo
Dott. Emanuele Cassarà, Direttore Sanitario
e con l'assistenza _____, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 5 AGO. 2018

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che in data 26/04/2018 con ODL n. 10222 è stata inoltrata dal Reparto sulla piattaforma Aziendale GEOS- software per la gestione delle manutenzioni apparecchiature elettromedicali aziendali- una richiesta di intervento tecnico riguardante il Videocolonscopio PENTAX CORP mod EC-3890FI matr. H111745 inv. 22454-asp in dotazione alla U.O.C. di Gastroenterologia del P.O. Civile di Ragusa a causa di " problemi sui tiranti";

CHE per l'effettuazione di tale intervento è stata interpellata la Ditta aggiudicataria del Servizio di Ingegneria Clinica attualmente in vigore - ATI Draeger- la quale, essendo il Videocolonscopio ancora in garanzia (essendo stato collaudato il 10/10/2017), così come previsto nel CSA per i guasti durante il periodo di garanzia, ha interpellato la Casa Madre Pentax Italia srl di Milano la quale ha inviato in loco un proprio tecnico che ha prelevato il videocolonscopio e l'ha visionato presso i propri laboratori;

PRESO ATTO che con mail del 13/07/2018 l'ATI Draeger inoltra agli Uffici competenti il preventivo n. 056236 del 31/05/2018 inviato dalla Ditta Pentax Italia srl dell'importo complessivo di € 710.000 IVA esclusa nel quale vengono descritti una serie di interventi sullo strumento (revisione comandi -revisione generale-pulitura testina distale-pulitura obiettivo distale-riassembaggio e controllo finale) con sostituzione dei relativi pezzi di ricambio e verifiche di legge;

PRESO ATTO, ancora, di quanto dichiarato dalla ditta Pentax nella relazione del 09/07/2018 DR 56.236 intestata all'ASP ma inviata erroneamente all'ATI Draeger e da questa in data solo in data 10/7/2018 inoltrata agli Uffici competenti, nella quale la Casa Madre dichiara di aver riscontrato "pulegge danneggiate da usura" e che " i danni riscontrati non sono dovuti a difetti originali, ma causati accidentalmente durante l'attività endoscopica" ;

CONSIDERATO quanto previsto nell' 10.1/3 comma 4 del CSA del contratto di manutenzione del parco apparecchiature biomediche dell'Azienda, è stato richiesto alla ditta ATI Draeger, la propria disponibilità ad effettuare tale intervento ed in tal caso inviare un preventivo di spesa;

VISTO pertanto il preventivo prot. n. ASPRG-Extra/005/2018 del 12/07/2018 nel quale l'ATI Draeger, richiede la somma di € 1.029,00 IVA esclusa per l'effettuazione dell'intervento in argomento;

CONSIDERATA la economicità dell'offerta della ditta Pentax si ritiene opportuno affidare l'intervento in argomento alla suddetta ditta e pertanto approvare il preventivo n. 056236 del 31/05/2018 dell'importo complessivo di € 710.000 IVA esclusa;

PRESO ATTO che la Ditta Pentax Italia è produttrice e detentrica in esclusiva di ricambi originali e che pertanto, per dette condizioni di unicità, può adottarsi procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) n. 2 del D.Lgs.50;

PRESO ATTO della dichiarazione della ditta Pentax in calce al suddetto preventivo secondo cui i prezzi praticati sono stimati al miglior costo al cliente con formula uguale per tutta Italia;

CONSIDERATO altresì che tale spesa è stata prevista nel bilancio corrente con autorizzazione n. 75/sub 1 sul conto di costo 503030101 "manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche";

SU PROPOSTA del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Approvare il preventivo n. 056236 del 31/05/2018 inviato dalla Ditta Pentax Italia srl dell'importo complessivo di € 866,20 IVA compresa riguardante un intervento fuori garanzia sul Videocolonscopio PENTAX CORP mod EC-3890FI matr. H111745 inv. 22454-asp in dotazione alla U.O.C. di Gastroenterologia del P.O. Civile di Ragusa;
- Affidare tale intervento alla Ditta Pentax Italia srl di Milano è produttrice e detentrica in esclusiva di ricambi originali e che pertanto, per dette condizioni di unicità, può adottarsi procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) n. 2 del D.Lgs.55;
- Imputare la spesa di € 866,20 IVA compresa, bilancio corrente, sul conto di costo 503030101 (Manutenzione e riparazione attrezzature tecn. scientifiche e sanitarie) aut. n. 75/ sub 1.
- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di procedere in tempi celeri all'intervento di che trattasi.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Emanuele Cassarà

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Marcello Gugliotta