
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 869 del 25 MAG. 2012

DIREZIONE ATTIVITA' PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Approvazione verbali di gara relativi al cottimo fiduciario per la fornitura di
"Sonde tarate SIT per il monitoraggio delle frigoemoteche e dei congelatori delle
UU.OO. S.I.M.T. di Modica e Vittoria, da collegare al sistema "T-Guard", in
dotazione all'U.O.C.C. S.I.M.T. di Ragusa - Aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 25 MAG. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona
- Dott. Pasquale Granata
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Attività Provveditorato ed Economato, che con la sottoscrizione da parte del direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con deliberazione n. 398 del 06/03/2012 è stato disposto di avviare procedura per l'acquisizione in economia della fornitura di "sonde tarate SIT per il monitoraggio delle frigoemoteche e dei congelatori delle UU.OO. S.I.M.T. di Modica e Vittoria, da collegare al sistema "T-Guard", in dotazione all'U.O.C. S.I.M.T. di Ragusa, mediante cottimo fiduciario, ai sensi del regolamento-tipo di cui al D.A. n. 3086/09, recepito con deliberazione n. 778 del 29/12/2009 e successiva di integrazione n. 532 del 25/03/2011, e, contestualmente sono stati approvati la lettera d'invito e il relativo avviso di gara;

Che, in esecuzione della suddetta deliberazione, l'avviso di gara è stato pubblicato all'Albo aziendale, all'Albo pretorio "on-line", sul sito internet aziendale e sul sito internet dell'Assessorato regionale della Salute e gli atti per la partecipazione alla gara (lettera d'invito, dichiarazione sostitutiva) sul sito internet aziendale (www.asp.rg.it), ciò al fine di consentire la partecipazione di quelle società che, pur non espressamente invitate, siano interessate alla procedura di gara;

Che la fornitura è articolata in un unico lotto, come di seguito:

A) SIMT Modica:

- Ampliamento del sistema "T-Guard" esistente al SIMT di Ragusa al P.O. di Modica presso il quale sono allocati n. 10 apparati di refrigerazione;
- N. 1 Frigoemoteca ubicata presso il Pronto Soccorso di Modica;
- N. 1 Frigoemoteca ubicata presso il Pronto Soccorso di Scicli;
- Stazione Client locale (PC) presso il SIMT di Modica;
- Installazione di un sistema di allarme acustico/visivo da ubicare in zona accettazione.

	Temperatura	SIMT
n. 6 Frigoemoteche/armadi reagenti	+4°C	Modica
n. 1 Frigoemoteca	+4°C	PTE Scicli
n. 2 Congelatori	-80°C	Modica
n. 2 Congelatori	-40°C	Modica
n. 1 Termostato agitatore per piastrine	+22°C	Modica
Totale Sonde:	n. 12	Modica

B) SIMT Vittoria:

- Ampliamento del sistema "T-Guard" esistente al SIMT di Ragusa al P.O. di Vittoria presso il quale sono allocati 10 apparati di refrigerazione;
- N. 1 Frigoemoteca ubicata presso il Pronto Soccorso di Vittoria;
- N. 1 Frigoemoteca ubicata presso il Pronto Soccorso di Comiso;
- Stazione Client locale (PC) presso il SIMT di Vittoria;
- Installazione di un sistema di allarme acustico/visivo da ubicare in zona accettazione.

	Temperatura	SIMT
n. 6 Frigoemoteche/armadi reagenti	+4°C	Vittoria
n. 1 Frigoemoteca	+4°C	PTE Comiso
n. 3 Congelatori	-80°C	Vittoria
n. 1 Congelatore	-40°C	Vittoria
n. 1 Termostato agitatore per piastrine	+22°C	Vittoria
Totale Sonde:	n. 12	Vittoria

C) SIMT Ragusa:

- Installazione di un sistema di allarme acustico/visivo da ubicare in zona "Assegnazione Consegna".
- Ampliamento del sistema invio telefonate per gli allarmi in caso di guasto o mancanza di tensione ai dispositivi; tale "allarme" dovrà essere disattivabile per singola sonda;
- Adeguamento software per l'ampliamento richiesto aggiornandolo all'ultima versione disponibile.

Che l'importo complessivo posto a base di gara è fissato in € 25.000,00 iva esclusa;

Che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso, previa verifica di conformità tecnica;

Rilevato che sono state invitate a presentare offerta, con modalità, prescrizioni e termini di cui alla lettera di invito prot. n. 0007499 del 22/03/2012, le sotto indicate società, individuate in quanto rispettivamente fornitore e produttore ufficiale del suddetto sistema di monitoraggio della temperatura "T-GUARD", in dotazione all'U.O.C.C. S.I.M.T. di Ragusa:

- KW Apparecchi Scientifici S.r.l. di Monteriggioni (SI)
- Biomed Consulting S.r.l. di Bresso (MI)

Che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire entro il giorno 12/04/2012 (ore 13,30);

Visti i verbali di gara del 23/04/2012 e del 09/05/2012, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Rilevato che dai suddetti verbali di gara risulta:

- che entro il termine previsto (ore 13,30 del 27/04/2011) è pervenuta l'offerta della società Biomed Consulting S.r.l.;
- che la società Biomed Consulting S.r.l., ammessa con riserva dovendo integrare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con e-mail del 26/04/2012 ha provveduto a quanto richiesto;
- che l'offerta economica (datata 05/04/2012) della società Biomed Consulting S.r.l. risulta come di seguito formulata:

- Percentuale di ribasso sul prezzo complessivo posto a base di gara: 8%;
- Importo complessivo del lotto, al netto del ribasso offerto e dell'IVA 21%: € 23.000,00;
- Costo per singola sonda, al netto del ribasso offerto e dell'IVA 21%: € 958,33;

Rilevato che, essendo in presenza di offerta unica, è stato chiesto, ai fini dell'affidamento, alla società Biomed Consulting S.r.l. un congruo miglioramento sul prezzo offerto (e-mail del 09/05/2012);

Rilevato che la società Biomed Consulting S.r.l., con nota di riscontro del 09/05/2012, si è dichiarata disponibile a praticare un ulteriore miglioramento del 3% sul prezzo offerto, pari ad un importo complessivo netto di € 22.310,00 iva esclusa (costo netto per singola sonda € 929,58 iva esclusa);

Preso atto della regolarità della procedura esperita;

Atteso di dover provvedere in merito;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) di approvare i verbali di gara del 23/04/2012 e del 09/05/2012 relativi al cottimo fiduciario per la fornitura di "sonde tarate SIT per il monitoraggio delle frigoemoteche e dei congelatori delle UU.OO. S.I.M.T. di Modica e Vittoria, da collegare al sistema "T-Guard", in dotazione all'U.O.C.C. S.I.M.T. di Ragusa;
- 2) di aggiudicare la fornitura di cui sopra alla società Biomed Consulting S.r.l., per l'importo complessivo di € 22.310,00 iva esclusa 21%, pari ad € 26.995,10 iva compresa, come da offerta del 05/04/2012 e successiva di miglioramento del 09/05/2012, e precisamente:
 - Costo per singola sonda: € 929,58 iva esclusa;
 - Importo complessivo del lotto: € 22.310,00 iva esclusa, pari ad € 26.995,10 iva compresa;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 26.995,10 iva compresa 21% risulta già prevista sul Conto 5010108 - Aut. n. 19;
- 4) di dare atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso il Servizio Provveditorato;

Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			