

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal

~~9~~ **9 SET. 2018**

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Cugliotta~~

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - Immediatamente esecutiva dal _____
- Ragusa, _____


IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. ~~1676~~ del ~~3 SET. 2018~~

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Intervento sostituzione lampada e cartuccia Videoprocessore PENTAX inv. n. 22450-asp in dotazione alla U.O.C. di Gastroenterologia P.O. Civile di Ragusa.
DITTA ATI Draeger S.p.A. Milano. Importo complessivo € 2.318,00 IVA Compresa .CIG. 4700384F91.

L'ESTENSORE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

IL DIRIGENTE AMM.VO

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il **- 8 AGO. 2018**

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 75/1 del 11/01/18 C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione 503030101 - Manutenzione attrezzature sanitarie

Autorizzazione come da prospetto allegato e scientifiche

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Massimo Cicero)

Il **3 SET. 2018**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 da:
Dott. Salvatore Lombardo Direttore Amministrativo
Dott. Emanuele Cassarà Direttore Sanitario
e con l'assistenza Sig. Marcello Cugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che in data 18/07/2018 con ODL n. 10576 è stata inoltrata, da parte della U.O.C. di Gastroenterologia del P.O. Civile di Ragusa, sulla piattaforma Aziendale GEOS- software per la gestione delle manutenzioni apparecchiature elettromedicali aziendali- una richiesta di intervento tecnico riguardante il Videoprocessore PENTAX mod. EPK-17010 inv. 22450-asp in dotazione alla stessa e con il quale viene descritto "lampada esaurita";

CHE il Videoprocessore, fornito dalla ditta PENTAX, è stato collaudato in data 10/10/2017 e pertanto, come previsto dal CSA nei casi di apparecchiature in garanzia, la Ditta aggiudicataria del Servizio di Ingegneria Clinica in vigore - ATI Draeger -, ha interpellato in pari data la ditta Doppio Vu due srl di Tremestieri Etneo (CT), agente di zona della ditta Pentax, la quale in data 6/08/2018 ha inviato alla stessa ATI il preventivo n. 211 dell'importo complessivo di € 4.059,55 Iva compresa per la sostituzione di lampada e cartuccia oltre alle ore di trasferta e viaggio dei propri tecnici dichiarando nella stessa mail che la sostituzione della lampada e cartuccia non rientra nei guasti coperti da garanzia in quanto trattasi di materiale di consumo soggetto ad usura;

CONSIDERATO che gli uffici competenti, avendo ritenuto esoso il preventivo della Ditta Doppio Vu due, hanno richiesto, ai sensi di quanto contenuto nell' 10.1/3 comma 4 del CSA del contratto di manutenzione del parco apparecchiature biomediche dell'Azienda, alla ditta ATI Draeger, aggiudicataria della relativa gara, di formulare preventivo per la fornitura della lampada e cartuccia che i tecnici della stessa ATI Draeger provvederanno a sostituire a costo zero;

VISTO pertanto il preventivo prot. n. Extra/0006/2018 del 20/07/2018, inviato dalla ATI Draeger con mail d06/08/2018, nel quale viene richiesta la somma di € 1.900,00 IVA esclusa per la fornitura di lampada e cartuccia;

CONSIDERATA la economicità di tale offerta si ritiene opportuno affidare l'intervento in argomento alla ditta ATI Draeger e pertanto approvare il preventivo n. Extra/0006/2018 dell'importo di € 1.900,00 IVA esclusa relativo alla fornitura della lampada e cartuccia da sostituire nel Videoprocessore PENTAX inv. n. 22450-asp in dotazione alla U.O.C. di Gastroenterologia P.O. Civile di Ragusa;

CONSIDERATO altresì che tale spesa è stata prevista nel bilancio corrente con autorizzazione n. 75/sub 1 sul conto di costo 503030101 "manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche", comprendente, tra le altre spese, anche quella occorrente per far fronte ad interventi extra contratto ATI Draeger fra cui rientra appunto tale tipologia di intervento;

SU PROPOSTA del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

SENTITO i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di competenza;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

Approvare il preventivo n. ASPRG - Extra/0006/2018/ del 20/07/2018 inviato dalla Ditta ATI Draeger, (aggiudicataria della gara relativa alla gestione, assistenza e manutenzione del parco apparecchiature biomediche di questa ASP), riguardante la fornitura di lampada e cartuccia sul Videoprocessore PENTAX inv. n. 22450-asp in dotazione alla U.O.C. di Gastroenterologia P.O. Civile di Ragusa, per l'importo di € 2.318,00 IVA compresa;

Affidare tale intervento alla Ditta ATI Draeger come previsto all'art. 10.1/3 del CSA del Contratto di gestione, assistenza e manutenzione del parco apparecchiature biomediche in atto in vigore;

Imputare la spesa di € 2.318,00 IVA compresa, bilancio corrente, sul conto di costo 503030101 (Manutenzione e riparazione attrezzature tecn. scientifiche e sanitarie) aut. n. 75/sub 1.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Emanuele Cassarà

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

~~Sig. Marcello Guadagnata~~