

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 14 OTT. 2018

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1922 del 9 OTT. 2018

DIREZIONE PROVVEDITORATO

OGGETTO: *Lavori di adeguamento proteximetrico di porte anti-x presso il reparto di Radiologia del Nuovo Ospedale di Ragusa "Giovanni Paolo II."*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Cecilia Leone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott.ssa Maria Steona

Proposta di provvedimento pervenuta alla Segreteria deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 78 del 04/10/18 C.P. F d.Vinc. S.Pass.

Denominazione 503060101 - Altre manutenzioni e riparazioni

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

[Signature]

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giacomo Lauricella)

9 OTT. 2018

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1661 del 20 settembre 2018, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 da:

Dott. Salvatore Lombardo,
Dott. Emanuele Cassarà,
e con l'assistenza _____

Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario Assente

adotta la seguente deliberazione: Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante,

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Su proposta della Direzione del Servizio di Provveditorato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che è in fase di apertura il nuovo presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Ragusa;

Vista la relazione relativa alla prima verifica di radioprotezione di cui all'art. 79 comma 1 lett. b) numero 2 del D.Lgs 230/95 redatta ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. c) del D.Lgs 230/95 così come modificato dal D.Lgs. 241/00, redatta dalla Dott.ssa Anna Rabito, Esperto qualificato di III grado, incaricata dei compiti di sorveglianza fisica della radioprotezione presso l'ASP di Ragusa - Presidio Giovanni Paolo II;

Preso atto che dalla citata risulta che le porte di accesso ai locali del Servizio di Radiologia dell'Ospedale di che trattasi, necessitano di revisione a causa dell'elevata dispersione di radiazioni misurata in μSv e per le quali si condiziona il benessere all'impiego alle apparecchiature Rx pensile e Telecomandato alla messa a norma delle porte suddette;

Preso atto della urgente prescrizione, trasmessa al Servizio Provveditorato, il 21 settembre 2018;

Valutati gli estremi della urgenza come sopra rappresentati;

Preso atto che la categoria di lavori relativi alla radioprotezione non è presente sulla vetrina del Mercato Elettronico della P.A.

Considerato che, con delibera 1445_2017, è stato aggiudicata al RTI Toshiba - Teknos - l'aggiudicazione della fornitura di N. 1 TAC Aquilion Prime 160 e lavori connessi;

Che, sulla base della ripartizione delle competenze nel RTI, dichiarata in offerta, i lavori di adeguamento degli ambienti dei locali TAC, sono effettuati dalla mandante Teknos srl;

Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 17 settembre 2018 e che, pertanto, gli stessi sono tuttora in corso;

Valutata l'opportunità, in ragione della urgenza, di richiedere preventivo di spesa per i prescritti lavori di adeguamento proteximetrico alla ditta Teknos, specializzata nel settore di che trattasi;

Visto il consuntivo offerta U206rev1/18 MC/fm del 03/10/2018 successivo al sopralluogo e parziale lavoro effettuato, della Teknos srl e la successiva offerta U_212/18 MC/fm del 09/10/2018 avente ad oggetto: fornitura e posa in opera di listelli anti-x per rimaneggiamento porte anti-x installate presso reparto di radiologia dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Ragusa per una complessiva spesa di € 5.895,00,00 oltre iva;

Visto il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Anna Rabito, Esperto qualificato di III grado, incaricata dei compiti di sorveglianza fisica della radioprotezione presso l'ASP di Ragusa - Presidio Giovanni Paolo II, sia sotto il profilo tecnico che in merito alla congruità dell'offerta;

Ritenuto, pertanto, di approvare il consuntivo offerta U206rev1/18 MC/fm del 03/10/2018 successivo al sopralluogo e parziale lavoro effettuato, della Teknos srl e la successiva offerta U_212/18 MC/fm del 09/10/2018 avente ad oggetto: *fornitura e posa in opera di listelli anti-x per rimaneggiamento porte anti-x installate presso reparto di radiologia dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Ragusa* oltre iva per una complessiva spesa di € 5.895,00 oltre iva e di affidare ai sensi dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii i predetti lavori di radioprotezione alla ditta Teknos srl P.IVA: 02399110614

Atteso, per quanto sopra, di prevedere la necessaria spesa occorrente di € 7.191,90 iva compresa sul bilancio corrente;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per gli aspetti di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

Affidare ai sensi dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii *la fornitura e posa in opera di listelli anti-x per rimaneggiamento porte anti-x installate presso reparto di radiologia dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Ragusa* alla ditta Teknos srl P.IVA: 02399110614,

Approvare il consuntivo offerta U206rev1/18 MC/fm del 03/10/2018 successivo al sopralluogo e parziale lavoro effettuato, della Teknos srl e la successiva offerta U_212/18 MC/fm del 09/10/2018 avente ad oggetto: *fornitura e posa in opera di listelli anti-x per rimaneggiamento porte anti-x installate presso reparto di radiologia dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Ragusa* oltre iva per una complessiva spesa di € 5.895,00 oltre iva e di prevedere la necessaria spesa occorrente di € 7.191,90 iva compresa sul bilancio corrente sul conto di costo 503060101 denominato "altre riparazioni e manutenzioni"

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Emanuele Cassarà

Assente

IL SEGRETARIO

Marcello Gugliotta