

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 04 AGO. 2019

IL SEGRETARIO  
Dott. Emanuele Marcello Dielli

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_


IL SEGRETARIO

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2055 del 02 AGO. 2019

**DIREZIONE SERVIZIO TECNICO**

**OGGETTO:** Intervento tecnico fuori garanzia ai sensi dell'art. 36.comma 2 lett.a) del D.lgs.50/16 Frigo farmaci Amcota, mod. Arf. 70 X matr. 049586, INV. ASP n.24638 Sic. ATI n.7872 in dotazione alla U.Poli-valente del P.O. Busacca di Scicli. DITTA AMCOTA S.n.c. Roma. CIG: Z602959498

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE TECNICO  
Ing. ELNA RUSCICA

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Gaetano Cilia

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 01 AGO. 2019

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 513 del \_\_\_\_\_ C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione \_\_\_\_\_

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

02 AGO. 2019

Il \_\_\_\_\_, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Rosario Fresta, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dielli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

**Premesso che** in data 10/06/2019 è stata inoltrata tramite la Piattaforma Aziendale geos- software per la gestione della manutenzione apparecchiature elettromedicali Aziendali – richiesta di intervento tecnico riguardante il Frigo farmaci Amcota Mod, Arf 70 X matr.n. 049586 inventario n. 24638 Sic ATI n.7872, in garanzia fino al 11/06/2019, in dotazione alla U. Polivalente del P.O. Busacca di Scicli che presenta il seguente problema : “non mantiene la temperatura di esercizio, la temperatura scende sotto lo zero congelando i vaccini.”;

**Che** per l'effettuazione di tale intervento, così come previsto nell'art.7 del CSA per i guasti durante il periodo di garanzia, la Ditta ATI DRAEGER ha interpellato la ditta Amcota di Roma, fornitrice del suddetto frigo farmaci, la quale dopo un attento controllo dell'apparecchiatura, ha riscontrato la necessità di “sostituire la scheda elettronica del controllore”;

Visto il preventivo prot. N. 166 del 24/07/2019 dell'importo di Euro 365.00 IVA esclusa emesso dalla ditta Amcota di Roma;

**Riscontrato** quanto dichiarato dalla Ditta Amcota S.n.c. di Roma con mail del 5/07/2019, a seguito di richiesta chiarimenti nel suddetto preventivo, nella quale la ditta, specifica che “tale rottura della componentistica della scheda si verifica solo ed esclusivamente per sbalzi di tensione, pertanto la sostituzione della stessa non può rientrare in garanzia”;

**Preso atto altresì**, della mail del 11/07/2019 con la quale la ditta Amcota ha comunicato che “al momento in cui c'è stato un abbassamento di corrente il compressore ha avuto un assorbimento maggiore e quindi ha bruciato dei componenti” proponendo, la sostituzione della scheda elettronica al costo di Euro 365.00 IVA esclusa, comprensivo di costo della manodopera e quello della trasferta;

**Accertata** da parte della U.O.C. proponente, la necessità di garantire la funzionalità della suddetta apparecchiatura, nonché della convenienza a procedere alla riparazione, per un totale di Euro 445.30 IVA compresa;

**Considerato** che la ditta Amcota, è autorizzata, così come previsto all'art.7 del CSA, a fornire il predetto servizio, può adottarsi la procedura negoziata de quo ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs.50/16;

**Rilevato che** tale spesa rientra nell'autorizzazione n. 75 sub 3 del conto economico 503030101 denominato “manutenzione e riparazione attrezzature tecniche scientifiche e sanitarie”;

**Dato atto** che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

## DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) **Affidare** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs.50/2016 giusto preventivo prot. N. 166 del 24/07/2019 dell'importo di Euro 445.30 IVA compresa alla ditta Amcota di Roma l'intervento tecnico

sul frigo farmaci Amcota Mod, Arf 70 X matr.n. 049586 inventario n. 24638 in dotazione alla U. Polivalente del P.O. Busacca di Scicli ;

- 2) **Prendere atto** che la spesa complessiva di Euro 445.30 IVA Compresa rientra nell'autorizzazione n. 75 sub 3 del conto economico 503030101 denominato “manutenzione e riparazione attrezzature tecniche scientifiche e sanitarie”;
- 3) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo al fine di procedere in tempi celeri all'intervento di che trattasi e garantire la funzionalità del suddetto frigo farmaci.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Rosario Fresta



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

\_\_\_\_\_