

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal

15 SET. 2019

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____, con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLA/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2249 del 10 SET. 2019

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Affidamento alla ditta Philips S.P.A. ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b.2) del D.lgs. 50/2016 per l'adempimento alle disposizioni INAIL per risonanze magnetiche - PP.OO. di Modica e Vittoria. CIG. ZBF2958ED3

L'estensore
Emanuele Dieli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Elena Ruscica

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Gaetano Cilia

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 05 SET. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 7513 del 02/02/2019 D.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE ESAMINIFICHE

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 10 SET. 2019, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 dai Sigg. Dott. Rosario Fresta, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

VISTA la L.R.n. 5/2009;

VISTO l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che con atto deliberativo n. 441 del 01/03/18, è stato affidato, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett.b) del D.lgs. nr. 50/2016, alla ditta Philips S.P.A., il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk per quattro anni di due sistemi di risonanza magnetica Philips, installati presso le UU.OO. di Radiologia dei PP.OO. di Modica e Vittoria così distinte:

n. 1 Sistema INGENIA 1,5T installata presso la U.O. di Radiologia del P.O. di Modica inv. 7645-asp;

n.1 Sistema ACHIEVA 1,5T installata presso la U.O. di Radiologia del P.O. di Vittoria inv. 7620-asp;

VISTO l'avviso ispettivo dell'INAIL che con nota del 04/07/2019 n. SSTR 523/19 comunica che effettuerà un accertamento ispettivo presso il servizio di radiologia ai sensi dell'art. 7.2 del d.p.r. 542/94;

VISTO altresì il verbale d'ispezione rm dell'Inail del 10/07/19 e le indicazioni di ottimizzazioni a cui ottemperare entro il 15/09/19;

PRESO ATTO della mail del Dott. Angelo Occhipinti Esperto Responsabile in RMN per il Presidio Ospedaliero di Modica con la quale lo stesso comunica che l'ispezione INAIL in data 10/07/19 ha definito il Presidio di Modica come "conforme con richiesta ottimizzazioni" evidenziando nello specifico i punti da ottimizzare entro i termini previsti";

PRESO ATTO altresì, della mail del Dott. Alberto Pedalino Esperto Responsabile sicurezza in RM dell'Ospedale di Vittoria con la quale lo stesso chiede di "sdoppiare i pulsanti di emergenza (ventilazione, sgancio elettrico e quench del magnet) all'interno sala magnete" nel rispetto dei nuovi standard di sicurezza anche per la Risonanza Magnetica del P.O. di Vittoria;

PRESO ATTO della nomina del Responsabile del procedimento Ing. Elena Ruscica, da parte del Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico giusta nota prot. 1557A/ST del 03/09/2019;

VISTA la mail del 11/07/19 del Dirigente Tecnico Ing. Elena Ruscica, con la quale la stessa, chiede alla ditta Philips S.P.A. il preventivo di spesa, per ottemperare ai punti 10 - 19 come da indicazione ispettiva dell'INAIL del 10/07/19, per dotare la sala RM di Modica dei pulsanti di emergenza per l'attivazione manuale della ventilazione di emergenza e dello sgancio elettrico, specificando di acquisire il medesimo preventivo di spesa anche per la RM del Presidio di Vittoria;

VISTE le seguenti offerte inviate dalla Ditta Philips S.P.A. di Milano:

- offerta n. 20633504 del 22/07/19 importo € 3.100,00 Iva esclusa riguardante l'aggiornamento tecnologico mediante l'installazione sgancio elettrico nella sala magnete e areazione di emergenza in sala magnete per la RM INGENIA 1,5T del P.O. di Modica inv. 7645-asp;
- offerta n. 20633503 del 22/07/19 importo € 3.100,00 Iva esclusa riguardante l'aggiornamento tecnologico mediante l'installazione sgancio elettrico nella sala magnete e areazione di emergenza in sala magnete per la RM ACHIEVA 1,5 T del P.O. di Vittoria inv. 7620-asp;

VISTA la nota prot. 71 del 06/08/19, da parte dell'U.O.C. proponente con la quale si chiede alla ditta Philips uno sconto sul prezzo offerto;

PRESO ATTO che:

- con mail del 03/09/19, la Ditta Philips S.P.A. effettua uno sconto del 10% per i suddetti preventivi n. 20633504 e n. 20633503 per un importo scontato pari ad € 2.790.00 Iva esclusa cadauno;
- con nota del 08/08/19 la suddetta ditta, dichiara che "Philips S.p.A. è il distributore esclusivo per l'Italia della casa madre Philips Nederland B.V. per l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di prodotti e servizi su apparecchiature elettromedicali ad alta tecnologia";
- " i prezzi applicati da Philips sono in linea con i prezzi offerti ad altre strutture sanitarie sia private che pubbliche sia a livello regionale che nazionale";

ACCERTATA da parte della U.O.C. Servizio Tecnico la necessità di dover ottemperare entro 90 giorni, alle indicazioni di ottimizzazione elencate nel verbale dell' INAIL del 10/07/19, nonché della convenienza a procedere, verificata la congruità del prezzo offerto;

RITENUTO pertanto, in ragione delle motivazioni di natura tecnica e di esclusività sopra esposte di poter affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett.b.2) del D.lgs. 50/2016, alla ditta Philips S.P.A., il suddetto adempimento alle prescrizioni INAIL mediante l'installazione sgancio elettrico e l'installazione pulsanti di emergenza per la RM in uso presso la radiologia del P.O. di Modica e del P.O. di Vittoria per l'importo complessivo di € 6.807.60 Iva compresa, sul conto economico nr. 503030101 denominato "manutenzione attrezzature tecniche scientifiche e sanitarie" bilancio di competenza anno 2019 aut. 75 /3;

ATTESO che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., viene assegnato il CIG di riferimento: ZBF2958ED3;

DICHIARARE l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 65 comma 7 della l.r.n.25/93, così come sostituito dall'art. 53 della l.r. n.30/93 al fine di garantire l'adempimento alle prescrizioni INAIL per il funzionamento secondo gli standard di sicurezza delle risonanze;

DARE ATTO che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;


DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) di prendere atto della nomina di Responsabile del procedimento dell'Ing. Elena Ruscica, Dirigente Tecnico della U.O.C. Servizio Tecnico;
- 2) di approvare la procedura negoziata di cui all'offerta del 22/07/19 n. 20633504 e n. 20633503 dell'importo complessivo di € 6.807.60 Iva compresa, per garantire l'adempimento alle prescrizioni INAIL secondo gli standard di sicurezza delle risonanze, mediante l'installazione dello sgancio elettrico nella sala magnete e areazione di emergenza in sala magnete per la RM INGENIA 1,5 T inv.7645 del P.O. di Modica e per la RM ACHIEVA 1,5 T inv.7620 del P.O. di Vittoria;
- 3) di affidare ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b.2) del D.lgs 50/2016, alla ditta Philips S.P.A., produttrice delle suddette apparecchiature l'adempimento alle prescrizioni INAIL mediante l'installazione sgancio elettrico e l'installazione pulsanti di emergenza per la RM in uso presso il Servizio di Radiologia del P.O. di Modica e del P.O. di Vittoria per l'importo complessivo pari ad € 6.807,60 Iva compresa;
- 4) di autorizzare la spesa complessiva di € 6.807,60 Iva compresa sul conto economico nr. 503030101 denominato "manutenzione attrezzature tecniche scientifiche e sanitarie" bilancio di competenza anno 2019 aut. 75 /3;
- 5) di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 65 comma 7 della l.r.n.25/93, così come sostituito dall'art. 53 della l.r. n.30/93 al fine di ottemperare entro 90 giorni alle indicazioni di ottimizzazione specificate nel verbale dell'INAIL del 10/07/19.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Rosario Fresta




IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
