

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal **27 OTT. 2019**

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO


- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **2642** del **24 OTT. 2019**

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO: Determina a contrarre e avvio di procedura di gara in e-procurement sul MEPA per l'affidamento della "Fornitura di n.16 "Sistemi di monitoraggio glicemico continuo del tipo DEXCOM G6 o avente medesima equivalenza prestazionale" da destinare ai pazienti aventi diritto ai sensi del DPCM - LEA/2017. **Nomina Responsabile del procedimento**

L'ESTENSORE
Dott.ssa Sabrina Modica
Sabrina Modica

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Giovanni Petrilleggieri
Giovanni Petrilleggieri

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dott. Pasquale Amendolagine
Pasquale Amendolagine

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. **7** del **2019** C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione _____

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
[Signature]

Il **24 OTT. 2019**, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Rosario Fresta, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n.1774 del 3/5/17 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che sono pervenute al Servizio Provveditorato le richieste del Dott. Ignazio Occhipinti, Responsabile della U.O. Assistenza Integrativa e Protesica del Distretto Sanitario di Vittoria, per l'acquisto di n.3 Sistemi di monitoraggio glicemico continuo DEXCOM G6 e del relativo materiale accessorio di consumo per un anno, da destinare ai pazienti aventi diritto ai sensi del DPCM – LEA/2017, (note mail del 25-26/02/19, e dell'11/03/19);

CHE successivamente, con nota prot.697 del 29/03/19 il Dott. G. Digiacomò, Direttore del Distretto Sanitario di Vittoria, "considerato il target di pazienti diabetici presi in carico ed in trattamento presso il PTA di Comiso e l'U.O. territoriale di Diabetologia di Vittoria", al fine di far fronte al fabbisogno presunto per l'anno 2019, ha chiesto l'acquisto in totale di n.8 sistemi CGM DEXCOM G6 (compresi quelli già richiesti in premessa);

CHE con nota mail del 15/04/19 la Dott.ssa Maria Terranova, Responsabile della U.O. Assistenza Integrativa e Protesica del Distretto Sanitario di Ragusa, ha chiesto l'acquisto di n.1 Sistema di monitoraggio glicemico continuo DEXCOM G6 e del relativo materiale accessorio di consumo per un anno, anch'esso da destinare a paziente avente diritto;

RILEVATO dalle prescrizioni specialistiche dei Centri di Riferimento di Diabetologia Pediatrica AUO G. Martino di Messina e Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, allegate alle richieste di cui sopra, che il Sistema di monitoraggio glicemico continuo DEXCOM G6 "risulta essere un prodotto unico, indispensabile, insostituibile ed infungibile" e che è distribuito in Italia in regime di esclusiva dalla ditta Theras Biocare srl P.I.: 02700790344 (rivenditore autorizzato per la Sicilia);

RITENUTO di provvedere in merito;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, per l'affidamento dell'appalto in oggetto quale Responsabile del procedimento il Sig. Giovanni Petriliggieri, Collaboratore Amministrativo del Servizio Provveditorato;

PRESO ATTO che il fabbisogno annuo per tutte le UU.OO. Assistenza Integrativa e Protesica dell'ASP di Ragusa è stato rideterminato, sulla base dello storico consolidato, in complessivi n.16 Sistemi di monitoraggio glicemico continuo DEXCOM G6 e relativo materiale di consumo, di cui n.8 da destinare ai pazienti aventi diritto del Distretto Sanitario di Vittoria e n.8 ai pazienti aventi diritto dei Distretti Sanitari di Ragusa e Modica come di seguito configurati:

CODICE	DESCRIZIONE	CND	QUANTITA' ANNUALE
STK-GS-013	Kit Ricevitore Dexcom G6 Box contenente Ricevitore G6, Manuale d'uso, cavo USB	Z1204011501	16
STS-GS-003	Sensore Dexcom G6 Box per fabbisogno mensile	Z1204011501	192
STT-GS-003	Kit Trasmettitore Dexcom G6 Trasmettitore per fabbisogno trimestrale	Z1204011501	64

QUANTIFICATO il valore presunto della fornitura in complessivi € 132.000,00 (oltre IVA);

VISTE le "Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", pubblicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO l'Avviso volontario per la trasparenza ex ante, pubblicato per 15 gg. naturali e consecutivi sulla Gazzetta dell'Unione Europea e sul sito Aziendale al link Amministrazione Trasparente, con il quale è stata avviata apposita indagine di mercato volta ad accertare, tra l'altro, se diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, altri operatori economici possono fornire il sistema DEXCOM G6 o altro sistema con la medesima equivalenza prestazionale;

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza, fissato per il 30/04/2019, è pervenuta la manifestazione di interesse della Ditta Biochemical System International spa, P.I.01736580513, distributore in esclusiva per l'Italia del Sistema di monitoraggio glicemico continuo S7 Easysense prodotto da Medtrum Technologies Inc. Shanghai China;

RILEVATO che al fine di verificare l'asserita equivalenza prestazionale del sistema offerto dalla ditta Biochemical con il Sistema Dexcom G6, in data 06/05/2019 la documentazione tecnica del Sistema S7 Easysense è stata trasmessa al Dott. Occhipinti ed alla Dott.ssa Terranova per gli adempimenti conseguenziali di competenza finalizzati all'acquisizione, da parte degli specialisti Diabetologici di Questa ASP di Ragusa, del parere di conformità/non conformità tecnica del Device in argomento;

VISTA la relazione tecnica redatta in data 19/06/19 dalla Dott.ssa Arcangela Garofalo del Centro di Diabetologia del Distretto di Vittoria e componente della Commissione Appropriata Prescrittiva Microinfusori di Insulina;

VISTO il chiarimento acquisito dalla Ditta Biochemical in data 20/06/19 in merito all'utilizzo del sistema offerto in età pediatrica e trasmesso in pari data alla Dott.ssa Garofalo con invito a formulare il parere definitivo sulla conformità tecnica del prodotto offerto S7 Easysense;

VISTA la relazione della Commissione Appropriata Prescrittiva Microinfusori di Insulina, redatta in data 03/10/19 all'esito della comparazione delle schede tecniche dei due Sistemi "DEXCOM G6" ed "S7Easysense", dell'esame della relazione della Dott.ssa Garofalo e degli incontri dimostrativi intercorsi con il personale specializzato incaricato da entrambe le Ditte, dalla quale si evince che *"il Sistema S7Easysense non sembra avere criteri di inferiorità rispetto al DEXCOM G6"*;

RITENUTO pertanto che la supposta esclusività ed infungibilità del sistema DEXCOM G6 non è stata comprovata in quanto è presente sul mercato il Sistema S7Easysense prodotto da Medtrum Technologies Inc. Shanghai China e distribuito in Italia in regime di esclusiva dalla Ditta Biochemical System International spa; avente la medesima equivalenza prestazionale;

RITENUTO che si possa procedere all'acquisto dei sistemi di monitoraggio glicemico in argomento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. B del D.Lgs. 50/2016 (affidamenti di importo pari o superiori a € 40.000,00);

VISTO l'art. 7 della Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 con il quale è stato disposto che: comma 2. "(...) le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici";

VISTO l'art. 1 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 in virtù del quale (...) i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

ACCERTATO che il prodotto "sistema di monitoraggio glicemico continuo" è presente nella vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al Bando Forniture Specifiche per la Sanità;

VISTA la delega del Direttore Generale, Prot. n. 1742 del 13/05/2019, alla Dott. Pasquale Amendolagine – Direttore del Servizio Provveditorato - all'esercizio delle funzioni di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

RITENUTO quindi di procedere all'acquisizione di n.16 "Sistemi di monitoraggio glicemico continuo del tipo DEXCOM G6 o avente medesima equivalenza prestazionale" per l'importo a base d'asta di € 132.000,00 (oltre IVA), mediante RdO sul mercato elettronico della P.A., ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.B, con invito alla Ditta Theras Biocare srl P.I.: 02700790344 ed alla Ditta Biochemical System International spa, P.I.01736580513;

RITENUTO di potere adottare il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs n.56/2016, vale a dire in favore dell'offerta che presenti il prezzo più basso, previa verifica di conformità tecnica;

RITENUTO di affidare l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), che sarà responsabile del controllo sulla corretta esecuzione della fornitura, alla Dott.ssa Maria Terranova, Responsabile della U.O. Assistenza Integrativa e Protesica del Distretto Sanitario di Ragusa;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano sotto la loro responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 che in relazione alla presente procedura di appalto non si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/01, né sussistono conflitti di interesse di cui agli artt. 6 bis della L.242/90 e degli artt 6, 7 e 14 del DPR 62/2013 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

AUTORIZZARE l'avvio di RdO sul mercato elettronico della P.A., ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.B, con invito alla Ditta Theras Biocare srl P.I.: 02700790344 ed alla Ditta Biochemical System International spa, P.I.01736580513 per l'acquisto di n.16 "Sistemi di monitoraggio glicemico continuo del tipo DEXCOM G6 o avente medesima equivalenza prestazionale" per l'importo a base d'asta di €132.000,00 (oltre IVA);

NOMINARE ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, per l'affidamento dell'appalto in oggetto, quale Responsabile del procedimento il Sig. Giovanni Petriliggieri, Collaboratore Amministrativo del Servizio Provveditorato;

ADOTTARE il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs n.56/2016, vale a dire a favore dell'offerta che presenti il prezzo più basso, previa verifica di conformità tecnica;

NOMINARE Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), che sarà responsabile del controllo sulla corretta esecuzione della fornitura, la Dott.ssa Maria Terranova, Responsabile della U.O. Assistenza Integrativa e Protesica del Distretto Sanitario di Ragusa;

DARE ATTO che la spesa presunta di € 137.280,00 (IVA 4% inclusa) sarà finanziata con fondi del bilancio Aziendale mediante imputazione al conto n.501010512 denominato "Dispositivi vari e altro materiale di consumo";

DARE ATTO che i documenti richiamati nella presente delibera sono custoditi presso la Direzione del Servizio Provveditorato;


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Rosario Fresta




IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
