

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_


IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 3139 del 20 DIC. 2019

**DIREZIONE SERVIZIO TECNICO**

**OGGETTO:** Intervento tecnico fuori garanzia ai sensi dell'art. 63.comma 2 lett.b.2 e 3 del D.lgs.50/16 Impepenzometro Gn Otometrics mod. Madasen Zodiac, Inv. ASP n. 25653 Sic Ati n. 9504 in dotazione alla U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. Maria Paterno' Arezzo di Ragusa DITTA NATUS MEDICAL S.r.l di MONTEGROTTO TERME Provincia di PORDENONE

L'ESTENSORE

A.S.P. RAGUSA  
SERVIZIO TECNICO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL DIRIGENTE TECNICO  
Ing. ELENA RUSCICA

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
Ing. Gaetano Cilia

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 17 DIC. 2019

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 7511 del \_\_\_\_\_ C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione SO30 3001 "RANUS ORD"

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
\_\_\_\_\_

Il 20 DIC. 2019, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott Rosario Fresta, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dielli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

**Premesso che** in data 18/09/2019 è stata inoltrata tramite la Piattaforma Aziendale geos- software per la gestione della manutenzione apparecchiature elettromedicali Aziendali – richiesta di intervento tecnico, riguardante l'Impedenzometro Gn. Otometrics mod. Madsen Zodiac matr. n.17420001, inv.n. 25653 sic 9504-ATI, in garanzia fino al 04/04/2020, in dotazione alla U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. Maria Paterno Arezzo di Ragusa che presenta il seguente problema: "Taratura scaduta";

**Che** per l'effettuazione di tale intervento, così come previsto nell'art.7 del CSA per i guasti, durante il periodo di garanzia, la Ditta ATI DRAEGER ha interpellato la ditta Natus Medical di Montegrotto Terme (PD), fornitrice del suddetto Impedenzometro e autorizzata da casa madre, la quale ha riscontrato la necessità di "Eseguire la calibrazione";

**Visto:** il preventivo del 19/09/2019, riferimento Richiesta Assistenza 1-677220685, dell'importo scontato di € 458.85 oltre IVA, di cui € 231,00 per calibrazione e € 252,00 spese di viaggio

**Riscontrato** quanto dichiarato dalla Ditta Natus Medical S.r.l. di Montegrotto Terme con mail del 24/09/2019, a seguito di richiesta chiarimenti del suddetto preventivo nella quale la ditta specifica che, "la calibrazione non rientra nella garanzia in quanto non è un guasto, ma una certificazione con cadenza annuale richiesta dalla normativa vigente, pertanto la suddetta calibrazione non rientra nella garanzia" e che "nel caso ci fossero da calibrare più strumenti possiamo fare un preventivo migliorativo";

**Preso atto**, della mail del 30/10/2019, con la quale il Dirigente Tecnico Ing.Elena Ruscica richiede di spedire l'apparecchiatura presso la sede dell'Azienda costruttrice per la taratura e di formulare nuovo preventivo;

**Preso atto altresì** del preventivo riformulato dalla Ditta Natus Medical rif. 1-677220685 del 30/10/2019 per l'intervento in sede, riportando i seguenti costi scontati del 10%: per analisi guasto € 99.00, per calibrazione € 207.90 e spese di spedizione € 25.00 per totali € 331.90 Iva esclusa (per complessivi € 404,92 IVA compresa;

**Accertata** da parte della U.O. proponente, la necessità di garantire la funzionalità della suddetta apparecchiatura, nonché della convenienza a procedere alla riparazione, per un totale di € 331.90 Iva esclusa

**Visto** che la ditta Natus Medical S.r.l, con e-mail del 22/10/2019 ha dichiarato che "il prezzo è in linea con i prezzi offerti recentemente alle altre strutture sanitarie pubbliche" ed ha allegato dichiarazione di esclusività del produttore dell'apparecchiatura coinvolta nell'intervento tecnico;

**Preso atto** della predetta dichiarazione e condizioni di unicità è possibile adottare procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b.2 e 3 del D.lgs.50/2016;

**Rilevato che** tale spesa rientra nell'autorizzazione n. 75 sub 3 del conto economico 503030101 denominato "manutenzione e riparazione attrezzature tecniche scientifiche e sanitarie";

**Dato atto** che il Dirigente dell'U.O. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1996 n.543, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) **Affidare** ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.b.2 e 3 del D.lgs.50/2016 giusto preventivo scontato rif. 1-677220685 del 30/10/2019 dell'importo di € 404,92 IVA compresa alla ditta Natus Medical di Montegrotto Terme per l'intervento tecnico di taratura sull'Impedenzometro Gn. Otometrics Mod. Madsen Zodiac Matr. n. 17420001 inventario n. 25653 in dotazione alla U.O.C.di Otorinolaringoiatria del P. O Maria Paternò Arezzo di Ragusa;
- 2) **Prendere atto** che la spesa complessiva di € 404,92 IVA compresa rientra nell'autorizzazione n. 75 sub 3 del conto economico 503030101 denominato "manutenzione e riparazione attrezzature tecniche scientifiche e sanitarie";
- 3) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo al fine di procedere in tempi celeri all'intervento di che trattasi.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Rosario Fresta



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

