


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Angelo Aliquò

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 523 del - 6 MAR. 2013

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Riparazione urgente di nr. 1 Centralina Rilevazione Ossigeno sito presso i locali della Risonanza Magnetica dell'Ospedale M.P.Arezzo. Liquidazione fattura alla Ditta SA.Fire Protection s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

[Signature]

[Signature]

Il - 6 MAR. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 05.12.2012, coadiuvato, ai sensi dell'art della L.R. 30/1993, dai Sigg:

-Dott. Franco Maniscalco

-Direttore Amministrativo

-Dott. Vito Amato

-Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **10 MAR. 2013**

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

[Signature]

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

Premesso che, con nota del 03.12.2012 l'Esperto Fisico Sanitario, Dr.ssa A Rabito, con firma apposta in calce dal Direttore Sanitario di presidio, ha richiesto il ripristino delle anomalie sulla centralina rilevazione ossigeno ubicato presso i locali della Risonanza Magnetica dell'Ospedale M.P.Arezzo, riscontrando che l'impianto di ventilazione aerea sulla base delle misurazioni effettuate, non garantisce il numero di ricambi necessari in caso di allarme per insufficienza di Ossigeno;

Ravvisata l'urgenza di dover procedere al fine di assicurare il livello di sicurezza richiesto, questo competente Settore ha contattato telefonicamente la ditta Sensitron s.r.l., in qualità di ditta fornitrice dell'apparecchiatura, la quale ha indicato per tale intervento la Ditta SA Fire Protection s.r.l. di Messina, in quanto i tecnici di tale ditta sono stati da loro formati;

Rilevato che la Ditta SA. Fire Protection s.r.l. di Messina, è stata immediatamente contattata per via e-mail per effettuare il ripristino delle anomalie segnalate su sensore gas ossigeno della R.M. del presidio ospedaliero M.P.Arezzo;

Rilevato altresì, che la Ditta SA Fire Protection s.r.l. ha provveduto ad inviare offerta n. 273 OC Rev del 12.12.2012 e precisamente:

n.1 Certificazione e Calibrazione sensore 02-marca Sensitron per €. 1.120,00 oltre iva, con sconto da questa Asp richiesto, pari al 5% e quindi €. 1.064,00 oltre iva;

Rilevato che tale offerta n. 273 OC Rev. del 12.12.2012 della Ditta SA. Fire Protection s.r.l. stante l'urgenza di dover provvedere in merito, è stata autorizzata dal Direttore Amministrativo Aziendale;

Rilevato che l'intervento urgente è stato regolarmente effettuato, giusta attestazione della Dr.ssa Anna Rabito Responsabile del Servizio di Fisica Sanitaria in data 13.12.2012 e della Ditta sopra indicata, bolla n. 103 ITA del 13.12.2012 a firma dell'Ing. Vincenzo Brugaletta ad attestazione che l'impianto presenta tutti i requisiti di sicurezza per la normale attività;

Vista la fattura n.1474 del 27.12.2012 di €. 1.287,44 iva compresa, della Ditta SA Fire Protection s.r.l. di Messina relativa alla suddetta riparazione urgente della Centralina di rilevazione Ossigeno sito nel locale della Risonanza Magnetica del presidio Ospedaliero M.P.Arezzo di Ragusa;

Accertato la regolarità contabile della suddetta fattura;

Atteso di dover provvedere in merito stante l'urgenza di liquidare la fattura per evitare ulteriori spese aggiuntive dovute alla richiesta di interessi di mora;

Preso atto per quanto sopra;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1.Prendere atto della riparazione urgente di n. 1 Centralina di rilevazione Ossigeno sito presso i locali della Risonanza Magnetica, dell'ospedale M.P.Arezzo di Ragusa, effettuata dalla Ditta SA Fire Protection s.r.l. di Messina, per l'importo complessivo di €. 1.064,00 oltre iva e precisamente:



n.1 Certificazione e Calibrazione sensore 02-marca Sensitron per €. 1.120,00 oltre iva, con sconto da questa Asp, richiesto pari al 5% e quindi per €. 1.064,00 oltre iva;

2.Provvedere alla liquidazione della fattura della Ditta SA. Fire s.r.l. di Messina nr. 1474 del 27/12/2012 per l'importo di €. 1.287,44 registrata al settore Economico -Finanziario dell'Azienda in data 22.01.2013 nr.1466;

3.Quantificare la spesa complessiva occorrente per il presente atto in €. 1.287,44 iva compresa, che trova adeguata copertura finanziaria con l'Aut. 91 (conto 5030501) anno 2012.

4.Dare immediata esecuzione al presente atto al fine di non incorrere a interessi di mora.

5.Dare atto che gli atti richiamati sono conservati e custoditi presso gli uffici della Direzione proponente.

Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			
.....			
.....			