



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 364 del - 9 LUG. 2020

**OGGETTO:** Fornitura di n. 2 sistemi di digitalizzazione (pannello digitale) per immagini radiografiche da destinare all'U.O.C. di Radiologia dell'ASST Gaetano Pini-CTO presidio di Via Bignami n. 1 e di via Isocrate n.19 - CIG 8302851166.

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE  
DIRETTORE UOC GESTIONE ACQUISTI - LOGISTICA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **- 9 LUG. 2020** l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Direttore U.O.C. Gestione Acquisti - Logistica  
*Dott. Roberto Daffinà*

**IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente che la spesa di € 79.236,56 Iva inclusa, prevista nella presente proposta, rientra nel Conto n. 02002000010 "Attrezzature e apparecchiature sanitarie" dello Stato Patrimoniale del bilancio preventivo economico dell'anno 2020.

**IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA**

*Dott.ssa Emilia Martignoni*

x *[Signature]*

*[Signature]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 364 del - 9 LUG. 2020

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Viste:**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

**Acquisita**, in data 03 febbraio 2020, la comunicazione e-mail del Referente del Servizio di Ingegneria Clinica, conservata agli atti del procedimento, con cui si dà evidenza della necessità di acquistare nuovi pannelli detettori WiFi, utilizzando la quota rimanente dei fondi regionali attribuiti a questa ASST con deliberazione della Giunta Regionale n. X/770/2018, per l'acquisto della diagnostica del Pronto Soccorso del P.O. CTO, subordinando l'avvio della procedura di gara al relativo benessere da parte della Regione;

**Preso atto** che Regione Lombardia, con comunicazione pervenuta via PEC in data 21.03.2020 e conservata agli atti, ha autorizzato la scrivente ASST ad utilizzare per l'acquisto di detettori radiologici la quota derivante dal risparmio ottenuto sul finanziamento autorizzato con la deliberazione testé citata;

**Dato atto** che in data 07.05.2020 l'UOC gestione Acquisti e Logistica ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la fornitura dei predetti detettori al fine di conoscere gli operatori economici presenti sul mercato interessati a partecipare ad una eventuale procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ed ii.;

**Avviata** in data 25.05.2020, alla luce delle considerazioni sopra riportate, a mezzo di piattaforma telematica Sintel, la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, alla quale sono state rispettivamente invitate le società che avevano manifestato il proprio interesse che di seguito vengono riportate:

1. ANDRA SPA;
2. SIMAD SRL;
3. SIPAR S.R.L;
4. CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.;
5. FUJIFILM Italia SpA;
6. VILLA SISTEMI MEDICALI S.p.A.;
7. AGFA NV Filiale Italiana;
8. ASSING SPA;
9. GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 364 del - 9 LUG. 2020

**Dato atto** che, come riportato all'art. 19 "Criteri di aggiudicazione" del Documento Unico di Procedura, l'aggiudicazione avverrà mediante affidamento previa valutazione di idoneità e conformità dello strumento offerto in relazione a determinati elementi negoziali, quali l'elevata risoluzione spaziale, l'elevata matrice di pixel, l'elevata efficienza quantica, la dimensione dei pixel inferiore, la profondità di acquisizione che presenta un maggior numero di bit, l'ergonomia, la semplicità d'uso, il peso il più contenuto possibile e l'economicità dell'offerta;

**Rilevato** che, entro il termine di scadenza della procedura concorsuale previsto dall'art. 18 del DUP per il giorno 10.06.2020 alle ore 14,00, hanno presentato offerta le seguenti società :

1. CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.;
2. ANDRA SPA;
3. SIMAD SRL;
4. ASSING SPA.

**Preso atto** che, a seguito della valutazione di idoneità delle schede tecniche e del prodotto offerto, come meglio descritto nella relazione (allegato 1) che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, a firma del Referente del Servizio di Ingegneria Clinica, tutte le Società sono risultate idonee tranne la Società SIMAD SRL, per aver offerto il solo servizio di assistenza e manutenzione per 48 mesi (24 mesi più ulteriori 24 mesi) non comprensivo dei guasti accidentali;

**Precisato** che l'art. 2 del Documento Unico di Procedura - pagina 4 – recita: "...omissis...la fornitura di n° 2 sistemi di digitalizzazione (pannello digitale) per immagini radiografiche - dovrà possedere (...) una garanzia "Full Risk" di 48 mesi (24 mesi più ulteriori 24 mesi) comprensiva di guasti accidentali";

**Dato atto** che il RUP ha proceduto sulla piattaforma di Sintel alla ammissione di tutte le Società offerenti e alla contestuale esclusione della Società SIMAD SRL, per le motivazioni riportate nel relativo verbale datato 19.06.2020 e conservato agli atti del procedimento;

**Dato atto** che, a seguito dell'apertura delle offerte economiche, ammesse al proseguo della procedura, il cui elenco di seguito si riporta, la società che ha presentato l'offerta al minor prezzo risulta essere la ANDRA Spa di Opera (MI):

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO OFFERTO IVA ESCLUSA
ANDRA S.p.A.	€ 64.948,00
ASSING	€ 65.850,00
CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l.	€ 70.398,00

**Ritenuto**, alla luce delle suesposte considerazioni, di poter affidare la "de qua" fornitura alla società Andra Spa con sede in Opera (MI), via Cesare Pavese n. 11/13 – C.F/P.Iva 06295860156, per un importo complessivo di € 64.948,00 Iva esclusa, pari ad € 79.236,56 Iva 22% Inclusa, comprensiva del servizio di assistenza e manutenzione per 48 mesi (24 mesi più ulteriori 24 mesi) comprensiva di guasti accidentali;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 364 del - 9 LUG. 2020

**Ritenuto**, in ragione della tipologia della fornitura di cui all'oggetto, di nominare quale Direttore di Esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 111 comma 2 D.Lgs. n.50/2016, il dott. Mauro Battista Gallazzi in qualità di Direttore dell'UOC Radiodiagnostica della ASST G. Pini-Cto, cui demandare i compiti di controllo circa la regolare esecuzione della fornitura da parte della società aggiudicataria;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

### **DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di prendere atto dell'esito della procedura e di affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, la fornitura di n. 2 sistemi di digitalizzazione (pannello digitale) alla società Andra Spa con sede in Opera (MI), via Cesare Pavese n. 11/13 – C.F/P.Iva 06295860156, per un importo complessivo di € 64.948,00 Iva esclusa, pari ad € 79.236,56 Iva 22% Inclusa, comprensiva del servizio di assistenza e manutenzione *Full Risk* per 48 mesi (24 mesi più ulteriori 24 mesi) comprensiva di guasti accidentali;
2. di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria, di imputare il costo complessivo derivante dal presente atto deliberativo pari ad Euro 79.236,56 Iva al 22% inclusa allo stato patrimoniale, Conto n. 02002000010 "Attrezzature e apparecchiature sanitarie" dello Stato Patrimoniale del bilancio preventivo economico dell'anno 2020 dando atto che la relativa copertura finanziaria trova stanziamento nei fondi di seguito indicati:
  - D.G.R. XI/770/2018 del 12.11.2018 (Decreto 17098/2018) per l'importo di Euro 75.000,00;
  - Decreto n. 1725/2019 per l'importo residuo di Euro 4.236,56;
3. di nominare, ai sensi degli artt. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, il dott. Mauro Battista Gallazzi in qualità di Direttore dell'UOC Radiologia della ASST G. Pini-Cto;
4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, ovvero il Responsabile della UOC Gestione Acquisti e Logistica, per tutti i necessari, successivi incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare, altresì, mandato al Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica di espletare tutte le attività preordinate alla consegna, all'installazione ed al collaudo dell'apparecchiatura in argomento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 364 del 9 LUG. 2020

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Celso)

DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott. Paolo M. S. Pini)

**UOC Gestione Acquisti Logistica**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott. Roberto Daffina  
Pratica trattata da: Sig.ra Manuela Chiovenda  
(Atti n. 2020-1.6.3/2.1.3)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 364 del - 9 LUG, 2020

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 10 LUG. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 7 pagine di cui n. 1 allegato.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Mauro Ciauchello*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*[Signature]*

**FORNITURA DI N. 2 SISTEMI DI DIGITALIZZAZIONE (PANNELLO DIGITALE) PER IMMAGINI RADIOGRAFICHE DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI RADIOLOGIA DELL'ASST GAETANO PINI-CTO PRESIDIO DI VIA BIGNAMI N. 1 E DI VIA ISOCRATE N.19.**

**VALUTAZIONE IDONEITA'**

ELEMENTI NEGOZIALI	SOCIETA' SIMAD SRL	SOCIETA' ANDRA SPA	SOCIETA' CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL	SOCIETA' ASSING SPA
ELEVATA RISOLUZIONE SPAZIALE	3.5 lp/mm	3,3 lp/mm	3,6 pl/mm	3,6 lp/mm
ELEVATA MATRICE PIXEL	2560 x 3072	2304 x 2800	2520 x 3032	2476 x 3072
ELEVATA EFFICENZA QUANTICA	RQA5, 2.5uGy, IEC 62220-1 Standard: 0.5 lp/mm = 55	DQE: 40% @ 1 lp/mm -DQE: 60% @ 1 lp/mm	DQE@ 0,056cyc/mm (RQA 5 2,5uGy) 70%	@ 0 lp/mm 78%; @ 1 lp/mm 58%; @ 2 lp/mm 42%; @ 3 lp/mm 24%; @ Nyquist 14%
DIMENSIONE DI PIXEL INFERIORE	140 µm	150 micron	139 micron	139µm
PROFONDITA' ACQUISIZIONE MAGGIOR NUMERO BIT	16 bits	16 bit	16 bit	16 bit
ERGONOMIA	ok	ok	ok	ok
SEMPlicità D'USO	ok	ok	ok	ok
PESO IL PIU' CONTENUTO POSSIBILE	2.9 kg (batteria inclusa)	3,6 Kg batteria inclusa	3,17 Kg batteria inclusa	3,0 kg ± 0,25 kg incluso batteria
EVENTUALI NOTE	Si ritiene non idonea l'offerta della ditta SIMAD in quanto La richiesta di garanzia full risk comprensiva di danni accidentali non è stata offerta.			
	<input type="checkbox"/> IDONEO <input checked="" type="checkbox"/> NON IDONEO	<input checked="" type="checkbox"/> IDONEO <input type="checkbox"/> NON IDONEO	<input checked="" type="checkbox"/> IDONEO <input type="checkbox"/> NON IDONEO	<input checked="" type="checkbox"/> IDONEO <input type="checkbox"/> NON IDONEO

Data 18/06/2020

firma \_\_\_\_\_

