



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DETERMINAZIONE N. 1100 del 21 MAR. 2015

Atti n. 561/07 - art. 24

CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER VARIE APPARECCHIATURE PER LAPAROSCOPIA IN USO PRESSO DIVERSI REPARTI - DITTA MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A - DAL 01/01/2015 AL 31/12/2017 (CIG 6235781943)

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- presso diversi reparti della Fondazione sono in uso le seguenti apparecchiature:

Apparecchiatura	Modello	Numero serie
Carrello	Stryker ST-4	142291
Insufflatore	Stryker 40L High Flow	0712CE111
Telecamera	Stryker 1288	12G000884
Fonte luce	Stryker L9000	12H010024
Monitor	Stryker Vision Elect HDTV	VEH261J0511
Monitor	Stryker Vision Elect	SVE217D0171
Carrello	Stryker ST-4	130945
Telecamera	Stryker 1188	071041754
Fonte luce	Stryker X8000	071036874
Caricabatterie	Stryker System 5	0526501033
Sternotomo	Stryker 4207	0509700963
Manipolo rotante	Stryker 6205	1312903643
Caricabatterie	Stryker 6110-120	0805104143
Manipolo rotante	Stryker 6205	0807005773
Manipolo sega sagittale	Stryker 6208	0731707083
Manipolo sega reciproca	Stryker 6206	1129700393
Manipolo sega reciproca	Stryker 6206	0807210533
Manipolo rotante	Stryker 6205	0736001523
Telecamera	Stryker 1188	06L005614
Fonte luce	Stryker X6000	03G000244
Carrello	Stryker ST-4	145265
Insufflatore	Stryker 40L	0401CE111
Monitor	Stryker Vision Proled	VPD263L0361
Fonte luce	Stryker X7000	06D006584
Telecamera	Stryker 1488	13L043754
Monitor	Stryker SV-2	SV2195J0041
Fonte luce	Stryker L9000	14B011374
Carrello	Stryker ST-4	142292
Fonte luce	L9000	12G040954

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DETERMINAZIONE

N. 1106

Del 21 MAR 2015

Insufflatore	Stryker 40L	0206CM359
Telecamera	Stryker 1188	08B043504
Monitor	Stryker Vision Elect	VEH260L0519
Caricabatterie	Stryker System 4	99030283
Sternotomo	Stryker 4207	99030443

- il D.P.R. 14/01/97 impone che la manutenzione dei dispositivi medici sia svolta secondo piani di manutenzione dettagliati e documentati; concetto ripreso nei requisiti di accreditamento per le strutture sanitarie della Regione Lombardia, indicati come OGITEC03, OGITEC04 e OGITEC11;
- detti interventi manutentivi possono essere eseguiti soltanto da tecnici qualificati e nel corso di questi devono essere utilizzate esclusivamente parti di ricambio originali, che normalmente rivestono carattere di unicità; pertanto non possono essere svolti dal personale interno dell'U.O. Ingegneria Clinica, in quanto non specializzato e non in possesso di adeguata strumentazione e quindi devono essere affidate a una ditta specializzata;
- per le apparecchiature costruite a partire dall'entrata in vigore del DL 46/97 (attuazione della Direttiva 93/42/CEE in materia di dispositivi medici) tali interventi manutentivi devono essere svolti dal fabbricante o distributore autorizzato poiché la mancata osservanza di tale obbligo comporterebbe la perdita delle responsabilità assunte dal fabbricante con l'attestazione di conformità rilasciata al momento dell'installazione, circa la rispondenza dell'apparecchiatura ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato 1 del citato DL 46/97, concernenti anche l'affidabilità ed il corretto funzionamento dell'apparecchiatura;

**PRESO ATTO** che con determina n. 1856 del 24/07/2012, allegata in atti 561/07 al n. 18, è stato stipulato il contratto di assistenza e manutenzione per varie apparecchiature in uso presso il padiglione Zonda ed il padiglione Guardia con la ditta Mida Tecnologia Medica S.p.A. per il periodo che va dal 01/01/2012 al 31/12/2014;

**PRESO ATTO** che:

- la U.O.C. Ingegneria Clinica, nel mese di Luglio 2012, ha chiesto alla ditta Mida Tecnologia Medica S.p.A., distributrice unica delle apparecchiature succitate per la regione Lombardia, la disponibilità ad applicare uno sconto del 5% sul contratto, a parità di servizi resi, così come previsto dalla legge 07.08.2012 n° 135, detta "Spending Review";
- la ditta Mida Tecnologia Medica S.p.A. con nota del 22/10/2012, allegata in atti 561/07 al n. 20, si è resa disponibile ad accordare lo sconto richiesto ad invarianza dei servizi offerti, a fronte di un prolungamento della durata del contratto per un ulteriore triennio;

**VALUTATA** congrua la proposta della ditta Mida Tecnologia Medica S.p.A. oltreché aderente a quanto richiesto dalla legge 07.08.2012 n° 135, nota come "Spending Review";

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DETERMINAZIONE N. 1100

DEL 21 MAR 2015

**PRESO ATTO** che il servizio economico-finanziario con rapporto del 27/04/2015 ha confermato la disponibilità economica per fronteggiare la spesa € 150.528,45 = oltre I.V.A. 22% pari a complessivi € 183.644,70 iva 22% inclusa.

**SENTITI** i pareri, espressi per specifica competenza, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo.

**DETERMINA**

- di stipulare per il periodo 01/01/2015-31/12/2017 il contratto di assistenza e manutenzione su varie apparecchiature laparoscopiche in uso presso diversi reparti con la ditta "Mida Tecnologia Medica S.p.A. - Viale Cirene 9, 20135 Milano";
- di registrare l'importo complessivo di € 183.644,70 iva 22% inclusa a carico del conto economico 452020 con spesa da ripartire secondo gli importi di seguito specificati secondo i relativi esercizi di competenza:

€ 61.214,9 IVA inclusa per l'esercizio 2015

€ 61.214,9 IVA inclusa per l'esercizio 2016

€ 61.214,9 IVA inclusa per l'esercizio 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Francesca Fancelli

REGISTRATO NEL LIBRO DELLE DETERMINAZIONI

DEL 21 MAR 2015 N. 1100

Procedimento presso: U.O. C. Ingegneria Clinica  
Responsabile del procedimento: Ing. G. Valente

IRCCS di natura pubblica