



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N.

1 289

del

09 GIU. 2015

Atti n. 1349 /2014 all.

Oggetto: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ACQUISTO DI UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE ED ANALISI DI IMMAGINE, NECESSARIO ALL'U.O.C. LABORATORIO CENTRALE (SETTORE CITOGNETICA) - **APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.**

IL DIRETTORE GENERALE,

Richiamata la determinazione di indizione di procedura di cottimo fiduciario n. 2535 dell'1 dicembre 2014, le cui premesse - riportano testualmente quanto segue:

"Premesso che, tra le priorità della propria azione, la Fondazione IRCCS si propone, in quanto eccellenza in ambito sanitario, di garantire un alto livello prestazionale in ogni settore specialistico per cui è accreditata, sia nel settore della ricerca che della diagnostica e cura;

Dato atto che per far fronte alle esigenze di cui sopra e al fine di aggiornare e potenziare tutta la strumentazione agli standard tecnologici attuali, si rende necessario acquisire nuove apparecchiature di ultima generazione sempre più efficienti ed affidabili;

Vista in atti l'istanza di acquisto di un sistema di acquisizione ed analisi di immagine con particolari specifiche tecniche compatibili con il sistema SdA con SW Cytovision 7.2 su Windows 7 (anche per la gestione dell'archivio dati esistente), attualmente installato presso il Laboratorio di Citogenetica dell'U.O.C. Laboratorio Centrale, inoltrata in data 5/08/2014 dall'U.O.C. Ingegneria Clinica, su espressa richiesta del Direttore della citata U.O.C. Laboratorio Centrale, che prevede la sostituzione di una parte di detto sistema Cytovision (nello specifico, n. 10 delle n. 11 postazioni, la cui vita lavorativa è superiore a 12 anni e per le quali non è più possibile effettuare il servizio di assistenza, oltre che il necessario collegamento in rete per vetustà del sistema operativo;

Atteso che l'acquisto di detta nuova apparecchiatura dovrà prevedere standard tecnologici e qualitativi elevati, nella determinazione del cariotipo costituzionale per le diagnosi prenatali e postnatali e nella identificazione di anomalie cromosomiche acquisite per la diagnosi di campioni oncoematologici, dove la precisione di analisi è imprescindibilmente legata alle peculiarità tecnologiche del sistema, che deve consentire flessibilità operativa e velocità di analisi";

Dato atto che, a seguito delle su esposte necessità, è stata esperita procedura di cottimo fiduciario articolata nelle diverse fasi di seguito descritte:

- con determinazione n. 1986 del 23 settembre 2014, è stata indetta la citata procedura, ai sensi dell'art. 125, del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del citato decreto legislativo.;
- entro il termine stabilito nella lettera di invito - ore 18,00 del giorno 28/11/2014, sono state

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

fu



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. **1 289** del **09/01/2015** Atti n. 1349/2014 all.

presentate 3 offerte (contenenti documentazione amministrativa, tecnica e offerta economica), delle ditte MetaSystems srl, Leica Microsystems srl, Nikon Instruments spa;

- successivamente al ricevimento delle offerte è stata nominata, con provvedimento n. 2536 dell'1/12/2014 in atti 1349/2014, la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 163/06;
- in data 1/12/2014, alle ore 15,00, si teneva seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa e tecnica, in occasione della quale, il Presidente del seggio di gara, avv. Gianluca Bracchi, direttore dell'U.O.C. Approvvigionamenti, alla presenza, quale testimone, della sig.ra Carla Tremolada e quale segretario verbalizzante del dott. Tommaso Bruni - entrambi assegnati all'U.O.C. Approvvigionamenti - verificava la documentazione amministrativa prima e tecnica successivamente, presentata dalle tre ditte concorrenti, la quale è risultata:
 - completa per le ditte MetaSystems srl e Leica Microsystems srl,
 - incompleta per la ditta Nikon Instruments s.p.a:
in quanto è stata rilevata, la carenza della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di idoneità morale, prevista dal d.lgs. n. 163/2006, in capo al Presidente, sig. Eimori Sumio. Pertanto, alla ditta concorrente in parola, in attuazione dell'art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'art. 39 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativamente ai casi di mancanza, incompletezza ed irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del su richiamato art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, è stato richiesto, entro un termine di dieci giorni, il pagamento della sanzione pecuniaria, stabilita dalla regola di gara in € 800,00, e la contestuale integrazione della documentazione amministrativa mancante;
- in data 5/12/2014 la citata ditta Nikon Instruments spa, veniva riammessa in gara in quanto assolveva al pagamento della sanzione pecuniaria e provvedeva alla integrazione della documentazione mancante;
- successivamente, nella data del 28 gennaio la Commissione giudicatrice dava avvio ai lavori di valutazione delle apparecchiature in gara, per conoscere i contenuti e per verificarne, fra gli altri elementi, la sussistenza o meno dei requisiti minimi indicati nel capitolato speciale di gara, riscontrando quanto segue:
 - ▲ Leica Microsystem S.r.l.: offerta nel rispetto dei requisiti minimi di Capitolato;
 - ▲ MetaSystems S.r.l.: offerta nel rispetto dei requisiti minimi di Capitolato;
 - ▲ Nikon Instruments S.p.A.: offerta non ammissibile in quanto:

IRCCS di natura pubblica

fi



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N. 1 289

del 09 GIU. 2015

Atti n. 1349 /2014 all.

- contrariamente alle prescrizioni di Capitolato, che richiedevano la piena interoperabilità tra il sistema offerto e le stazioni di acquisizione con software Cytovision 7.2 su Windows 7 (compresa la completa presa in carico e gestione dell'archivio dati esistente).....omissis>>, la Ditta Nikon Instruments S.p.A., all'interno dell'offerta economica senza prezzi, pag. 3 primo capoverso, dichiarava che <<omissis....non è prevista la presa in carico del vecchio archivio se non lasciandolo in gestione alla esistente stazione di Cytovision 7.2.....omissis>>. Pertanto l'offerta presentata dalla Ditta Nikon, non rispondendo al capitolato non è stata considerata idonea.

La Commissione, completata la fase preliminare di verifica, rimandava a successive date il prosieguo delle valutazioni; e, ciò, successivamente all'esecuzione delle prescritte prove tecniche dimostrative;

- in data 22/05/2015, successivamente alle previste sessioni dimostrative - a seguito di acquisizione dei sistemi, sempre in seduta pubblica - tenutesi nelle date del 12, 13, 20 e 21 maggio 2015, come da verbali in atti 1349/14 all. 18 e 19, la Commissione giudicatrice, sulla base dei riscontri tecnici, assegnava i seguenti punteggi:

CARATTERISTICA	LEICA	METASYSTEMS
Caratteristiche hardware PC.	5	8
Caratteristiche Telecamera: risoluzione, sensibilità, raffreddamento, interfaccia PC.	5	8
Caratteristiche SW (Valutazione Clinica): qualità immagini, strutturazione chiara ed immediata delle informazioni nel caso clinico, interfaccia utente, facilità d'uso, funzionalità implementate, interfacciabilità all'archivio Cytovision, sistemi di sicurezza per il trattamento dei dati (utenze di accesso all'applicativo, altro), possibilità di lavorare (visualizzare ed elaborare) contemporaneamente sullo stesso caso clinico da diverse postazioni.	14	24
Training formativo	5	5
Sistema di data management con possibilità di gestire tutti i casi e dati paziente, produrre report diagnostici e statistici in formati grafici e analitici	5	5
Programma di manutenzione in garanzia e post garanzia	5	5
Eventuali opzioni aggiuntive inserite in offerta	1	3
TOTALE PUNTEGGIO	40	58

IRCCS di natura pubblica

gli



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 4

DETERMINAZIONE N.

1 289

del

09 GIU. 2015

Atti n. 1349 /2014 all.

in data 29/05/2015, in seduta pubblica, il Presidente del seggio di gara, come da verbale in pari data in atti 1349/14, provvedeva ad aprire le offerte economiche delle ditte rimaste in gara, con il seguente risultato:

Ditte	Offerta economica	Percentuale di sconto	Manutenzione:% annua sull'offerta
Metasystems	€. 100.000,00	31,03%	7,5%
Leica	€. 103.774,59	28,43%	8,00%

che hanno determinato, le risultanze finali riportate nella sotto elencata graduatoria:

Ditte	Offerta economica	Punteggio tecnico	Punteggio Economico	Punteggio totale
Metasystems	€. 100.000,00	58,00	40,00	98,00
Leica	€. 103.774,59	40,00	38,55	78,55

Ritenute esaustive le giustificazioni espresse dalla ditta migliore offerente, di cui alla nota del 4 giugno 2015, ricevuta, in atti 1349/14, relativamente alla composizione economica dell'offerta, a seguito di richiesta formalizzata dalla Fondazione IRCCS non appena accertata la condizione di anomalia di cui all'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006;

Dato atto che l'Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti, visti gli esiti del procedimento di gara, accertata la legittimità della procedura esperita, propone, a completamento della fase istruttoria:

- di approvare gli atti tutti di gara e, in particolare i verbali relativi alla procedura in oggetto, rispettivamente in data 1/12/2014, 28/01/2015, 11/05/2015, 19/05/2015, 22/05/2015 e 29/05/2015 in atti 1349/14 e del conseguente risultato finale così come supra riportato;
- di aggiudicare, la fornitura di n. 1 sistema di acquisizione ed analisi di immagine, necessaria all'U.O. Laboratorio di Citogenetica, afferente all'U.O.C. Laboratorio Centrale della Fondazione IRCCS, nella composizione e quantitativi descritti nell'offerta tecnico-economica della Ditta Metasystems srl in data 21/11/2014 conforme a quanto previsto nel capitolato speciale e nella lettera di invito, approvati con la deliberazione di indizione sopraccitata e analiticamente elencata nel dispositivo del presente provvedimento;

Richiamati gli artt. 11, comma 5, e 12, comma 1, del d.lgs. 163/2006, devono essere meritevoli di

IRCCS di natura pubblica

gfi



DETERMINAZIONE N.

1 289

del

09 GIU. 2015

Atti n. 1349 /2014 all.

approvazione gli atti tutti di cui alla procedura concorsuale in parola e, confermata la sussistenza di ragioni di interesse pubblico all'affidamento dei contratti di cui trattasi, si ritiene di procedere ad aggiudicazione definitiva;

Dato altresì atto che l'Unità Operativa Complessa Economico Finanziaria ha registrato l'onere derivante dal presente provvedimento sul relativo conto;

Con i pareri favorevoli del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo,

DETERMINA

1. di approvare gli atti tutti di gara ed in particolare i verbali relativi alle operazioni di gara richiamate in premessa svolte nelle sedute in data 1/12/2014, 28/01/2015, 11/05/2015, 19/05/2015, 22/05/2015 e 29/05/2015 in atti 1349/14;
2. di aggiudicare, ai sensi della predetta normativa, alla ditta Metasystems srl, via Gallarate n.80 20151 Milano, la fornitura di n. 1 sistema di acquisizione ed analisi di immagine, necessaria all'U.O. Laboratorio di Citogenetica, afferente all'U.O.C. Laboratorio Centrale della Fondazione IRCCS, nella composizione e nei quantitativi di seguito descritti, al costo complessivo di € 100.000,00 oltre iva 22%:
 - n. 1 IKAROS SISTEMA PER CARIOTIPIZZAZIONE,
 - n. 1 PACCHETTO SICUREZZA PER IKAROS ,
 - n. 1 UPGRADE CAMERA COOLCUBE 2M ,
 - n. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' APC BX800CI-GR ,
 - n. 1 IKAROS SISTEMA PER CARIOTIPIZZAZIONE (staz. consecutiva) ,
 - n. 1 PACCHETTO SICUREZZA PER IKAROS (staz. consecutiva),
 - n. 1 UPGRADE CAMERA COOLCUBE 2M ,
 - n. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' APC BX800CI-GR ,
 - n. 2 IKAROS SISTEMA PER CARIOTIPIZZAZIONE (staz. consecutiva),
 - n. 2 PACCHETTO SICUREZZA PER IKAROS (staz. consecutiva),
 - n. 2 UPGRADE CAMERA COOLCUBE 2M,
 - n. 2 IKAROS SISTEMA PER CARIOTIPIZZAZIONE (staz. consecutiva),
 - n. 2 ISIS UPGRADE PER IKARO,
 - n. 2 PACCHETTO SICUREZZA PER IKAROS (staz. consecutiva),
 - n. 2 UPGRADE CAMERA COOLCUBE 2M,
 - n. 3 IKAROS SISTEMA DI ANALISI,
 - n. 3 ISIS UPGRADE PER IKAROS,
 - n. 3 PACCHETTO SICUREZZA PER IKAROS (staz. consecutiva),
 - n. 1 IKAROS SISTEMA DI ANALISI,
 - n. 1 ISIS ANALISI UPGRADE PER IKARO,

IRCCS di natura pubblica

gli



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 6

DETERMINAZIONE N.

1 289

del

09 GIU. 2015

Atti n. 1349 /2014 all.

- n. 1 PACCHETTO DI SICUREZZA PER IKAROS E ISIS (stazione consecutiva,)
 - n. 1 MODULO DI CARIOTIPIZZAZIONE A COLORI – UPGRADE PER ISIS,
 - n. 1 MODULO mFISH/Mband – UPGRADE PER ISIS,
 - n. 1 KIT IKAROS-ISIS-METACLIENT per stazione di lavoro pre-esistente (Cytovision);
3. di nominare, direttore dell'esecuzione del contratto, il Dirigente responsabile dell'U.O.C. Ingegneria Clinica;
4. di dare atto che, come da rapporto dell'U.O. Amministrazione e finanza, in atti 1349/2014, il costo derivante dal presente acquisto per complessivi € 100.000,00, oltre I.V.A. 22%, pari a € 122.000,00, I.V.A. compresa, è stato registrato a carico del conto 020410 come da impegno DI DI 2014001600;
5. di riservarsi l'assunzione di un successivo provvedimento per l'affidamento del servizio di manutenzione per il 3°, 4° e 5° anno, solo se ritenuto necessario dall'U.O.C. Ingegneria clinica, dandosi atto fin d'ora, che tale affidamento avverrà al costo complessivo di € 22.500,00, oltre iva di legge, così come riportato nell'offerta economica ed alle condizioni prescritte nel capitolato di gara;
6. di dare atto che l'esecuzione della presente fornitura avrà luogo, all'esito positivo dei controlli di rito.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATO NELLE U.O.C. DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 09 GIU. 2015 N. 1 289

Procedura presso U.O.C. Approvvigionamenti
Responsabile del procedimento: avv. Gianluca Bracchi
pratica trattata da: dott. Tommaso Bruni

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia