



DETERMINAZIONE N. **1 2 4 8** del **21 GIU. 2016** Atti n. 719/2013 All. 15

**CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER VARIE APPARECCHIATURE IN USO PRESSO
DIVRSI REPARTI CON LA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. PER IL PERIODO CHE VA DAL
01/01/2016 AL 31/12/2020 (CIG: 670788844A)**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- presso vari reparti della Fondazione sono in funzione le seguenti apparecchiature di produzione Ge Healthcare:

| Inventario | Num. sistema | Tipologia | Modello | Ubicazione |
|------------|--------------|------------------------------|---------------------------|---|
| 69931 | A5103321 | Gamma camera | Millennium VG | Medicina Nucleare |
| 098284 | A5103322 | Workstation | Entegra | Medicina Nucleare |
| 03104 | A5103323 | Portatile per radioscopia | OEC 9600 | Blocco Operatorio Guardia Accettazione |
| 095882 | A5103332 | Portatile per radioscopia | OEC 7700 | Rianimazione Vecia |
| 099712 | A5103339 | Portatile per radioscopia | OEC 9800 | Pad. Sacco |
| 070858 | A5103314 | Ciclotrone | Pettrace | Medicina Nucleare |
| 070844 | A5103329 | Modulo di sintesi | F18-Double FDG | Medicina Nucleare |
| 070843 | A5103330 | Modulo di sintesi | F-18 Nucl.Subs. | Medicina Nucleare |
| 098315 | A5103333 | Modulo di sintesi | Tracerlab FX | Medicina Nucleare |
| 099729 | A5103334 | Modulo di sintesi | Tracerlab FX Dispenser | Medicina Nucleare |
| 113074 | B5125307 | Tavolo telecomandato | Prestige SI DRS | Radiologia Pediatrica |
| 144051 | B5125310 | TAC | CT BrightSpeed 16 | Radiologia Pediatrica |
| 164807 | A5103348 | TAC | Optima CT 660 | Neuroradiologia |



DETERMINAZIONE N. **1 2 4 8** del **21/6/2016**

Atti n. 719/2013

All. 15

| | | | | |
|--------|----------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 144052 | B5125311 | Workstation | ADV. WINDOWS 4.4 | Radiologia Pediatrica |
| 139095 | D5125301 | Mammografo | SENOGRAPHE 2000D | Senologia Mangiagalli |
| 128954 | D5125308 | Mammografo | Mammo Essential | Senologia Mangiagalli |
| 128960 | D5125309 | Workstation | Seno Advantage | Senologia Mangiagalli |
| 128959 | D5125310 | Workstation | Seno Advantage | Senologia Mangiagalli |
| 134009 | D5125311 | Workstation | Seno Advantage | Senologia Mangiagalli |

- per le apparecchiature sopra indicate è necessario assicurare il servizio di manutenzione preventiva, ispettiva, di taratura e di prevedere interventi di emergenza su chiamata. Tali interventi manutentivi hanno lo scopo di mantenere le apparecchiature nelle condizioni iniziali di buon funzionamento e di sicurezza, verificate e certificate all'atto dell'installazione, ad evitare guasti critici e prolungati fermi macchina;
- il D.P.R. 14/01/97 impone che la manutenzione dei dispositivi medici sia svolta secondo piani di manutenzione dettagliati e documentati. Questo concetto è ripreso nei requisiti di accreditamento per le strutture sanitarie della Regione Lombardia, indicati come OGITEC03, OGITEC04 e OGITEC11;
- detti interventi manutentivi possono essere eseguiti soltanto da tecnici qualificati e nel corso di questi devono essere utilizzate esclusivamente parti di ricambio originali, che normalmente rivestono carattere di unicità; pertanto non possono essere svolti dal personale interno dell'U.O. Ingegneria Clinica, in quanto non specializzato e non in possesso di adeguata strumentazione e quindi devono essere affidate a una ditta specializzata;
- inoltre, per le apparecchiature costruite a partire dall'entrata in vigore del D.lgs. 46/97 (attuazione della Direttiva 93/42/CEE in materia di dispositivi medici) tali interventi manutentivi devono essere svolti dal fabbricante o distributore autorizzato; la mancata osservanza di tale obbligo comporterebbe la perdita delle responsabilità assunte dal fabbricante con l'attestazione di conformità rilasciata al momento dell'installazione, circa la rispondenza dell'apparecchiatura ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato 1 del citato D.lgs. 46/97, concernenti anche l'affidabilità ed il corretto funzionamento dell'apparecchiatura;
- con determina n. 674 del 22/04/2016, viste le motivazioni sopra esposte, è stata approvata l'indizione di procedura di gara negoziata diretta, ai sensi dell'art 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006, per acquisto del servizio di assistenza e manutenzione sulle suddette apparecchiature in





DETERMINAZIONE N. **1 2 4 8** del **21 GIU. 2016** Atti n. 719/2013 All. 15

uso presso diversi reparti con la ditta Ge Medical Systems Italia S.p.A. per il periodo che va dal 01/01/2016 al 31/12/2020;

DATO ATTO che, a far data dal 01/01/2016, come richiesto dalla U.O.C. Ingegneria Clinica con nota allegata in atti 719/2013 al n. 10 la ditta Ge Medical Systems Italia ha provveduto, nelle more della procedura di stipula del contratto, all'esecuzione di tutti gli interventi necessari al mantenimento/ripristino della corretta funzionalità delle apparecchiature oggetto della trattativa;

PRESO ATTO che, a seguito dell'indizione di procedura negoziata diretta tramite piattaforma elettronica Sintel da parte della U.O.C. Ingegneria Clinica in data 27/05/2016, la ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. in data 10/06/2016, tramite piattaforma Sintel, ha fatto pervenire un'offerta, allegata in atti 719/2013 al n. 14, con la quale si impegna ad effettuare il servizio in argomento per il periodo 01/01/2016-31/12/2020 al prezzo di € 2.753.305,00 oltre I.V.A. 22%;

CONSIDERATO che tale offerta di contratto prevede visite di manutenzione programmata, verifiche di sicurezza elettrica, aggiornamenti software, tutte le attività di manodopera per la manutenzione correttiva, illimitati interventi tecnici su chiamata; sono incluse le ore di viaggio, le ore di lavoro effettuate e le spese di trasferta, nonché tutte le parti di ricambio necessarie alle riparazioni, escluse quelle elencate in offerta;

VALUTATO il programma di manutenzione proposto adeguato alle apparecchiature in questione ed il canone contrattuale congruo in relazione al servizio richiesto;

PRESO ATTO che il servizio economico-finanziario con rapporto del 02/03/2016 ha confermato la disponibilità economica per fronteggiare la spesa ipotizzata in sede di indizione di gara;

SENTITI i pareri, espressi per specifica competenza, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DETERMINA

1. di stipulare per il periodo 01/01/2016 al 31/12/2020 il contratto di assistenza e manutenzione su varie apparecchiature in uso presso diversi reparti con la ditta Ge Medical Systems Italia





DETERMINAZIONE N. **1248** del **19/07/2016** Atti n. 719/2013 All. 15

S.p.A. – Via Galeno 36 20126 Milano – alle condizioni di cui all'offerta 421F47 del 07/06/2016 allegata in atti 719/2013 al n. 14;

2. di registrare l'importo complessivo di € € 3.359.032,10 I.V.A. 22% inclusa a carico del conto economico 452020 con spesa da ripartire per gli importi di seguito specificati unitamente ai corrispondenti esercizi di competenza:

€ 676.930,42 I.V.A. inclusa, per l'esercizio 2016;

€ 673.270,42 I.V.A. inclusa, per l'esercizio 2017;

€ 669.610,42 I.V.A. inclusa, per l'esercizio 2018;

€ 669.610,42 I.V.A. inclusa, per l'esercizio 2019;

€ 669.610,42 I.V.A. inclusa per l'esercizio 2020.

Prenotazione n. 2016000262

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa *Simona Girolodi*

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa *Laura Chiappa*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa *Francesca Fancelli*

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **16/08/2016** AL N. **1248**

Procedimento presso: U.O. C. Ingegneria Clinica
Responsabile del procedimento: Ing. G. Valente

