



DETERMINAZIONE N.

2711

del

22 DIC. 2016

Atti n. 751 all. 14

OGGETTO: PRESA IN CARICO AI FINI MANUTENTIVI DELLE APPARECCHIATURE MEDICO SCIENTIFICHE DI PROPRIETA' DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PRESSO LA U.O. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

VISTO la delibera n. 35 del 19/06/2006 con cui è stata approvata la convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico;

CONSIDERATO che gli art.li 25 e 26 di suddetta convenzione disciplinano rispettivamente le Apparecchiature Universitarie e le Apparecchiature Ospedaliere e secondo i citati articoli la Fondazione si fa carico dei materiali di consumo, delle utenze, della manutenzione per le apparecchiature universitarie utilizzate ai fini assistenziali per Le quali è stata accolta la richiesta di presa in carico;

CONSIDERATO che con Determina N. 3452 del 30/12/2011 è stato approvato il documento revisionato relativo alla "Procedura di gestione dell'acquisizione di Apparecchiature Medico Scientifiche (A.M.S);

VISTO che nella procedura sopracitata al paragrafo 6.3.3 è esplicitata la procedura di valutazione della presa in carico delle apparecchiature universitarie;

PRESO ATTO che con istanza n. 266/16 è stata richiesta la presa in carico ai fini manutentivi dell'apparecchiatura Lettore di micropiastre iMark Microplate Reader della ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l., acquistata dall' Università degli Studi di Milano il 22 giugno 2016 al prezzo di € 4.134,95 + IVA, in quanto utilizzata ai fini assistenziali ;

CONSIDERATO che lo strumento viene utilizzato per il dosaggio diagnostico della CROMOGRANINA A, un marker generico dei Tumori Neuroendocrini, con metodo immunoenzimatico che permette di non utilizzare materiale radioattivo (metodo IRMA usato finora) e di diminuire i costi di produzione, del trasporto, smaltimento e rischi per la salute del lavoratore;

PRESO ATTO che l'apparecchiatura richiede per l'esecuzione di circa 60 analisi al mese l'impiego del seguente materiale di consumo dedicato:

- CGA-ELISA CISBIO BIOASSAYS - kit che contiene i reagenti sufficienti per 96 test con un costo annuo stimato di circa € 5.600 + IVA;



13



DETERMINAZIONE N. **2711** del **22/10/2016** Atti n. 751 all. 14

- CGA-ELISA CISBIO BIOASSAYS - kit che contiene i reagenti sufficienti per 96 test con un costo annuo stimato di circa € 5.600 + IVA;

VALUTATO che la ditta Bio-Rad Laboratories Srl fornisce 12 mesi di garanzia a partire dal 29/07/2016 (data del collaudo) e che il programma di manutenzione post-garanzia proposto dalla ditta Esaote risulta essere adeguato con canone annuo di € 115 IVA inclusa;

RACCOLTI i pareri positivi degli uffici coinvolti: Direzione Medico di Presidio e U.O.C. Ingegneria Clinica e U.O.C. Farmacia;

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DETERMINA

- di formalizzare la presa in carico ai fini manutentivi del Lettore di micropiastre iMark Microplate Reader della ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l.;
- di provvedere tramite gli uffici competenti all'inserimento delle apparecchiature in oggetto nel libro cespiti della Fondazione come conto terzi, all'inventariazione e all'assicurazione dell'assistenza manutentiva.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Simona Giroliti)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Fabio Agrò)

REGISTRATA NELL'ELLENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **22/10/2016** AL N. **2711**

UOS/UOC proponente	UOC Ingegneria Clinica	
Responsabile del procedimento:	Ing. Gianpaolo Valente	(Firma)
Pratica trattata da	Ing. Viviana Scurati	(Firma)