

1183

20 LUG. 2017

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n.

del

, Atti n. 1141/2008 all. 35

avente come oggetto: "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU VARIE APPARECCHIATURE VIDEOENDOSCOPICHE IN USO PRESSO DIVERSI REPARTI CON LA DITTA PENTAX ITALIA S.R.L. PER 36 MESI - DETERMINA A CONTRARRE"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica su varie apparecchiature endoscopiche in uso presso diversi reparti con la ditta Pentax Italia s.r.l. per il periodo che va dal 01/01/2017 al 31/12/2019

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Lettera d'invito allegata in atti 1141/2008 al n. 34;


3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 709.827,25 IVA 22% inclusa

Pratica gestita da Ing. Maria Miloro

Responsabile del procedimento
UOC Ingegneria Clinica
Ing. Gianpaolo Valente





Determinazione del Direttore Generale n.

1183

20 LUG. 2017
del

Pag. 2

, Atti n. 1141/2008 all. 35

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE


Il costo complessivo di € 709.827,25 sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	452020	2017001576		€ 228.780,75	€ 240.523,25	€ 240.523,25	€ 709.827,25
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n.

1 183

del

20 LUG, 2017

Pag. 3

, Atti n. 1141/2008 all. 35

OGGETTO: "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU VARIE APPARECCHIATURE VIDEOENDOSCOPICHE IN USO PRESSO DIVERSI REPARTI CON LA DITTA OLYMPUS ITALIA S.R.L. PER 36 MESI - DETERMINA A CONTRARRE".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE dell'UOC Ingegneria Clinica

PREMESSO CHE:

- presso vari reparti della Fondazione sono in uso le seguenti apparecchiature videoendoscopiche:

DESCRIZIONE	MODELLO	MATRICOLA
Fibrobroncoscopio	FB-15P	A011374
Fibrobroncoscopio	FB-15P	A112450
Fibrobroncoscopio	FB-18P	G111482
Videobroncoscopio	EB-1570K	G121252
Videocolonscopio	EC-3490FK	A120074
Videocolonscopio	EC-3490FK	A120076
Videocolonscopio	EC-380FKP	G120188
Videocolonscopio	EC-3830FK	E121265
Videocolonscopio	EC-3830FK	E12885
Videocolonscopio	EC-3830LK	C12403
Videocolonscopio	EC-3870FK	A120096
Videocolonscopio	EC-3870FK	A120496
Videocolonscopio	EC-3870FK	A120498
Videocolonscopio	EC-3870FK	A120502
Videocolonscopio	EC-3870FK	A120399
Videocolonscopio	EC-3870LK	A120640
Videoduodenoscopia	ED-3270K	G120017
Videogastroscoopia	EG-1690K	A120186
Videogastroscoopia	EG-1870K	A120192
Videogastroscoopia	EG-1870K	A120098
Videogastroscoopia	EG-2490K	A120126
Videogastroscoopia	EG-2790K	A120295
Videogastroscoopia	EG-2790K	A120296
Videogastroscoopia	EG-290KP	G122206
Videogastroscoopia	EG-290KP	G120243



1.183

20 LUG. 2017

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n.

del


, Atti n. 1141/2008 all. 35

DESCRIZIONE	MODELLO	MATRICOLA
VideogastroscoPIO	EG-2970K	A121229
VideogastroscoPIO	EG-2970K	A121770
VideogastroscoPIO	EG-2970K	A122083
VideogastroscoPIO	EG-2970K	A122084
VideogastroscoPIO	EG-2970K	A122085
VideogastroscoPIO	EG-2970K	A122086
VideogastroscoPIO	EG-2970K	A122088
VideogastroscoPIO	EG-2970K	A122089
VideogastroscoPIO	EG-3490K	A120053
Videoeoendoscopia	EG-3870UTK	A120890
Videoduodenoscopia	ED-3430K	A02124
VideogastroscoPIO	EG-2930K	E122468
VideogastroscoPIO	EG-2970K	A122087
VideocolonscoPIO	EC-3490TLI	H110431
VideocolonscoPIO	EC38-I10L/P	A110634
VideocolonscoPIO	EC38-I10L/P	A110639
VideocolonscoPIO	EC38-I10L/P	A110640
VideogastroscoPIO	EG-3490K	H120569
VideogastroscoPIO	EG29-I10/P	A111942
VideogastroscoPIO	EG29-I10/P	A111943
VideogastroscoPIO	EG29-I10/P	A111949
Videoprocessore	EPK-I7000/P	EC010674
Videoprocessore	EPK-I5000	EE012503
Videoprocessore	EPK-I5000	EE012525
Pompa	EGA-500P	P00438
Pompa	EGA-500P	P00440
Pompa	EGA-500P	P00450
Monitor	403045	15-248653
Monitor	403049	14-247001
Monitor	403049	14-247005
Carrello Rack	400905	2014-0036/0290
Carrello Rack	400906	2014-0037/0037
Carrello Rack	400907	2014-0040/0298

- per le apparecchiature sopra indicate è necessario assicurare il servizio di manutenzione preventiva e prevedere interventi su chiamata al fine di mantenere le condizioni iniziali di buon funzionamento e di sicurezza, verificate e certificate all'atto dell'installazione, ed evitare guasti critici e prolungati fermi macchina;



Handwritten signature



Determinazione del Direttore Generale n.

1183

del 20 LUG. 2017

Pag. 5

, Atti n. 1141/2008 all. 35

- il D.P.R. 14/01/97 impone che la manutenzione dei dispositivi medici sia svolta secondo piani di manutenzione dettagliati e documentati. Questo concetto è ripreso nei requisiti di accreditamento per le strutture sanitarie della Regione Lombardia, indicati come OGITEC03, OGITEC04 e OGITEC11;
- per le apparecchiature costruite a partire dall'entrata in vigore del D.lgs. 46/97 (attuazione della Direttiva 93/42/CEE in materia di dispositivi medici) tali interventi manutentivi devono essere svolti dal fabbricante, o da terzi da lui autorizzati e formati, poiché la mancata osservanza di tale obbligo comporterebbe la decadenza dell'assunzione di responsabilità da parte del fabbricante, attestata dalla dichiarazione di conformità, circa la rispondenza dell'apparecchiatura ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato 1 del citato D.lgs. 46/97, concernenti anche l'affidabilità ed il corretto funzionamento dell'apparecchiatura;

PRESO ATTO che:

- le apparecchiature in premessa sono tutte di produzione Pentax Corp;
- la ditta Pentax Italia srl è distributrice e manutentrice esclusivista per l'Italia dei prodotti Pentax;
- ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punti 2 e 3 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, per ragioni di natura tecnica ovvero per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, è consentito l'affidamento del contratto unicamente ad un operatore economico determinato;

DATO ATTO che:

- per il servizio in parola la spesa stimata per un periodo di 36 mesi ammonta complessivamente a €581.825,61 IVA 22% esclusa;
- la Fondazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto derivate dalla presente procedura, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per il periodo massimo di 6 mesi;
- ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato all'appalto in oggetto, è pari ad €680.400,71 IVA 22% esclusa, ed è calcolato tenendo conto:
 - della durata del servizio di 36 mesi, per un importo di €581.825,61 IVA 22% esclusa;
 - dell'eventuale proroga per il periodo massimo di 6 mesi, per un importo massimo di €98.575,10 IVA 22% esclusa;

DATO ATTO che all'esito della procedura negoziata, verrà adottato apposito provvedimento di aggiudicazione del servizio di assistenza e manutenzione;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;





Determinazione del Direttore Generale n.

1183

del

20 LUG, 2017

Pag. 6

, Atti n. 1141/2008 all. 35

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Gianpaolo Valente, Direttore dell'UOC Ingegneria Clinica;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. Indire procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione su varie apparecchiature videoendoscopiche in uso presso diversi reparti con la ditta Pentax Italia s.r.l. per 36 mesi;
2. approvare la lettera d'invito che disciplinerà le modalità di gara e le condizioni del contratto riviniente dalla stessa, nei termini risultanti dall'allegato 34 in atti 1141/2008;
3. svolgere la presente procedura concorsuale mediante l'ausilio di sistemi telematici, a mente dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 52 del medesimo decreto legislativo; in particolare, sarà utilizzato il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SinTel, messo a disposizione da Arca S.p.A. ai sensi della legge regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare ex art. 3, comma 7, nonché della legge regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare ex art. 1, comma 6-ter;
4. invitare a presentare offerta la ditta Pentax italia srl fornitrice esclusiva del servizio in parola;
5. nominare, quale responsabile del procedimento, il direttore dell'UOC Ingegneria Clinica, Ing. Gianpaolo Valente;
6. di dare atto che il costo complessivo di €709.827,24 IVA 22% inclusa sarà imputata nel BPE per gli anni 2017, 2018, 2019;
7. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
8. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);





Determinazione del Direttore Generale n. **1183** del **20 LUG, 2017** Pag. 7
Atti n. 1141/2008 all. 35

9. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Simona Girolodi)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Fabio Agro)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **20 LUG, 2017** AL N. **1183**

UOS/UOSD/UOC proponente	UOC Ingegneria Clinica	
Responsabile del procedimento:	Ing. Gianpaolo Valente	
Pratica gestita da	Ing. Maria Miloro	

