



DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.

0 217

del 19 MAR. 2018

Pag. 1  
Atti n.502/2017

avente come oggetto: "PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE DEL MERCATO, PER L'ACQUISIZIONE DI N. 5 MICROSCOPI INVERTITI, DA DESTINARE ALL'U.O.S. LABORATORIO DI MEDICINA RIGENERATIVA – CELL FACTORY - AGGIUDICAZIONE".

**ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO**

**1. Esposizione del contenuto della determinazione**

Il presente provvedimento è relativo all'acquisto di apparecchiature da laboratorio, per le necessità dell'U.O.S. Laboratorio di Medicina Rigenerativa – Cell Factory;

**2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate**

utilizzo dei fondi derivanti dalla determina 1657/13;

**3. Attestazione contabile**

La presente determina comporta oneri pari a € 37.210,00 iva compresa.

Pratica gestita da dott. Tommaso Bruni

Responsabile del procedimento  
UOC Acquisti, Appalti, Logistica  
Ing. Paolo Cassoli





DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. **0 2 1 7**

del **19 MAR. 2018**

Pag. 2  
Atti n.502/2017

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE**

Il costo complessivo di € \_\_\_\_\_ sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN							
<p>Non vi sono costi a carico del BPE 2017, in quanto tratta di acquisti di cespiti, ammortizzabili, il cui ammortamento è totalmente coperto dalla sua fonte di finanziamento</p> <p>Progetto <b>1657/2013</b>                      Importo <b>€ 37.200,00</b>                      impegno <b>201701682</b></p>							
<b>Totale</b>							
RIC							
<b>Totale</b>							
<b>TOTALE</b>							

Milano, \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.

0 21 7

del 19 MAR, 2018

Pag. 3  
Atti n.502/2017

**OGGETTO: "PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE DEL MERCATO, PER L'ACQUISIZIONE DI N. 5 MICROSCOPI INVERTITI, DA DESTINARE ALL'U.O.S. LABORATORIO DI MEDICINA RIGENERATIVA – CELL FACTORY - AGGIUDICAZIONE".**

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**VISTO** il vigente "Regolamento delle funzioni di gestione da parte dei dirigenti delegati della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, approvato con determinazione n. 2719 del 22.12.2016;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 1237 del 27 luglio 2017, riguardante, tra l'altro, l'indizione di procedura negoziata, previa consultazione del mercato, mediante l'ausilio della piattaforma telematica SinTel, per la fornitura delle seguenti tipologie di apparecchiature per le necessità dell'U.O.S. Laboratorio di Medicina Rigenerativa – Cell Factory:

- n. 4 centrifuga refrigerata da banco;
- n. 5 microscopi ottici rovesciati,
- n. 3 salda-tubi a pistola,
- n. 2 termosaldatrici per sovra-sacche,
- n. 2 stufe per piastre microbiologiche,
- n. 1 dispositivo per connessione sterile tubi di sacche di sangue,
- n. 1 dispositivo portatile per LaL test;

**DATO ATTO** che detti acquisti rientrano nelle priorità aziendali, inerenti la fase di riorganizzazione logistica dei reparti, intervenuta a seguito della ristrutturazione dell'intero complesso ospedaliero e già dettagliatamente argomentate nella su richiamata determinazione di indizione n. 1237 del 27 luglio 2017;

**CONSIDERATO** che, in attuazione della citata determinazione di indizione, l'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha attivato per ciascuna tipologia di apparecchiatura sopra evidenziata, specifica procedura concorsuale, richiedendo per ognuna di esse, alle specifiche ditte specializzate di settore, la formulazione di idonea offerta, mediante l'invio di lettera di invito all'uopo predisposta, ai sensi della normativa di riferimento e, in particolare, l'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, l'art. 95 comma 4 dello stesso d.lgs. (aggiudicazione a favore dell'offerta al minor prezzo), gli artt. 52 e 58 del già richiamato d.lgs. 50/2016 (riguardante le modalità di comunicazione in forma elettronica), nonché l'art 1, comma 6 ter, della l.r. 28 dicembre 2007, n. 33, come modificato dall'art. 10, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2011, n. 11 (circa l'utilizzo della piattaforma telematica SinTel);


**PRECISATO** che per lo svolgimento del piano di acquisto sopra determinato si provvederà, di volta in volta, per ogni singola tipologia di apparecchiatura, con aggiudicazioni distinte, in esito alle valutazioni tecniche svolte dai funzionari della Fondazione IRCCS, preposti al vaglio della documentazione presentata dagli offerenti;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è relativo all'aggiudicazione della gara per la fornitura di n. 5 microscopi invertiti, per il cui svolgimento, oltre ad invitare le seguenti ditte, conosciute sul mercato:

- Leica Microsystems srl,
- Carl Zeiss spa,



fe



DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.

0 21 7

del 19 MAR. 2018

Pag. 4  
Atti n.502/2017

- Nikon Instruments spa,
- Olympus Italia srl,
- Tiesselab srl,
- Exacta+Optech Labcenter,

si è provveduto ad estendere tale possibilità anche ad altre società, che ne avessero avanzato richiesta, per effetto della pubblicazione della procedura sul portale Sintel di ARCA;

**DATO ATTO** che entro il termine stabilito nella lettera di invito, sono pervenute le offerte delle ditte Leica Microsystems srl, Carl Zeiss spa, Nikon Instruments spa, Tiesselab;

**VERIFICATO** che le quattro Società sopra richiamate sono risultate idonee dall'esame della documentazione amministrativa;

**DATO ATTO** che successivamente alla valutazione amministrativa, si è proceduto alla valutazione tecnica delle offerte da parte dell'U.O.C. Ingegneria Clinica, da cui è emerso quanto segue:

ditta Carl Zeiss - mod. Primovert Photo:  
prodotto non idoneo, in quanto:

- 1- non rispondente al criterio 6 "tubo binoculare con uscita laterale per foto/CCTV con ripartizione luce 100% (possibilità di inserimento reticoli per correzione diottrica +/- 5 diottrie)"- viene offerto fototubo binoculare inclinato 45° con campo 20 e con ripartizione fissa della luce tra oculare e fotocamera (50:50),
- 2- non rispondente al criterio 10B "colore a 36 bit": fotocamera a colori a 24 bit,
- 3- non rispondente al criterio 10D "Testa separata dal controller esterno, connessione al microscopio tramite passo C standard": non indicato il tipo di controller esterno ne' il tipo di connessione;

ditta Leica Microsystems - mod. DMi1 Photo:  
prodotto non idoneo, in quanto:

- 1- non rispondente al criterio 6 "tubo binoculare con uscita laterale per foto/CCTV con ripartizione luce 100% (possibilità di inserimento reticoli per correzione diottrica +/- 5 diottrie)": non descritta,
- 2- non rispondente al criterio 10B "colore a 36 bit": fotocamera a colori a 24 bit,
- 3- non rispondente al criterio 10D "Testa separata dal controller esterno, connessione al microscopio tramite passo C standard": non necessita di controller esterno. il passo c con lente 0.5x e' integrato direttamente sullo stativo dello strumento,
- 4- non rispondente al criterio 12 "Possibilità di connessione diretta a rete LAN per inviare e visualizzare in tempo reale le immagini in siti diversi usando browser Internet standard": non descritta la connettibilità con la LAN;

ditta Tiesselab - mod. AE 2000 T:  
prodotto non idoneo, in quanto:

- 1- non rispondente al criterio 10b "colore a 36 bit": fotocamera a colori a 24 bit,
- 2- non conforme norme CEI 66-5 - UNI EN 61010-1;





DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.

0 21 7

del 19 MAR. 2018

Pag. 5  
Atti n.502/2017

motivo per cui le relative offerte sono state escluse dal prosieguo della procedura concorsuale,

ditta Nikon Instruments - mod. TS2:

prodotto idoneo, in quanto rispondente a tutte le specifiche;

**VISTA** in atti 502/17 l'offerta economica prodotta dalla ditta Nikon Instruments, unica ditta rimasta in gara, in quanto decretata tecnicamente idonea, che ha proposto il seguente modello di microscopio, per le seguenti quantità e prezzi:

- Nikon Instruments n. 5 microscopi mod. TS2 cad. € 6.100,00 tot. € 30.500,00 oltre iva,

**ACCERTATA** la legittimità della procedura esperita e l'idoneità dell'offerta in data 21 settembre 2017, della ditta Nikon Instruments, via San Quirico n. 300 – Campi Bisenzio (FI), all. 11/9 in atti 502/2017, risultata unica idonea tra i partecipanti, con il sopradescritto modello TS2;

**ACCERTATO** che non sono attive convenzioni e accordi quadro stipulati dalla Soc. Consip S.p.A., né della Soc. Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA), così come già espresso, in fase di indizione, nella determinazione del Direttore Generale n. 1237/17, per l'acquisto dell'apparecchiatura in questione;

**RITENUTO** di dover provvedere, altresì, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione, alla stipulazione del relativo contratto nelle forme di rito;

**VISTA** l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

**VISTA** l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

**DATO ATTO** che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'UOC Acquisti, Appalti, Logistica;

#### DETERMINA

per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. dare atto che non sono attive convenzioni e accordi quadro stipulati dalla Soc. Consip S.p.A., né della Soc. Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA);
2. aggiudicare alla Società Nikon Instruments, via San Quirico n. 300 – Campi Bisenzio (FI), all. 11/9, per quanto meglio riportato in premessa, ai sensi della normativa di riferimento di cui sopra, la fornitura di n. 5 microscopi invertiti Nikon, con stativo mod. TS2, ciascuno completo di:  
cavo di alimentazione, copertina tipo 108, oculare TS2-W 10X, 10X con aggiustamento diottrico (F.V.O. 22 mm), oculare TS2-W 10X, 10X con aggiustamento diottrico (F.V.O. 22 mm) -8 dpt a +5 dpt, obiettivo CFI acromatico c. piano 4x A.N. 0,1 d.l. 30mm, obiettivo CFI acromatico c. piano DL 10x A.N. 0,25 d.l. 3,1mm Ph1, obiettivo CFI acromatico c. piano DL 20x A.N. 0,4 d.l. 2,1mm Ph1, obiettivo CFI acromatico



PC



DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.

0 2 1 7

del 19 MAR. 2018

Pag. 6  
Atti n.502/2017

c. piano DL 40x A.N. 0,65 d.l. 0,65 mm Ph2, slitta di fase SNCP precentrata a tre posizioni con anelli di fase PhL Ph1, anello di fase PH 2/03 per obiettivo 40xC, camera kit DS Fi3, adattatore passo C per tubi ISO, DS-F mount adattatore per serie DS, alimentatore, cavo di alimentazione BE, cavo di connessione Ti-AC 230V, cavo di connessione USB;

3. nominare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, il Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Clinica;
4. dare atto, che il costo complessivo di € 30.500,00 oltre Iva 22%, pari a € 37.210,00 iva compresa, sarà imputato per l'anno 2017 a carico del conto 020410 come da impegno 2017001682, sui fondi di cui alla determinazione n. 1657/2013, per la relativa quota stanziata;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
6. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
7. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

**IL DIRETTORE**  
**U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA**  
**Ing. Paolo Cassoli**

