



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

0 223

del 19 MAR. 2018

504/2017 All.

avente come oggetto: "PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE DEL MERCATO, PER L'ACQUISIZIONE DI UN MICROSCOPIO INVERTITO, NECESSARIO ALL'U.O.C. COORDINAMENTO TRAPIANTI – REVOCA FORNITURA ALLA DITTA LEICA MICROSYSTEMS SRL E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Il presente provvedimento è relativo alla revoca dell'ordine di fornitura di un microscopio rovesciato, acquisito dalla ditta Leica Microsystems srl, in quanto non conforme alle necessità del reparto utilizzatore;

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

Determinazione di aggiudicazione n. 755 del 6/10/2017;

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 7.917,80 iva compresa.

Pratica gestita da dott. Tommaso Bruni

Responsabile del procedimento
UOC Acquisti, Appalti, Logistica
Ing. Paolo Cassoli



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

0 223

del 19 MAR. 2016

504/2017 All.

ATTESTAZIONE COPERTURA PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN							
Non vi sono costi a carico del BPE 2017, in quanto tratta di acquisti di cespiti, ammortizzabili, il cui ammortamento è totalmente coperto dalla sua fonte di finanziamento							
Progetto	X/4189						
Importo	€ 7.817,8						
impegno	201700674						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria
(Dott. Roberto Alberti)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **0 223** del **19 MAR. 2018** 504/2017 All.

OGGETTO: "PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE DEL MERCATO, PER L'ACQUISIZIONE DI UN MICROSCOPIO INVERTITO, NECESSARIO ALL'U.O.C. COORDINAMENTO TRAPIANTI – REVOCA FORNITURA ALLA DITTA LEICA MICROSYSTEMS SRL E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il vigente *"Regolamento delle funzioni di gestione da parte dei dirigenti delegati della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, approvato con determinazione n. 2719 del 22.12.2016"*;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 755 del 6/10/2017 è stata aggiudicata, per le motivazioni tutte ivi riportate, alla ditta Leica Microsystems srl, la fornitura di n. 1 microscopio invertito necessario all'U.O.C. Coordinamento Trapianti, per un importo di € 5.495,00 oltre Iva 22%, pari a € 7.313,90 iva compresa;

DATO ATTO che, successivamente alla consegna ed all'installazione, così come asserito dagli utilizzatori e dall'U.O.C. Ingegneria Clinica e di seguito riportato, è emersa la non conformità della medesima apparecchiatura, alle specifiche esigenze del reparto di destinazione:

"il dispositivo non è dotato di filtro doppia banda;

il dispositivo non è dotato di doppia illuminazione (lampada a LED e lampada a Fluorescenza);

il dispositivo non consente la visione contemporanea delle cellule vive e delle cellule morte;

l'ottica non ingrandisce sufficientemente (seppur l'ingrandimento dichiarato sia conforme a quanto richiesto, ovvero 10X)";

CONSIDERATO che per quanto sopra è stata contestata, con nota in data 26.01.2018, la fornitura alla Società Leica Microsystems srl;


DATO ATTO che la medesima ditta Leica Microsystems srl ha provveduto in breve termine al ritiro dell'apparecchiatura in questione, riconoscendone la non adeguatezza della stessa alle reali e specifiche necessità del reparto utilizzatore;

VISTO in atti il riepilogo delle offerte di gara, da cui emerge l'idoneità del prodotto offerto dalla ditta Carl Zeiss spa, che ha offerto il microscopio invertito mod. Axio Vert A1 FL-LED, ad un prezzo complessivo di € 6.490,00 oltre iva;

RITENUTO opportuno, pertanto, annullare il provvedimento di aggiudicazione alla ditta Leica Microsystems srl del citato microscopio, conseguentemente l'ordine di fornitura e, nel contempo, procedere con l'aggiudicazione della fornitura alla ditta Carl Zeiss spa;



pe



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **0 223** del **19 MAR. 2018** 504/2017 All.

RICHIAMATA l'offerta della citata ditta Carl Zeiss spa, la cui composizione è conforme alle specifiche esigenze del reparto richiedente, che ha la necessità di visualizzare contemporaneamente sia cellule vive che cellule morte;

VERIFICATO che il costo complessivo derivante dal presente acquisto ammontante € 6.490,00 oltre iva 22%, pari a € 7.917,80 iva compresa è stato registrato a carico del conto 020410 (apparecchiature sanitarie) impegno 2017000674, di cui alla d.G.R X/4189/2016;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'UOC Acquisti, Appalti, Logistica;

DETERMINA

per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. annullare il provvedimento di aggiudicazione n. 755/2017 alla ditta Leica Microsystems srl del citato microscopio e conseguentemente l'ordine di fornitura n. 2017022488;
2. aggiudicare la fornitura del microscopio rovesciato mod. Axio Vert A1 FL-LED, alla ditta Carl Zeiss spa, per le motivazioni sopradescritte;
3. dare atto che il costo complessivo del microscopio in questione ammontante a € 6.490,00 oltre iva 22%, pari a € 7.917,80 iva compresa è stato registrato a carico del conto 020410 (apparecchiature sanitarie) impegno 2017000674, di cui alla d.G.R X/4189/2016;
4. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
6. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE

U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA

Ing. Paolo Cassoli

